

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników, podłoży, krążków do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii. – Zp/57/PN-51/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania do pakietu 1 i 2

1. Czy zamawiający Wymaga, aby w testy identyfikacyjne dla następujących grup drobnoustrojów takich jak Bakterie beztlenowe, bakterie Gram ujemne, bakterie Gram dodatnie, Neisseria-Haemophilus, grzyby drożdżopodobne były wykonywane automatycznie przez oferowany system (zgodnie z warunkami SIWZ: Pakiet 2 pkt. Automatyzacja wykonywanych badań (inkubacje, odczyt wyników i ich wydruk po zakończonym odczycie)?

Odp. TAK

2. Czy zamawiający Wymaga, aby w testy do lekowrażliwości dla następujących grup drobnoustrojów takich jak bakterie Gram ujemne, bakterie Gram dodatnie, grzyby drożdżopodobne były wykonywane automatycznie przez oferowany system (zgodnie z warunkami SIWZ: Pakiet 2 pkt. Automatyzacja wykonywanych badań (inkubacje, odczyt wyników i ich wydruk po zakończonym odczycie)?

Odp. TAK

3. Czy w związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 28.06.2010 r (pyt 16 do pkt a i b) „Odp. na ppkt a i b pytania z przyczyn technicznych nie może zostać udzielona w chwili obecnej„Zamawiający odstąpi od wymogu podłączenia analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego? Nie znając producenta/ właściciela oraz kosztów takiego podłączenia wykonawcy nie mogą dokonać prawidłowej kalkulacji oferty – wyliczenia rentowności. W ofercie zostanie zaoferowany analizator wraz z wszelkimi protokołami niezbędnymi do podłączenia analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego?

Odp. TAK, Zamawiający odstąpi od wymogu podłączenia analizatora do LIS pod warunkiem, że Oferent zaoferuje analizator wraz z wszelkimi protokołami niezbędnymi do podłączenia analizatora do LIS.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr.inż. Andrzej Stążka