

Wałbrzych 22.09.2010r

DZPZ-530-Zp/82/PN-72/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych: funduskamery cyfrowej, tanometru bezkontaktowego, perymetru, pomp infuzyjnych z możliwością PCA – Zp/82/PN-72/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 3

Pyt. Czy Zamawiający dopuści wielkość źrenicy 4, 5,5 mm??

Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 5

Pyt. Co Zamawiający rozumie przez „powiększenie” optyczne 45 °?

Odp. Fotografia o <) 45°.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 6

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający funkcji autofokus ?

Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 8

Pyt. Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny fiksatom z możliwością zmiany położenia: plamka oraz jedno położenie peryferyjne ?

Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 9

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający elektrycznie załączonego filtra pobudzającego ?

Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 3

Czy Zamawiający dopuści funduskamerę z możliwością wykonywania zdjęć przy minimalnej wielkości źrenicy 3,8 mm ?

Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 6

Czy Zamawiający dopuści funduskamerę bez funkcji Autofocus ?

Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. nr 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompensacją wady sferycznej pacjenta od -31D do +33D?

Odp. Tak.