

Wałbrzych 08.10.2010 r.

DZPZ-530-Zp/91/PN-79/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : łóżeczek dziecięcych, łóżek szpitalnych, aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji witrektomii przedniej wraz z materiałami, perymetru – Zp/91/PN-79/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z leżem wypełnionym profilowanymi metalowymi lamelami?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne o długości 215 cm?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko dziecięce z leżem wypełnionym metalowymi lamelami?

Odp. Tak