

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „dostawę mebli ze stali nierdzewnej“ .

– Zp/88/PN-76/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z dwiema szufladami, jedna przy drugiej, o wysokości 155mm?
Odp. Nie
2. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z dwoma blatami? Proponowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności stołu.
Odp. Nie
3. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z 2 uchwytami do prowadzenia przy krótszych bokach?
Odp. Nie
4. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z kołami o średnicy 125mm?
Odp. Nie
5. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z rantem wokół blatu o wysokości 20mm?
Odp. Nie
6. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach całkowitych 900 x 600 x 1010h mm?
Odp. Nie

Pyt. 2 dotyczy pakietu nr 4:

1. Czy Zamawiający dopuści szafę medyczną 2-drzwiową, o strukturze ze stali malowanej proszkowo, z górną częścią szafy z przeszklonymi drzwiami z zamkiem, z 3 szklanymi półkami (2 z możliwością regulacji wysokości); dolną częścią z 4 szufladami i pełnymi drzwiczkami z 1 półką (z możliwością regulacji wysokości). Szafa na 14 cm regulowanych nóżkach o wymiarach całkowitych 92 x 48 194h cm?
Odp. Nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści szafę medyczną 2-drzwiową, o strukturze z laminatu, drzwiach z laminatu HPL dostępnych w 6-ciu kolorach, transparentnymi półkami na drzwiach (20 sztuk), wewnętrznym systemem półek obrotowych (40 sztuk) oraz 5 półkami z laminatu, wymiary: 100x60x195 h cm.
Odp. Nie dopuszcza.

Pyt. 3 dotyczy pakietu nr 5:

1. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy o wymiarach całkowitych 995 x 695 x 1010h mm?
Odp. Nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z dwiema półkami montowanymi na stałe?
Odp. Nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z kołami o średnicy 125mm?
Odp. Nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z 2 uchwytami do prowadzenia?
Odp. Nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z regulacją wysokości, o wymiarach całkowitych 700 x 500 x 900/1230h mm?
Odp. Nie dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z kołami o średnicy 60mm?
Odp. Nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy bez uchwytu do prowadzenia?
Odp. Nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy wykonany z aluminium z wykończeniami i półkami z ABS?
Odp. Nie dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z regulacją wysokości, o wymiarach całkowitych 800 x 500 x 1000h mm?
Odp. Nie dopuszcza.

Pyt. 4 dotyczy pakietów-1,4,5

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy z 21 do 35 dni od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiający wydłuża termin dostawy z 21 do 35 dni od daty podpisania umowy.

Pyt. 5 dotyczy pakietu nr 5 stół opatrunkowy (hemodynamika):

1.Czy Zamawiający dopuści niżej ukazany stół wykonany z wysokiej jakości stali typu SCC , malowanej antybakteryjnym lakierem proszkowym ?

Odp. Nie dopuszcza.

2 Czy zamawiający dopuści stół o wymiarach zewnętrznych :

690 mmx518mmx1006 mm powierzchnia blatu 690 mm x 518 mm. Powierzchnia blatu przy rozłożonym blacie pomocniczym 1200 x 518 mm .

Odp. Nie dopuszcza.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak