

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4**
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp).**

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy sprzętu i obłożeń operacyjnych do Pracowni Neuroradiologii.

Pakiet nr 1 – Spirala platynowa do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie

Pakiet nr 2 – Spirala embolizacyjna do tętniaków

Pakiet nr 3 – Spirala embolizacyjna do tętniaków

Pakiet nr 4 – Spirala embolizacyjna do tętniaków

Pakiet nr 5 – Mikrocewnik do dostarczania spiral

Pakiet nr 6 – Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych

Pakiet nr 7 –Mikrocewnik hydrofilny super selektywny/terapeutyczny

Pakiet nr 8 – Mikrocewnik

Pakiet nr 9 – Mikroprowadnik

Pakiet nr 10 – Mikroprowadnik

Pakiet nr 11 – Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Pakiet nr 12 - Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Pakiet nr 13 - Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1 : 1

Pakiet nr 14 – **Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych**

Pakiet nr 15 - **Mikroprowadnik**

Pakiet nr 16 – **Stent interkranialny**

Pakiet nr 17 - **Stent interkranialny do remodelingu**

Pakiet nr 18 - **Stent interkranialny do remodelingu, stent intrakranialny do do leczenia zwężeń tętnic mózgowych, balon do predylatacji**

Pakiet nr 19 – **Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych**

Pakiet nr 20 – **Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych**

Pakiet nr 21 - **Cewnik prowadzący**

Pakiet nr 22 – **Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych**

Pakiet nr 23- **Microsfera embolizacyjna do na bazie makromeru PVA**

Pakiet nr 24 - **Cewnik diagnostyczny do angiografii mózgowej**

Pakiet nr 25 – **Cewnik angiograficzny mózgowy**

Pakiet nr 26 – **Cewnik diagnostyczny**

Pakiet nr 27 - **Cewnik diagnostyczny**

Pakiet nr 28 – **Sprzęt do wewnątrznacyniowego usuwania ciał obcych**

Pakiet nr 29 – **Sprzęt do wewnątrznacyniowego usuwania ciał obcych**

Pakiet nr 30 – **Prowadnik naczyniowy obwodowy**

Pakiet nr 31 – **Prowadnik hydrofilny**

Pakiet nr 32 – **Prowadnik hydrofilny nitinolowy**

Pakiet nr 33 – **Balon do remodelingu wewnątrznacyniowego, strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu,**

Pakiet nr 34 – **Balon do remodelingu**

Pakiet nr 35 – **Y - adapter**

Pakiet nr 36 – **Y - adapter**

Pakiet nr 37 – **Zestaw " Introducer "**

Pakiet nr 38 – **Introduktor zbrojony**

Pakiet nr 39 – **Introduktor**

Pakiet nr 40 - **Koszulki zbrojone z bocznym ramieniem**

Pakiet nr 41 - **INTRODUKTOR - zestawy do dostępu udowego (koszulka z rozszerzaczem + miniprowadnik + igła + strzykawka).**

Pakiet nr 42 – **Introducer- długa koszulka prowadząca**

Pakiet nr 43 - **Zestaw do embolizacji materiałami embolizacyjnymi**

Pakiet nr 44 - **Wkład do strzykawki automatycznej**

Pakiet nr 45 - **Przedłużacz wysokociśnieniowy, przedłużacz niskociśnieniowy**

Pakiet nr 46 - **Zestaw do stentowania tętnic szyjnych : przewodnik z filtrem do neuroprotekcji, stent samorozprężalny szyjny, balon niskoprofilowy (do angioplastyki tętnic szyjnych)**

Pakiet nr 47 – **Zestaw do stentowania tętnic szyjnych : system neuroprotekcji, stent szyjny, cewnik balonowy szyjny, stent samorozprężalny.**

Pakiet nr 48 – **Strzykawki nakręcane luer-lock 20ml, 10ml, 5ml, 2ml, 1ml.**

Pakiet nr 49 - **Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po usunięciu introduktora naczyniowego.**

Pakiet nr 50 – **Obłożenia operacyjne**

Pakiet nr 51- **Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych**

Pakiet nr 52 – **System do odczepiania elektromechaniczny**

Pakiet nr 53 – **Strzykawka ciśnieniowa z manometrem**

Liczba pakietów – 53.

CPV: 33111710-1, 33141310-6, 33141200-2, 33140000-3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przekazania próbek przedmiotu zamówienia celu zweryfikowania zgodności z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Niedostarczenie próbek w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (**dalej jako: SIWZ**), który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia do wglądu u Pełnomocnika ds. jakości - mgr Joanna Langer, tel. 74,6489602, joanna.langer@zdrowie.walbrzych.pl

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez okres **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),

- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) ,
- zobowiązują się do dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w celu zweryfikowania zgodności z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

V. Sposób oceny warunków

l.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia	na podstawie wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy, zobowiązanie się do dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego.	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zaparafowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej tj. Deklaracji zgodności CE, Wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 6.200,00 zł

dla pakietu nr 2: 5.600,00 zł
dla pakietu nr 3: 6.200,00 zł
dla pakietu nr 4: 6.200,00 zł
dla pakietu nr 5: 750,00 zł
dla pakietu nr 6: 675,00 zł
dla pakietu nr 7: 300,00 zł
dla pakietu nr 8: 825,00 zł
dla pakietu nr 9: 790,00 zł
dla pakietu nr 10: 160,00 zł
dla pakietu nr 11: 160,00 zł
dla pakietu nr 12: 160,00 zł
dla pakietu nr 13: 320,00 zł
dla pakietu nr 14: 220,00 zł
dla pakietu nr 15: 340,00 zł
dla pakietu nr 16: 2.000,00 zł
dla pakietu nr 17: 2.300,00 zł
dla pakietu nr 18: 3.000,00 zł
dla pakietu nr 19: 250,00 zł
dla pakietu nr 20: 425,00zł
dla pakietu nr 21: 425,00 zł
dla pakietu nr 22: 200,00 zł
dla pakietu nr 23: 170,00 zł
dla pakietu nr 24: 60,00 zł
dla pakietu nr 25: 120,00 zł
dla pakietu nr 26: 80,00 zł
dla pakietu nr 27: 80,00 zł
dla pakietu nr 28 : 100,00 zł
dla pakietu nr 29: 100,00 zł
dla pakietu nr 30: 180,00 zł
dla pakietu nr 31: 180,00 zł
dla pakietu nr 32: 255,00 zł
dla pakietu nr 33: 3.000,00 zł
dla pakietu nr 34: 1.450,00 zł
dla pakietu nr 35: 140,00 zł
dla pakietu nr 36: 112,50 zł

dla pakietu nr 37: 50,00 zł
dla pakietu nr 38: 43,00 zł
dla pakietu nr 39: 30,00 zł
dla pakietu nr 40: 40,00 zł
dla pakietu nr 41: 62,50 zł
dla pakietu nr 42: 90,00 zł
dla pakietu nr 43: 540,00 zł
dla pakietu nr 44 : 60,00 zł
dla pakietu nr 45: 14,00 zł
dla pakietu nr 46: 1.024,00 zł
dla pakietu nr 47: 1.474,00 zł
dla pakietu nr 48: 20,00 zł
dla pakietu nr 49: 150,00 zł
dla pakietu nr 50: 240,00 zł
dla pakietu nr 51: 60,00 zł
dla pakietu nr 52: 100,00 zł
dla pakietu nr 53: 70,00 zł

DATA UZNANIA WPLATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,

- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
- 4) zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: mgr Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700,
- w sprawach medycznych: lek. med. Maciej Miś tel. (074) 6489628 lub 631 lub 634

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem

	zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot umowy do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
9.	Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
10.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnianiu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, - o zobowiązaniu się do dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego.
12.	Katalogi, foldery, ulotki z opisem poszczególnych pozycji asortymentu w języku polskim.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed

upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **30.12.2010** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **30.12.2010** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpital

data zatwierdzenia: 18.11.2010 r.

PAKIET NR 1

Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe
- system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 “
- spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D , Helical , Helical SR , HyperSoft , Complex

Ilość: 200 sztuk

Cena netto 1szt. -

Producent -

PAKIET NR 2

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe
- spirale odizolowane galwanicznie od popychacza
- system dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji odczepienia spirali
- możliwość repozycjonowania spirali
- zmienna średnica pierwszego zwoju spirali 0,010" lub 0,015"
- zróżnicowane kształty oraz stopnie sztywności:
 - 360 st. - kształt przestrzenny, rotujące wewnątrz tętniaka, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem " stretch resistant"-zapobiegającym rozerwaniu spirali
 - 3D - kształt koszyka
 - 2D - pierwszy zwój mniejszy o 1/4 od pozostałych, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"
 - helikalne: wersje sztywności: soft, ultra soft
- zróżnicowane średnice zwojów od 2mm do 24mm
- zróżnicowane długości od 1cm do 40cm

Ilość: 200 sztuk

Cena netto – 1 szt

Producent -

PAKIET NR 3

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości.
- system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘‘
- spirale o różnych wymiarach średnic i długości

Ilość: 200 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 4

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe
- maksymalny stopień upakowania spirali wewnątrz tętniaka, wysokie wartości stosunku długości do średnicy pętli spirali
- wszystkie spirale z mechanizmem "stretch resistant" - uniemożliwiający rozerwanie spirali
- spirale o różnej sztywności, zróżnicowanych kształtach (trój- i dwuwymiarowe)
- zróżnicowane średnice, zakres: 1,5mm-20mm oraz długość spiral, zakres: 1-50cm
- system odczepienia spiral w mechanizmie przegrzania połączenia między spiralą a przewodnikiem „ electrostatic heating - czas wyczepienia poniżej 5 sekund

Ilość: 200 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 5

Mikrocewniki do dostarczania spiral

Wymagane parametry techniczne:

- cewnik zbrojony
- cewnik o atraumatycznej końcówce z możliwością kształtowania końcówki nad parą
- zróżnicowane światło mikrocewników 0,0165" , 0,017" , 0,019"
- platynowe markery dystalne umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral
- teflonowa powłoka wewnątrz cewnika
- zewnętrzna powłoka o właściwościach hydrofilnych
- zmienne ukształtowanie końcówki mikrocewnika: 45stopni, 90stopni, kształt: "J" "C" S"

Ilość: 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 6

Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- Cewnik zbrojony-zbudowany z 7 segmentów
- Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
- Zewnętrzna średnica 2,4 F ,średnica wewnętrzna 0,017”
- Zewnętrzna średnica 2,7 F ,średnica wewnętrzna 0,021”
- Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne o długości 120 cm
- Dostępne 2 typy :regular , extra suport

Ilość 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 7

Microcewnik hydrofilny super selektywny/terapeutyczny

Wymagane parametry techniczne:

- średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z przewodnikiem 0,021" z markerem na dystalnych 3 cm
- powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych
- trójwarstwowa budowa ściany: wewnątrz poliuiretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnątrz poliester elastomer
- bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu
- wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm
- atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem
- bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek
- szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO
- długości 110, 130, 150 cm
- duża średnica wewnętrzna:
 - 0,023" (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018")
 - 0,025" (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021")
 - 0,027" (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021")

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 8

Microcewnik

Wymagane parametry techniczne:

- mikrocewniki do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych coil”ami elektroodczepialnymi
- dwa znaczniki w odległości 3 cm od siebie
- średnica odcinka dystalnego 1,8 Fr , proksymalnego 2,3Fr i 2,4Fr
- końcówka prosta , zagięta 45°i zagięta 90°
- hydrofilne pokrycie
- długość 100cm-150cm.

Ilość: 50 sztuk

Cenna netto 1szt. -

Producent -

PAKIET NR 9**Mikroprowadnik****Wymagane parametry techniczne:**

- średnice 0,011” 0,014” 0,016” 0,018” ; długość 180 cm
- długość giętkiej końcówki (taper) 80 mm – bardzo dobra giętkość i ułatwiony dostęp do drobnych dystalnych mikronaczyń – wszystkie określane jako „floppy”
- końcówka zagięta 45° lub 70°
- złoty marker na końcu (obrączka 2mm) – bardzo dobra widoczność w skopii
- wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie
- hydrofilna otoczka „M-coat”
- zaokrąglona, atraumatyczna końcówka

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt -

Producent -

PAKIET NR 10**Mikroprowadnik**

Wymagane parametry techniczn

- średnice 0,012", 0,016" ; długość 180, 200 cm
- długość giętkiej końcówki (taper) 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible)
- końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm
- złoty marker na końcu – złota 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii
- wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie
- hydrofilna otoczka „M-coat”

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 11

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone oplotem platynowym o długości 10cm lub 20cm
- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008" , 0,010" , 0,014" , 0,016"
- właściwości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik
- zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm
- w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 12

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- mikroprowadniki ze stopu stali i tytanu

- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,010" , 0,014"
 - właściwości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik
 - zróżnicowana długość mikroprowadników: 182cm, 205cm, 300cm
 - zróżnicowana sztywność mikroprowadników
 - kształtowalny koniec o długości 2cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
 - zróżnicowana dystalna część cieniująca
- Ilość: 20 sztuk
- Cena netto 1 szt. -
- Producent -

PAKIET NR 13

Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1 : 1

Wymagane parametry techniczne:

- zróżnicowana średnica 0,012" lub 0,014"
- zróżnicowana długość 200cm, 300cm
- rdzeń ze stali pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją
- właściwości hydrofilne części dystalnej
- zróżnicowana sztywność mikroprowadników

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 14

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- Prowadnik o budowie hybrydowej

- Prowadnik o średnicy 0,012” w części dystalnej oraz 0,014” w części proksymalnej
- Rdzeń przewodnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu
- Prowadnik długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część przewodnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne o długości 40 cm

Ilość 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 15

Mikroprzewodnik

Wymagane parametry techniczne:

- mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych
- kształtowalna końcówka – 2cm.
- długość mikroprzewodnika 205cm.
- platynowy dystalny odcinek dla lepszej widoczności w RTG

Ilość 20 sztuk

Cena netto 1szt. -

Producent -

PAKIET NR 16

Stent interkranialny

Wymagane parametry techniczne:

- stent o budowie otwartej komórkowej
- stent rozprężany na balonie
- ciśnienie inflacji osiągające optymalną szerokość rozpięcia między 10 a 16 barów
- znaczniki na końcach balonu i stentu

- średnica stentu po rozprężeniu od 20mm do 50mm
- długość stentu od 8mm do 50mm
- pokrycie stentu zwiększające biokompatybilność i redukujące aktywację trombocytów

Ilość: 20 sztuk

Cena netto – 1 szt. 10000zł.....

Producent -

PAKIET NR 17

Stenty intrakranialne do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy, samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu
- średnica stentu 4,5mm, zróżnicowane długości od 14mm do 37mm
- markery na obu końcach stentu widoczne w promieniach rtg
- "marker" pozycyjny" na przewodniku pozwalający pozycjonować stent w stosunku do szyj i tętniaka
- stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021" zaopatrzonym w dwa markery w odcinku dystalnym w odległości 5cm, profil zewnętrzny mikrocewnika proksymalnie/dystalnie: 2,8F/2,3F
- system dostarczany z kompatybilnym mikrocewnikiem 0,021 dołączanym wraz ze stentem

Ilość:20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 18

Stenty intrakranialne do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy samorozprężalny

- konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami
- fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy proksymalnie/dystalnie 3F/2,8F, "over the wire"
- cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie
- "oczka" stentu pozwalające na przejście cewnika o średnicy 2F
- stent o minimalnej skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia
- platynowe markery na końcach stentu
- zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 15mm do 30mm

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Stenty intrakranialne do do leczenia zwężeń tętnic mózgowych

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy, samorozprężalny
- konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami
- fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy 3,5F
- cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie
- sten o min. skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia
- platynowe znaczniki na końcach stentu
- zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 9mm do 20mm

Ilość: 10 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Balon do predylatacji

Wymagane parametry techniczne:

- balon wykonany w technice "over the wire"
- balon pokrywany silikonem
- dystalna część cewnika hydrofilnego o śr. 0,017", długość 90cm
- zróżnicowane średnice balonu od 1,5mm do 4,0mm oraz długości 9mm, 15mm, 20mm,
- ciśnienie 12atm

Ilość: 10 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 19

Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- zbrojone na całej długości
- sterowalne 1:1
- rozmiary 5F i 6F, światło wewnętrzne 5F-0,056 , 6F-0,070
- długości 90cm, 100cm
- końcówka atraumatyczna, elastyczna, cieniująca we fluoroskopii
- powleczone substancją poślizgową wewnątrz

Ilość: 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 20

Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika – płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika
- Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie:

* część zewnętrzna- cewnik prowadzący o średnicach 5F – średnica wewnętrzna 0,059” , 6F-średnica wewnętrzna 0,071” długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm

*część wewnętrzna- cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F — średnica wewnętrzna 0,041” 5 F średnica wewnętrzna 0,048” , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm pokrycie hydrofilne o długości 15 cm

- Cewnik o kształcie końcówki : PROSTY , MP1 , MP2 , VERTEBRAL

Cena netto 1 szt. -

Ilość 50 sztuk

Producent-

PAKIET NR 21

Cewnik prowadzący

Wymagane parametry techniczne:

- średnice 4 Fr, 5 Fr
- długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0,038”
- duża średnica wewnętrzna 0,042” (1,07 mm) taka sama dla 4 Fr i 5 Fr
- atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia)
- dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje obwodowe
- kontrola trakcji 1:1
- duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi
- dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE utwardzonego nylonem – sztywniejsza i twardsza
- 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi)
- 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi)
-

Cena netto 1 szt. -

Ilość 50 sztuk

Producent-

PAKIET NR 22

Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- cewniki zbrojone - opłot z podwójnego drutu ze stali medycznej
- zmienna sztywność segmentów cewnika
- długość od 90cm do 100cm
- zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,053", 6F/0,064", 7F/0,073", 8F/0,086, 9F/0,099"
- miękka atraumatyczna końcówka cieniująca w promieniach rtg
- zróżnicowane kształty końcówek: >9 typów

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 23**Microsfera embolizacyjna do na bazie makromeru PVA****Wymagane parametry techniczne:**

- pięć wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów
- objętości 1 ml lub 2 ml w roztworze soli fizjologicznej
- precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy
- ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji
- barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania
- pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer
- kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021" / 700-900: 0,023" / 900-1200: 0,035"
- brak ryzyka blokowania mikrocewnika
- stała wielkość sfer w wybranej frakcji

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 24

Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej

Wymagane parametry techniczne:

średnica cewników 4F, 5F, światło cewników 0,035", 0,038"

cewnik zbrojony drutem stalowym w proksymalnym odcinku, wolframem w części dystalnej
celem dobrej wizualizacji w promieniach rtg

zróżnicowane rodzaje krzywizn końcówki cewnika celem selektywnego cewnikowania naczyń

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 25

Cewniki angiograficzne mózgowe

Wymagane parametry techniczne:

- Udoskonalona i opatentowana cieniodajna końcówka zapewniająca doskonałą wizualizację. Stopniowe przejście cieniodajnej końcówki w trzonie cewnika skutkuje minimalnymi ruchami cewnika podczas wstrzykiwania kontrastu pod dużym ciśnieniem.
- Cewnik z szesnastoma przewodami z nierdzewnej stali zapewniająca znakomitą kontrolę momentu obrotu.
- - Nylonowy materiał odporny na zmiękczenie podczas przedłużającego się manewrowania.

- Średnice od 4,1, 5F, 6F. Długości 100 i 125 cm.

- Duży wybór krzywizn :
PICARD, H1, H3, H1H, HN1, HN2, HN4, JB1, JB2, JB3, MAN, SIM1, SIM2, SIM3, WNBG, CK 1, VTK
- Ilość: 200 sztuk
- Cena netto 1 szt. -
- Producent -

PAKIET NR 26

Cewniki diagnostyczne :

Wymagane parametry techniczne:

- cewniki diagnostyczne typu flush, selective do angiografii tt. obwodowych i mózgowych
- trójwarstwowa ściana z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem
- w warstwie środkowej zbrojone pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej
- dystalne 10 cm bez oplotu, miękka poliuretanowa końcówka
- 5 Fr, kompatybilne z 0,038" gw, różne długości 65, 80, 100, 110 cm
- różne krzywizny, z otworami bocznymi lub bez

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 27**Cewnik diagnostyczny****Wymagane parametry techniczne:**

- cewnik diagnostyczny selektywny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych
- średnice 4 , 5 Fr (5 Fr selective-flush, 4 Fr more selective)
- duża średnica wewnętrzna:
 - 0,041"/ 1.03 mm dla 4 Fr
 - 0,047" / 1.20 mm dla 5 Fr
- dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem wytrzymuje ciśnienia do 1000 psi
- zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1 – precyzyjna manipulacja, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej
- dystalne 2 cm bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna końcówka
- dobry flowrate 4 -22 ml/sek, ciśnienie podania kontrastu do 1000 psi

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. - zł.....

Producent -

PAKIET NR 28**Sprzęt do wewnątrznaczyniowego usuwania ciał obcych****Wymagane parametry techniczne:**

- przestrzenna budowa o kształcie koszyka
- możliwość użycia w procedurach neurowaskularnych

-koszek cztero- lub sześciostrunowy

-maksymalne otwarcie od 6mm do 7,5mm

Ilość: 5 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 29

Sprzęt do wewnątrznaczyniowego usuwania ciał obcych

Wymagane parametry techniczne:

- dystalna budowa o kształcie pętli
- zróżnicowana średnica pętli od 2mm do 7mm
- zróżnicowana długość od 175cm do 200cm

Ilość: 5 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 30

Prowadniki naczyniowe obwodowe

Wymagane parametry techniczne:

- prowadniki pokryte substancją hydrofilną
- zróżnicowane długości prowadników 180cm, 260cm
- zróżnicowane średnice prowadników 0,18" , 0,25" , 0,35" , 0,38"
- zróżnicowane, giętkie 3cm długości końcówki: prosta, zagięta, kształt "J"

Ilość: 150 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 31

Prowadnik hydrofilny

Wymagane parametry techniczne:

- * Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu
- * Zakończenie proste lub zagięte 45^O, wersja o normalnej i zwiększonej sztywności
- * Średnica 0,035", 0,038", długość 150, 180 oraz 260 cm

Ilość: 150 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 32

Prowadniki hydrofilne nitinolowe:

Wymagane parametry techniczne:

- średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035"
- długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300
- długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, long=5 cm
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1
- w poliuretan zatopione nitki wolframowe
- atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu
- trwała powłoka hydrofilna
- z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia
- dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej
- dostępny w wersji z kształtowalną końcówką

Ilość:150sztuk

Cena netto 1 szt -

Producent -

PAKIET NR 33

Balony do remodelingu wewnątrznacyniowego

Wymagane parametry techniczne:

- cewnik balonowy o śr. 4mm lub 7mm i średnicy przejścia 2,3F lub 2,5F lub 3,5F
- zróżnicowane długości balonów: 4mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
- średnica balonu zależna od objętości wypełnienia
- cewnik długości 150cm
- balony o zróżnicowanym kształcie przestrzennym, po wypełnieniu dopasowujące się do światła naczynia zwłaszcza w obrębie podziału głównego pnia

Ilość: 100sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- wizualna skala podanej objętości preparatu
- dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu
- pojemność 1ml

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 34

Balony do remodelingu

wymagane parametry techniczne

kompatybilny z przewodnikiem 0,014; niezależny kanał do podawania kontrastu

- 0,067" / 1.70 mm dla średnicy 7 mm

- średnica shaftu proksymalnego 2.4 Fr / 0.8 mm
- średnica shaftu dystalnego 3.6 Fr / 1.2 mm
- kompatybilność z przewodnikiem 0,018" ; z koszulką 5 Fr (min) i 6 Fr (max)

Ilość 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 35

Y - adapter

Wymagane parametry techniczne:

-zawierający jedną regulowaną zastawkę

-możliwość przeprowadzenia sprzętu endowaskularnego od 0,008" do 0,123"

Ilość: 400sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 36

Y - adapter

wymagane parametry techniczne:

-zawierający dwie regulowane zastawki

-możliwość przeprowadzenia sprzętu endowaskularnego od 0,008" do 0,123"

Ilość:150 sztuk

Cena netto 1 szt. -.....

Producent -

PAKIET NR 37

Zestaw " Introducer "

Wymagane parametry techniczne:

introducer pokryty substancją hydrofilną

zróżnicowane długości "koszulki" od 10cm do 90cm

zróżnicowane światło "koszulki" od 4F do 10F

zestaw z igłą jednoczęściową do nakłucia tętnicy

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 38

Introduktor zbrojony

Wymagane parametry techniczne:

-introduktor- zbrojone o długości 24,35,90 cm

-kaniula odporna na złamania i zgięcia, z metalową spiralą wtopioną w poliuretan

-atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem ,a koszulką

-zastawka hemostatyczna z portem bocznym

-wykonywany z poliuretanu pokrytym powłoką hydrofilną

Ilość: 50 sztuk (10 szt. – 24 cm, 10 szt. – 35 cm, 30 szt. – 90 cm)

Cena netto 1 szt.: 24 cm -..... ; 1 szt. 35 cm -..... , 1 szt. 90 cm -

Producent -

PAKIET NR 39

Introduktor

Wymagane parametry techniczne:

-Introductory wyróżnia wyjątkowa konstrukcja osłonki zapewniająca maksymalną elastyczność bez zagięć ani zaciskania.

-Cieniodajna opaska pozwala na dokładne określenie położenia końca koszulki.

-Zastawki zapobiega cofaniu się krwi i aspiracji powietrza podczas manewrowania cewnikiem

-Kształt zastawki pozwala na łatwe wprowadzenie i manipulację cewnikiem.

- Boczny łącznik pozwala na przepłukiwanie wokół cewnika podczas gdy jest on umiejscowiony wewnątrz osłonki.

-Średnice 6,7,8F, długości 13,30,45,90 cm

Ilość:50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 40

Koszulki zbrojone z bocznym ramieniem

Wymagane parametry techniczne:

-Średnica 5,0 French do interwencji w małych naczyniach z dołączonymi poszerzaczami kompatybilnymi z przewodnikami 0,018 I 0,038 cala.

-Wyjątkowa konstrukcja koszulki zapewnia maksymalną elastyczność bez zginania lub naprężania.

-Cieniodajna opaska, niewidocznie połączona z materiałem koszulki, wskazuje dokładnie położenie końcówki koszulki pozwalając na dokładne jej umiejscowienie.

- Atraumatyczna końcówka SL (miękkie lądowanie) redukuje uszkodzenie naczynia podczas wprowadzania.

- Hydrofilowe pokrycie zarówno koszulki jak i poszerzacza zapewnia wyjątkowe nawilżenie powierzchni ułatwiające wprowadzanie.

- Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa Touhy-Borst zmniejsza utratę krwi podczas wprowadzania wyrobu.

— średnice 4, 5, 6, 7, 8 Fr , długości 55, 80 i 90 cm

Ilość:50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 41

Introduktor - zestaw do dostępu udowego (koszulka z rozszerzaczem + miniprowadnik + igła + strzykawką).

Wymagane parametry techniczne:

- długość koszulki 10 cm, średnice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr
- miniprowadnik nitinolowy pokryty poliuretanem („plastic guide wire”) 0,035” (0,025” dla zestawu z koszulką 4 Fr) o długości 45 cm z prostą końcówką
- igła Surflo Flash 18G x 2 ½” / 1.2 x 64 mm (dla zestawu z koszulką 4 Fr 20
- g x 2” / 0.9 x 51 mm) (igła ze stali nierdzewnej pokryta kaniulą, z wyżłobionym rowkiem – w momencie nakłucia wsteczny wypływ krwi)

Ilość: 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 42

Introducer- długa koszulka prowadząca

Wymagane parametry techniczne:

- zbrojona, hydrofilna, z markerem na końcu
- średnice 5 - 7 Fr, długość 45, 65, 90 cm
- kompatybilna z przewodnikiem 0,038”
- duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr
- dystalne pokrycie hydrofilne na 5 cm dla koszulki 45 cm ; 35 cm dla koszulki 65 cm ; 15 dla koszulki 90 cm
- zbrojona opłotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej,
- brak owalizacji światła na zgięciu
- cała koszulka dobrze widoczna pod skopią + złoty marker 5 mm od końca dystalnego poprawia widoczność końcówki

Ilość: 50 sztuk

Cena netto 1 szt . -

Producent -

PAKIET NR 43

Zestaw do embolizacji materiałami embolizacyjnymi

wymagane parametry techniczne:

- Cewnik 3F do embolizacji superselektywnej
- cewnik o średnicy 3F/2,8F prox/dyst i świetle 0,027" wewnętrznym na całej długości
- cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proks. i drutem platynowym w części dyst.
- platynowe zakończenie
- pokrycie zewnętrzne hydrofilne na całej długości, wewnętrzne z PTFE
- długości 105cm, 115cm, 135cm
- cewnik 4F/5F do diagnostyki selektywnej
- cewnik o średnicy 4F/5F i świetle 0,035" oraz 0,038
- cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej
- zróżnicowane rodzaje krzywizn końcówki
- materiał embolizacyjny PVA sferyczny
- kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego o kształcie sferycznym; średnice od 150 do 1200 um
- brak agregacji w większe konglomeraty
- zdolność do kompresji - elastyczność
- widoczność we fluoroskopii, biokompatybilność
- dostarczane we fiolkach 1ml oraz 2ml w roztworze soli fizjologicznej

Ilość: 20sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 44

Wkład do strzykawki automatycznej

Wymagane parametry techniczne:

- wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V Pro Vis

Ilość: 200 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 45

Przedłużacz wysokociśnieniowy

Wymagane parametry techniczne:

-przedłużacz wysokociśnieniowy długość 120cm

-maksymalnie dopuszczalne ciśnienie 8 MPA

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Przedłużacz niskociśnieniowy

Wymagane parametry techniczne:

-przedłużacz uniwersalny niskociśnieniowy długość 120cm

Ilość: 100 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 46

Zestaw do stentowania tętnic szyjnych

Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji

Wymagane parametry techniczne:

- Prowadnik 0,014" o długości 180 oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką
- Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,

- Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na przewodniku,
- Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów
- Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczyń w zakresie od 3,5 do 5,5mm
- Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F
- Możliwość używania w krętych naczyniach – zgodnie z instrukcją obsługi producenta

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Stent samorozprężalny szyjny

Wymagane parametry techniczne:

- Stent dostosowany do naczyń szyjnych
- Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltom,
- System dostawczy akceptujący przewód 0,014", monorail,
- Długość cewnika dostawczego 135cm
- Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F
- Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel.
- Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczyń i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna
- Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,
- Średnice: 5-9mm, długości: 30/40/50mm.
- Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów.

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt -

Producent -

Balon niskoprofilowy (do angioplastyki tętnic szyjnych)

Wymagane parametry techniczne:

- Cewnik balonowy niskoprofilowy w systemie monorail,
- Cewnik kompatybilny z przewodnikami 0,014" oraz 0,018"
- Długości cewnika 90 oraz 150cm
- Maksymalna średnica cewnika (prox/dyst) 3,1F do 5mm; 3,1/3,4F dla 5,5-7mm
- Rozmiary balonu 1,5-7,0mm, co 0,5mm,

- Długości balonu 1,5/2/3cm,
- Balon półpodatny – rozszerzalność >9%,
- Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm
- Profil wejścia w zmianę (crossing profile) <0,023”
- Kompatybilny z koszulkami: 4F do 5,0mm; 5F dla 5,5-7,0mm.
- Posiadający znak CE do stosowania w tętnicach szyjnych

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 47

Zestaw do stentowania tętnic szyjnych

System neuroprotekcji

Wymagane parametry techniczne:

- System neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu
- Minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F
- Prowadnik 0,035”
- Profil szafu dystalnego 5 F
- maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm
- kanał pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F; 0,069” (1,76 mm) dla 8 F
- długość użytkowa 950 mm
- bardzo dobra manewrowalność
- system odporny na załamania i zagięcia

Ilość 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Stent szyjny

- stent Typu Slotted Tube (wycinany laserowo z jednego kawałka materiału), materiał: Nitinol
- stent o strukturze hybrydowej – zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i

- otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej
- stent typu Rapid Exchange , monorail
- stent o dużej elastyczności, szczególnie zalecany do stentowania krętych i wąskich naczyń
- stent o bardzo dużej pamięci kształtu,
- markery na obu końcach stentu doskonale widoczne w skopii
- przewodnik 0,014”
- długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm
- średnice cylindryczne: 7,0, 9,0, 11,0 mm oraz taperowane 6-9mm oraz 7-10mm
- długość systemu dostarczania 135cm
- niski profil, minimalny rozmiar koszulki 5F

Ilość 10 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Cewnik balonowy szyjny

- przewodnik 0,018”
- ciśnienie RBP 15 – 17 bar, system monorail
- długości balonu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
- średnice balonu od 2,0 mm do 7,0 mm
- dwie długości systemu dostawczego 75cm i 135cm
- bardzo krótki czas inflacji i deflacji balonu - poniżej 5s
- materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia - FLEXITEX LP™
- niski profil, minimalny rozmiar koszulki 6 F (7 F dla średnic 6,50 – 7,00 mm)
- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu
- kontrolowana podatność balonu
- zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP
- bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego
- średnica szafu dystalnego 3,0 F – 3,5 F

Ilość: 20 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

Stent Samorozprężalny

- stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol
- stent elastyczny nadający się do krętych i wąskich naczyń
- stent o bardzo dużej pamięci kształtu,
- bliskie 0% skracanie się stentu podczas otwierania umożliwia dokładne pozycjonowanie stentu w zmianie
- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu
- aktywna siła radialna utrzymująca pełne światło naczynia przy zgięciu
- przewodnik 0,035"
- długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm
- średnice stentu od 6,0 do 12,0 mm
- długości systemu dostawczego 80cm, 120cm

Ilość 10 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 48

Strzykawki nakręcane luer-lock 20ml, 10ml, 5ml, 2ml, 1ml

Ilość: 2000

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 49

Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po usunięciu introduktora naczyniowego

Ilość: 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 50

Obłożenia operacyjne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

- ZESTAW: OBŁOŻENIE O WYMIARACH MINIMUM 220x350 WYKONANE Z OTWORAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI DOJŚCIE DO PACHWINY(OTWORY WINNY POSIADAĆ OTACZAJĄCĄ TAŚMĘ PRZYLEPNĄ ORAZ WARSTWĘ WYSOKOCHŁONNĄ)-1 SZTUKA
- SERWETA NIEPRZEMAKALNA CHŁONNA O WYMIARACH MINIMUM 150x200CM DO OBŁOŻENIA STOLIKA ZABIEGOWEGO-1 SZTUKA
- RĘCZNIKI WYKONANE Z WYSOKOCHŁONNEGO MATERIAŁU W ILOŚCI MINIMUM 20 SZTUK
- OSŁONA FOLIOWA ŚCIĄGANA GUMKĄ NA EKRAN RADIOLOGICZNY O ŚREDNICY MINIMUM 80CM-1 SZTUKA
- OSŁONA FOLIOWA ŚCIĄGANA GUMKĄ NA LAMPĘ RTG O ŚREDNICY MINIMUM 50CM-1 SZTUKA
- FARTUCH CHIRURGICZNY(RĘKAWY ZAKOŃCZONE ELASTYCZNYM MANKIETEM)-2 SZTUKI

Ilość: 300 zestawów

Cena netto 1 zestawu -

Producent -

PAKIET NR 51

Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych

Aparat do przetaczania płynów pod ciśnieniem minimum 300 MMHG Ilość 600 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 52

System do odczepiania elektromechaniczny

Wymagane parametry techniczne:

- gwarantujący wizualną-zielona/czerwona dioda sygnalizująca informacje o odczepieniu spirali

- czas odłączenia spirali 3 sekundy

Ilość 50 sztuk

Cena netto 1 szt. -

Producent -

PAKIET NR 53

Strzykawka ciśnieniowa z manometrem

Wymagane parametry techniczne:

- wykonana z przezroczystego materiału

- wytwarzająca ciśnienie min. 30 atm.

- pojemność 20 ml.

- możliwość łatwego wykonywania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji

- w zestawie ze strzykawką kranik trójdrożny

- z ruchomą lewostronną końcówką

- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka

- podziałka na matrycy manometru co 1 Atm

- uchwyt pistoletowy

Ilość 100 szt.

Cena netto 1 szt. -

Producent

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na „Dostawy sprzętu i obłożeń operacyjnych do Pracowni Neuroradiologii – Zp/100/PN-87/10.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę):

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.

11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP

12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.

13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.

15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składał (składamy) ofertę spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ.

16. Oświadczam (oświadczamy)* iż zapoznałem (zapoznaliśmy się)* się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dot. przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się (zobowiązujemy się)* do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

17. Oświadczam (oświadczamy) *, że na wezwanie Zamawiającego, w określonym przez niego terminie dostarczymy próbki przedmiotu zamówienia w celu zweryfikowania ich zgodności z opisem z Załącznika nr 1 do SIWZ.

18. Oświadczam (oświadczamy) *, że spełniamy wymagania art. 22 ust 1 Pzp.

19. Oświadczam (oświadczamy) * o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Pzp.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu i obłożeń operacyjnych do Pracowni Neuroradiologii** ogłoszonego.....

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
 - a) dla zamówień bieżących – do 5 dni,
 - b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin.
4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 9 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.
6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będzie utworzony skład konsygnacyjny.
2. Ustala się następujące zasady prowadzenia składu konsygnacyjnego:
 - a) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu sprzęt medyczny zgodnie z § 2 pkt. 1 niniejszej umowy,
 - b) wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbioru produktów dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego do koordynacji składu konsygnacyjnego;
 - c) produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy;
 - d) szpital raz w miesiącu, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, będzie sporządzał zbiorcze zestawienie ilościowe i asortymentowe zużytych produktów i przekazywał je Wykonawcy;
 - e) zestawienie, o którym mowa w lit. d) będzie stanowiło podstawę do sporządzenia faktury za dostawę;
 - f) Wykonawca uzupełni skład w terminie 5 dni na własny koszt stosownie do pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego;
 - g) Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w lit. b);
 - h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę produktów znajdujących się w składzie jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest następstwem działania siły wyższej.

§ 6

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy.
3. Na każdej fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej i nr pakietu.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 pkt.1.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia
(12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,

szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.).

2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dot. przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

