

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zmianami) **(dalej, jako Pzp)**.

I. Przedmiot zamówienia

Dostawy : podgrzewacza soli fizjologicznej z miską, lampy szczelinowej , narzędzi ortopedycznych

Liczba pakietów – 3

Pakiet nr 1 – Podgrzewacza soli fizjologicznej z miską
CPV : 33100000-1

Pakiet nr 2 – Lampa szczelinowa
CPV: 33100000-1

Pakiet nr 3 – Narzędzia ortopedyczne
CPV : 33162200-5

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się z Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanym w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku

VAT.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz normami ISO 9001:2008 dot. przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia do wglądu u Pełnomocnika ds. jakości – mgr Joanny Langer, tel. (0-740 6489602

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

4 tygodnie od daty podpisania umowy

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp;
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ;
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu;
- zapewniają termin gwarancji – **24 miesiące**;
- dostarczą sprzęt (towar) w terminie **do 4 tygodni** od daty podpisania umowy;
- posiadają wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, ora załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie;
- oferowany przez nich towar spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ;
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	Spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 Pzp	na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	Posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia	na podstawie przedłożonego wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym

		do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie.
4	Akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, akceptacja utrzymania ceny ofertowej przez okres obowiązywania umowy, zapewnienie terminu dostawy, zgodność dostarczonego sprzętu z Zał. nr 1 do SIWZ.	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	Akceptacja warunków umowy	na podstawie zapařafowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6	Spełnienie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej
7.	Wniesienie i ustanowienie wadium.	na podstawie dokumentu załączonego do oferty przetargowej

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1 : **47,30 zł.**

dla pakietu nr 2 : **440,00 zł.**

dla pakietu nr 3 : **500,00 zł.**

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.5 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8⁰⁰ do 14³⁵ pod wymienionym niżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – do osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Referent administracyjny - Agnieszka Szczebak - tel. (074) 6489700; - agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer **(074) 6489700 i agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl**. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron **na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium

3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie
9.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
10.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o zapewnieniu terminu dostawy, - o zapewnieniu terminu gwarancji, - o zgodności dostarczonego towaru z Zał. nr 1 do SIWZ,
11.	Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami : deklaracja zgodności.
12.	Katalogi, foldery, ulotki w języku polskim.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów o reprezentacji. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z zastrzeżeniem przepisów o reprezentacji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp..
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją

oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud. C pok. 32-37 (**sekretariat Dyrektora szpitala**) w terminie do dnia **07.03.2011r. do godziny 10.00.**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **07.03.2011r. o godz. 10.15.**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Pzp lub błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x 100 pkt. = ***ilość punktów dla pakietu x***

Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej ***z oferty ocenianej o wyższej cenie***

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikami nr 3 – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M
dr n. med. Roman Szelemej
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

data zatwierdzenia: 24.02.2011 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Podgrzewacz soli fizjologicznej z miską

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Podgrzewacz soli fizjologicznej z miską	szt.	1					
			RAZEM					

Parametry techniczne :

- zbiornik na płyny o pojemności 6 l;
- regulacja temperatury za pomocą pokrętła;
- temperatura podgrzewanego płynu do 70°C;
- zasilanie 230 V/600 W;
- w wyposażeniu przewód zasilający oraz uchwyt na przewód;
- hydraulicznie regulowana wysokość;
- mobilna podstawa z pięcioma antystatycznymi kółkami wyposażonymi w hamulce;
- stojak oraz miska ze stali nierdzewnej.

Pakiet nr 2

Lampa szczelinowa

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Lampa szczelinowa	szt.	2					
			RAZEM					

Parametry techniczne :

1. Lampa szczelinowa :

- Lampa szczelinowa z prowadzeniem szczeliny w układzie ZEISS;
- Minimum 3 stopnie powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 8 – 20 x **(podać)**;
- Okulary operatora z korekcją wady min. +/- 8 D oraz powiększeniem min. 10,0 x **(podać)**;
- Wysokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie oraz skokowo **(podać)**;
- Szerokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie **(podać)**;
- Obrót szczeliny w zakresie min. +/- 90° płynny **(podać)**;
- Oświetlenie halogenowe regulowane płynnie;
- Dystans roboczy pryzma – oko pacjenta min. 70 mm;
- Filtry: niebieski, zielony (bezczerwienny), żółty, zabezpieczający przed promieniowaniem UV, pochłaniający ciepło, płytka matowa do rozproszenia światła;
- Podpórka pod brodę i czoło pacjenta;
- Zasilacz zintegrowany z aparatem eliminujący potrzebę monitorowania dodatkowych skrzynek pod blatem stolika

2. Tonometr aplanacyjny :

- Możliwość zamontowania w lampie szczelinowej bez konieczności demontażu po badaniu każdego pacjenta;
- Zakres pomiarowy : 0- 80 mmHg;
- Tonometr aplanacyjny zgodny ze standardem Goldmanna.

3. Stolik elektryczny :
- Możliwość zamontowania na nim lampy szczelinowej;
 - Cicha, płynna praca;
 - Wbudowane w podstawę kółka jezdne do łatwego przemieszczania stolika.

UWAGA!

Zamawiający wymaga dostarczenia w danym pakiecie 2 szt. – lamp szczelinowej, 2 szt. stolików elektryczny i 1 szt. tonometru aplanacyjnego.

Pakiet nr 3**Narzędzia ortopedyczne**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Osteotomy ze zmiennymi ostrzami wraz z rękojeścią, wybijakiem i kluczem- ostrza proste o co najmniej 10 szerokościach od 10 mm do 40 mm, w tym dwa ostrza zagięte kątowno o szerokości 20 mm. Ostrza wykonane ze stali chromowej o zawartości 18% chromu, poddane obróbce frezerskiej, kowalskiej, hartowane, nie galwanizowane. Kluczyk, wybijak oraz rękojeść wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddane obróbce frezerskiej, ślusarskiej, tokarskiej, hartowane, nie galwanizowane. Rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem.	kpl.	1					
2.	Podważka kostna- typu Hohmanna, długość 340 mm, szerokość 42mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowane, ręczne formowanie kształtu	szt.	1					

3.	Podważka kostna- typu Hohmanna, długość 340 mm, szerokość 20mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowane, ręczne formowanie kształtu	szt.	1					
4.	Podważka kostna- typu Hohmanna, szerokość 20mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowane, ręczne formowanie kształtu	szt.	1					
5.	Podważka kostna- typu Hohmanna, długość 300 mm, szerokość 22mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowane, ręczne formowanie kształtu	szt.	1					
6.	Raspator Lambotte- długość 210mm, szerokość 15mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem.	szt.	1					
7.	Raspator Lambotte- długość 210mm, szerokość 20mm,	szt.	1					

	wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem.							
8.	Raspator Lambotte- długość 210mm, szerokość 25mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowane, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem.	szt.	1					
9.	Osteotom- długość 200mm, szerokość 20mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
10.	Osteotom- długość 200mm, szerokość 25mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
11.	Osteotom- długość 200mm, szerokość 30mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce	szt.	1					

	kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany							
12.	Osteotom- długość 200mm, szerokość 35mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
13.	Osteotom- długość 200mm, szerokość 40mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
14.	Młotek stalowy- waga min.600g, wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce tokarskiej, frezerskiej, hartowany, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
15.	Młotek stalowy- waga min.240g, wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce tokarskiej, frezerskiej, hartowany, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
16.	Młotek tekstolitowy- waga min.315g	szt.	1					

17.	Łyżka kostna z rączką uciskową- długość 380mm, owal łyżki min. 5mm, wykonana ze stali chromowej o zawartości 18% chromu poddana obróbce kowskiej, ślusarskiej, hartowana, nie galwanizowana, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
18.	Łyżka kostna z rączką uciskową- długość 265mm, owal łyżki min. 8mm, wykonana ze stali chromowej o zawartości 18% chromu poddana obróbce kowskiej, ślusarskiej, hartowana, nie galwanizowana, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
19.	Fasteotom- długość min. 350mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18% chromu poddany obróbce kowskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
20.	Podważka kostna- „tępa”, długość 150 mm, szerokość 2,8mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13% chromu poddana obróbce kowskiej, ślusarskiej, hartowana, nie galwanizowana	szt.	1					

21.	Podważka kostna- „tępa”, długość 150 mm, szerokość 7mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddana obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowana, nie galwanizowana	szt.	1					
22.	Podważka kostna- „tępa”, długość 150 mm, szerokość 5mm- wykonana ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddana obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowana, nie galwanizowana	szt.	1					
23.	Hak- trójzębny, ostro kończysty, długość 150mm, szerokość 9 mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
24.	Hak- lity, tępo kończysty, długość 150mm, szerokość 9mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
25.	Szydło- długość 210mm, wykonane ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, frezerskiej, hartowana, nie galwanizowana, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					

26.	Szydło- długość 140mm, wykonane ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, frezerskiej, hartowana, nie galwanizowana, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
27.	Szydło- długość 235mm, wykonane ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddane obróbce kowalskiej, ślusarskiej, tokarskiej, frezerskiej, hartowana, nie galwanizowana, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
28.	Łyzka do zwichnięcia ścięga- długość 310mm,szerokość 24mm, wykonana ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddana obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowana, nie galwanizowana, , rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
29.	Hak- tępo kończysty, długość 350mm, , wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym	szt.	1					

	pod wysokim ciśnieniem							
30.	Pobijak- długość 300mm, szerokość 10mm, grubość 2 mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
31.	Pobijak- długość 300mm, szerokość 16mm, grubość 9 mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany, rękojeść pokryta tekstolitem prasowanym pod wysokim ciśnieniem	szt.	1					
32.	Osteotom- lity, długość 245mm, szerokość 10mm, , wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
33.	Osteotom- lity, długość 245mm, szerokość 25mm, , wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
34.	Osteotom- lity, długość 245mm,	szt.	1					

	szerokość 40mm, , wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, hartowany, nie galwanizowany							
35.	Korkociąg- długości 300mm, wykonany ze stali chromowej o zawartości 18%chromu poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
36.	Frez Grucy- średnica 44mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
37.	Frez Grucy- średnica 46mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
38.	Frez Grucy- średnica 48mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18%	szt.	1					

	chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany							
39.	Frez Grucy- średnica 50mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
40.	Frez Grucy- średnica 52mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
41.	Frez Grucy- średnica 54mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie	szt.	1					

	galwanizowany							
42.	Frez Grucy- średnica 56mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
43.	Frez Grucy- średnica 58mm, część frezująca wykonana ze stali chromowanej o zawartości 18% chromu, rękojeść- ze stali chromowanej o zawartości 13% chromu, poddany obróbce kowalskiej, ślusarskiej, frezerskiej, tokarskiej, hartowany, nie galwanizowany	szt.	1					
44.	Retraktor- wykonany ze stali chromowej o zawartości 13%chromu, poddany obróbce frezerskiej, kowalskiej, ślusarskiej, hartowany, nie galwanizowany, w dwóch wielkościach	szt.	4					

Zamawiający wymaga rocznej gwarancji na ostrza niezależnie od ilości wykonanych zabiegów operacyjnych oraz gwarancji na czas nieoznaczony narzędzi.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na
dostawy : podgrzewacza soli fizjologicznej z miską, lampy szczelinowej , narzędzi
ortopedycznych – Zp/14/PN-12/11
informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr 1 :

„netto” PLN, (słownie:
..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:
..... złotych),

dla pakietu nr 2:

„netto” PLN, (słownie:
..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:
..... złotych),

dla pakietu nr 3:

„netto” PLN, (słownie:
..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:
..... złotych),

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapoznałem (zapoznaliśmy)* się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy)* je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy)*, że zdobyłem (zdobyliśmy)* wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy)* wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy)*, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy)*, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanymi)* ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz)* numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności i gwarantujemy stałość ceny w okresie trwania umowy.

13. Oświadczam (oświadczamy)*, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy)* wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapewnimy dostawę sprzętu w terminie - **do 4 tygodni od daty podpisania umowy**
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że oferowany towar spełniania wymów z zał. nr 1 do SIWZ
16. Oświadczam (oświadczamy) *, że akceptujemy termin dostawy
17. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z obowiązującymi w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz normami ISO 9001:2008 dot. przedmiotu zamówienia i zobowiązuje (zobowiązujemy) się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UMOWA DOSTAWY Nr.....

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę **podgrzewacza soli fizjologicznej z miską, lampy szczelinowej , narzędzi ortopedycznych** - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniunr ogłoszenia

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa..... wraz z montażem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik do niniejszej umowy (pakiet nr).

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: - dostarczenia przedmiotu umowy, i jego uruchomienia oraz przeszkolenia personelu medycznego w terminie do **4 tygodni** od daty zawarcia umowy .

2.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.

2.Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz konieczną dokumentacją.

3.Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę i uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie personelu.
3. Zapłata nastąpi w terminiedni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres **miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego oraz zapewnia bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.
3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od daty zgłoszenia awarii.
4. Wykonawca zapewnia usługi serwisowe w okresie gwarancji, które świadczyW.....przy ul..... numer telefonu.....

§ 7

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
 - a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.
 - b) 0, 2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w 7 ust. 1.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY