



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 03.03.2011 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-12/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę podgrzewacza soli fizjologicznej z miską, lampy szczelinowej, narzędzi ortopedycznych – Zp/14/PN-12/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podgrzewacza do soli fizjologicznej z miską o pojemności 5 l wyposażoną w skalę/podziałkę. Podgrzewacz z płynną regulacją temperatury poprzez pokrętkę w zakresie 35 st. C do 60 st. C, z termostatem i skalą temperatury. Płyta grzewcza pokryta teflonem w celu łatwego czyszczenia. Pięcioramienna podstawa jezdna wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w 5 kół: 2 z hamulcem, 3 antystatyczne. Wysokość regulowana przy wspomaganie siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej). Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 400 W. W wyposażeniu pierścień/obręcz do mocowania aseptycznych obłożeń oraz 5 m przewód zasilający mocowany do jednego z ramion podstawy jezdnej?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z regulacją natężenia oświetlenia na korpusie lampy (w pobliżu dżojstika) eliminującą monitorowanie, lecz z zasilaczem nie zintegrowanym z aparatem?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2

Czy zamawiający byłby skłonny wydłużyć czas reakcji serwisowej z 24 do 72 godzin.

Odp. Nie