



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 08.06.2011 r

DZPZ-530-Zp/37/PN-31/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego – Zp/37/PN-31/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez dodanie do § 2 ust. 2, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia nie więcej jednak niż o 20 % wartości przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje brzmienia § 2 ust. 2 projektu umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 4 ust. 3 poprzez określenie terminu dostaw jako odpowiednie 5 dni roboczych, 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje brzmienia § 4 ust. 3 pkt. „a” i „b” projektu umowy poprzez dodanie słowa „roboczych” po słowach „do 5 dni” i „do 48 godzin”.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w § 4 ust. 7 i określenie 7 dni jako 7 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje brzmienia § 4 ust. 7 projektu umowy poprzez dodanie słowa „roboczych” po słowach „w terminie 7 dni”.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w § 5 ust. 2 f i określenie 7 dni jako 7 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje brzmienia § 5 ust. 2 pkt. „f” projektu umowy poprzez dodanie słowa „roboczych” po słowach „w terminie 7 dni”.

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w § 5 ust. 2 o następującej treści:

„Zamawiający będzie wykazywał jako sprzęt medyczny zużyty produkty, które zostały zniszczone, uszkodzone lub którym uszkodzono opakowanie fabryczne w trakcie składowania ”?

Odp. Zamawiający w § 5 ust. 2 projektu umowy dodaje pkt. i) o brzmieniu „Zamawiający będzie wykazywał jako sprzęt medyczny użyte produkty, które zostały zniszczone, uszkodzone lub którym uszkodzono opakowanie fabryczne w trakcie składowania ”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 6 ust. 4 poprzez wykreślenie ust. 4 i następujące zapisanie iż:

„ Ustawowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, nie wymaga aneksu do umowy oraz wpływa na wysokość ceny brutto”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje brzmienia § 6 ust. 4 projektu umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1 pkt. 1 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne liczone od wartości niewykonanej części umowy (zapis w par. 9 ust. 2) oraz doda zdanie w części dotyczącej kar z tytułu zwłoki: w par. 9 ust. 1 pkt. 2 doda: jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje brzmienia §9 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy. Zawarty w projekcie umowy w §9 ust. 1 pkt. 1 zapis określa wyraźnie, że kary będą liczone nie do całości zamówienia, ale do części niewykonanej dostawy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje projektu umowy poprzez dodanie w par. 5 kolejnego ust. 3 o następującej treści:

„Zamawiający zobowiązuje się do zużywania towarów znajdujących się w składzie konsygnacyjnym według ich daty ważności, poczynwszy od najkrótszej dla danego asortymentu”

Odp. Zamawiający w § 5 projektu umowy dodaje ustęp 3 o brzmieniu „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania towarów znajdujących się w składzie konsygnacyjnym według ich daty ważności, poczynwszy od najkrótszej dla danego asortymentu”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje projektu umowy poprzez dodanie w par. 5 ust.1: Ustala się następujące zasady prowadzenia składu konsygnacyjnego, na zasadach określonych w umowie przechowania której propozycje przesyłamy w załączeniu (wzór umowy w załączniku do niniejszego pisma).

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy, nie wyrażamy zgody na utworzenie umowy przechowania.

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- *gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;*
- *w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;*
- *zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy.*

Odp. W związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w przypadku „zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia- dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie” lub w przypadku ” zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy”. Jednakże każdy w/w przypadek zmiany umowy rozpatrywany będzie indywidualnie i wymagać będzie każdorazowej zgody Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy w przypadku „gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie”.

Dotyczy Pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o profilu balonu 0,034" dla średnicy 3,0 mm?

Odp. Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu 27

Czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe wykonane ze stopu platynowo-chromowego o profilu przejścia dla średnicy 3,0 mm równym 0,043", shafcie proksymalnym 2.3F, shafcie dystalnym 2.7F, profilu wejścia równym 0,018", grubości ściany stentu dla średnic 2.25-3.75mm- 0,0032", dla średnicy 4,00mm- 0,0034"?

Odp. Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu 35

Czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe o następujących parametrach:

- Stent ze stopu platynowo-chromowego (procentowy skład stopy platformy: platyna 33%, chrom 18%, żelazo 37%, molibden 2,6%, mangan < 0,05%, nikiel 9%)
- Grubość ściany stentu dla średnic 2.25-3.75 mm – 0,0032", dla średnicy 4.0mm – 0,0034"
- Długość systemu doprowadzającego 144 cm
- System doprowadzający – Hypotube
- Ciśnienie nominalne 12ATM dla wszystkich rozmiarów
- Profil przejścia stentu przy średnicy 3.00mm – 0,0043"
- Średnicy otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0mm wynosi 5.7mm
- Skrócenie stentu przy średnicy nominalnej (2.25-4.00mm) 0,02-1,17 mm, co mieści się w zakresie 0,25%-3,1%
- Długość stentu (STS) 0,4 mm

Odp. Dopuszczamy.

Dotyczy pakietu Nr 9:

1. Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie długości od 9 do 30 mm (9; 13; 15; 19; 23; 27 i 30 mm) dla wszystkich oferowanych średnic?
2. Czy zamawiający dopuści stenty o profilu przejścia 0,032"?
3. Czy zamawiający dopuści stenty o skróceniu stentu podczas implantacji poniżej 2%?
4. Czy zamawiający dopuści stenty, których ciśnienie nominalne wynosi 8 bar dla wszystkich dostępnych rozmiarów?
5. Czy zamawiający dopuści stenty o długości systemu doprowadzającego 140 cm?
6. Czy zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 14 bar dla rozmiarów 3,5-27; 3,5-30; 4,0-19; 4,0-23; 4,0-27 i 4,0-30 mm, a dla pozostałych rozmiarów 16 bar?
7. Czy zamawiający dopuści stenty, które z certyfikacie CE nie mają wymienionego wskazania do AMI?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu Nr 10:

1. Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie długości od 9 do 30 mm (9; 13; 15; 19; 23; 27 i 30 mm) dla wszystkich oferowanych średnic?
2. Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie średnic od 2,25 do 4,0 mm (2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm)?

3. Czy zamawiający dopuści stenty o profilu przejścia 0,032”?
4. Czy zamawiający dopuści stenty o skróceniu stentu podczas implantacji poniżej 2%?
5. Czy zamawiający dopuści stenty, których ciśnienie nominalne wynosi 8 bar?
6. Czy zamawiający dopuści stenty posiadające system doprowadzający typu monorail, RX?
7. Czy zamawiający dopuści stenty o długości systemu doprowadzającego 140 cm?
8. Czy zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 14 bar dla rozmiarów 3,5-27; 3,5-30; 4,0-19; 4,0-23; 4,0-27 i 4,0-30 mm, a dla pozostałych rozmiarów 16 bar?
9. Czy zamawiający dopuści stenty, które z certyfikacie CE nie mają wymienionego wskazania do AMI?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu Nr 20:

1. Czy zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 16 bar dla rozmiarów o średnicy 2,5 mm, a dla pozostałych rozmiarów 14 bar?
2. Czy zamawiający dopuści stenty o długościach 9; 13; 15; 19; 23; 28 i 32 mm?
3. Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie średnic od 2,5 do 4,0 mm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu Nr 26:

1. Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe dwu- lub trzyczakładowe w zależności od średnicy balonu?
2. Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe dostępne w długościach 15; 20; 25 i 30 mm?
3. Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe o shafcie dystalnym 2,7F?
4. Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe, które uwalniają lek paclitaksel (dawka leku 3 µg/mm² powierzchni balonu) z powłoki będącą mieszkanką w proporcji 1:1 leku paclitaksel i substancji Shellac, która to powłoka posiada Certyfikat Europejski?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu Nr 27:

1. Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie długości od 9 do 30 mm (9; 13; 15; 19; 23; 27 i 30 mm) dla wszystkich oferowanych średnic?
2. Czy zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 14 bar dla rozmiarów 3,5-27; 3,5-30; 4,0-19; 4,0-23; 4,0-27 i 4,0-30 mm, a dla pozostałych rozmiarów 16 bar?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej wraz z zestawem do wprowadzania o następujących parametrach:

- budowa cewnika zapewniająca minimalizację oporu przepływu helu, kanał ciśnieniowy zbrojony metalowym oplotem, szaft cewnika elastyczny i odporny na załamania i zagięcia

- system mocowania cewnika – 2 szt. skrzydełek do przyszywania

- cewniki w rozmiarach 7Fr/30 cc, 8Fr/40 cc oraz 9Fr/50 cc przystosowane do wzrostu pacjenta w przedziale 150-200 cm, długość wprowadzanego cewnika 69,3 cm;

- średnica zestawu wprowadzającego dopasowana do średnicy oferowanych cewników;

- cewnik z zestawem umożliwiającym założenie metodą bezkoszulkową i z koszulką, w każdym zestawie znajdują się 2 przewadniki, 2 koszulki dotętnicze w tym 1 sztuka. koszulki zbrojonej metalowym opłotem z portem bocznym;
- balon wykonany z Cardiothanu, pokryty powłoka hydrofilną o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- cewnik ze znacznikami długości ułatwiającymi ocenę głębokości implantacji
- czas realizacji zamówienia do 3 dni roboczych
- do oferty dołączone potwierdzenie zastosowania w co najmniej 500 przypadkach w Polsce.

Odp. Wyrażamy zgodę.

Dotyczy pakietu 17

Czy Zamawiający wymaga przetworników z częstotliwością własna kompletnej linii powyżej 45 Hz?

Odp. Nie wymagamy.

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o rezygnację za składu konsygnacyjnego dla pakietu 8 i 17.

Odp. Zamawiający nie rezygnuje ze składu konsygnacyjnego.

Prosimy o określenie wysokości składu konsygnacyjnego.

Odp. Skład konsygnacyjny zgodnie z § 5 projektu umowy.

Prosimy o modyfikację zapisów umowy dotyczących terminów dostawy „na cito” do 2 dni roboczych.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy w zakresie terminów dostaw.

Dotyczy paragrafu 6 ust. 4

Prosimy o modyfikację paragrafu 6 ust. 4 wzoru umowy na:

„Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT, pod warunkiem że zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje 6 ust. 4 projektu umowy.

Załącznik:

- wzór umowy przechowania – załącznik do pytania.

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej Przechowawcą

a

.....

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

- 1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.
2. Wynagrodzenie za przechowanie jest w kalkulowane w cenę dostawy, określoną w umowie dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

- 1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
- 3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie
wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Załącznik nr 3

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:.....
3. Nazwiska pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)
A)
B)
4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis