



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 26.09.2011 r

DZPZ-530-Zp/75/PN-65/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: dostawy zestawów odczynnikowych, szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz kart do mikrometody serologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do serologii grup krwi i prób zgodności z systemem back-up – Zp/75/PN-65/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Dotyczy pakiet 1A:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1A, poz. 3 czułość testu: 300 ng/ml?

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1A, poz. 6 czułość testu: 300 ng/ml?

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1A, poz. 11 czułość testu: 500 ng/ml?

Odp. Nie. Zamawiający zawsze wymaga (jeśli nie określi specyficznej dla siebie) jak najwyższej dostępnej czułości oferowanych testów w danym asortymencie.

Pakiet nr 1 B: „Mikrometoda wraz z dzierżawą automatycznego analizatora oraz systemu back-up do oferowanych kart”

1. Czy Zamawiający dopuści oznaczanie grupy krwi noworodka (pkt. 3) w następujący sposób: kaseta anty-A/anty-B/anty-AB/antyD/ctrl/IgG ? Badanie będzie w pełni automatyczne.

Odp. Nie.

2. Dotyczy pkt.3 i 7. Czy Zamawiający dopuści wykrycie DVI+ z użyciem dodatkowego gotowego do użycia odczynnika, co zostało zatwierdzone przez IHiT? Badanie będzie w pełni automatyczne.

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie grupy krwi noworodka (pkt.4) w następujący sposób: anty-A/anty-B/anty-D/ anty-A/anty-B/anty-D gdzie anty – D pochodzi z innej serii, ale tego samego klonu? Badanie będzie w pełni automatyczne.

Odp. Nie.

4. Dotyczy pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści użycie dwóch kaset do oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych: kasety anty-A/anty-B/anty-D/ anty-A/anty-B/anty-D oraz kasety wykrywającej izoaglutyniny? Badanie będzie w pełni automatyczne.

Odp. Nie.

5. Dotyczy pkt. 8 i 10. Każdy z producentów przewiduje inne objętości krwinek do poszczególnych badań, więc podana przez Zamawiającego objętość może być nieadekwatna do liczby wykonywanych badań. Prosimy o podanie liczby oznaczeń.

Odp. 7 200 oznaczeń.

6. Czy Zamawiający pozwoli (dotyczy pkt. 9) na wykupienie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa badań profili antygenowych grupy Lewis (Lea, Leb, kontrola) ze względu na brak kart do takiego oznaczenia? Koszty badania pokryje Wykonawca.

Odp. Nie.

7. Dotyczy pkt. 11. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odczynnika ogólnego stosowania-NaCl?

Odp. Zamawiający wymaga diluentu zalecanego przez producenta analizatora.

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart nie kompatybilnych z MTC-24 DiaMed (900 obr/min, czas wirowania 10 min) oraz ID-24S? Wymóg kompatybilności jest ograniczeniem konkurencji. Wykonawca dostarczy system back- up (wirówka, dwie pipety multidozujące, inkubator, statyw), którego odczynniki są kompatybilne z analizatorem.

Odp. Oferowany analizator i system back-up muszą pracować na tych samych kartach

Pakiet nr 1 B: „Parametry graniczne do analizatora serologicznego oraz systemu back-up”.

1. Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemności 42 próbek? (pkt. 11).

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator serologiczny wykonywał rozcieńczenia w jednorazowych naczyniach (kuwety jednorazowe, dołki plastikowe itp.) co zapobiega kontaminacji?

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby odczyt kaset odbywał się w sposób automatyczny z dwóch stron, co zapewnia pewność wyników?

Odp. Nie.

4. Czy Zamawiający wymaga dedykowanych dla poszczególnych rodzajów kaset dziurkaczy w automatycznym analizatorze ze serologicznym, co zapobiega kontaminacji?

Odp. Nie.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby w automatycznym analizatorze serologicznym istniała możliwość doładowywania próbek bez zatrzymywania pracy podzespołów aparatu?

Odp. Nie, ale zaoferowanie takiej opcji jest dopuszczalne.