



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 29.11.2011 r.

DZPZ-530-Zp/89/PN-78/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi – Zp/89/PN-78/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1, poz. 5

Prosimy o sprecyzowanie jaki hak zamawiający ma na myśli.

Odp. Hak automatyczny prosty 4-zębny tępy 18-22 cm

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1, poz. 1,2,3,6

Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru narzędzi.

Odp.

Ad. 1 Nożyczki proste 20-22 cm

Ad. 2 Proste nożyczki naczyniowe 12 cm

Ad. 3 Zakrzywione nożyczki naczyniowe 12 cm

Ad. 6 Imadło 20 cm

Ad. 7 Dysektor 12 cm

Ad. 8 Dysektor duży 18-22 cm

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4, poz. 1

Czy zamawiającemu chodzi o nożyczki opatrunkowe o rozmiarze 9cm, 11,5cm, 14cm, 18cm czy 20 cm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści nożyczki Baby-Metzenbaum w rozmiarze 11,5cm zamiast 12cm?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. pakietu nr 9, poz. 5 i 6

Czy zamawiający dopuści hak typu Weitlaner o długości w pozycji 5 24cm zamiast 22cm oraz w pozycji 6 20cm zamiast 18cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakietu nr 9

Czy zamawiający dopuści dysektor w rozmiarze 16cm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 9, poz. 13

Czy zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną typ Gerald o długości 17 cm zamiast 15cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu nr 11, poz. 2 i 3

Czy zamawiający dopuści długość dłuta 28 cm zamiast 27,5cm? Rozumiemy że jednostka miary użyta przy parametrach szerokości dłuta to omyłka pisarska i powinno być 10mm oraz 15mm.

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakietu nr 11, poz. 6

Czy zamawiający dopuści młotek o długości 235mm zamiast 230mm?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu nr 11, poz. 9

Czy zamawiający dopuści podważkę Hohmann-Aldinger w rozmiarze 285 mm zamiast 270mm?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 11, poz. 10

Czy zamawiający dopuści podważkę typ Hohmann 240mm zamiast Hohmann-Aldinger 240mm?

Odp. Tak jeżeli szerokość łopatki ma 44 mm.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 12, dot. pakietu nr 11, poz. 12

Czy zamawiający ma na myśli odgryzacz kostny? Jeśli tak prosimy o sprecyzowanie typu tj: Luer, Luer-Stille; Luer-Friedman a nie przez Państwa podanej Luer-Lekser gdyż taka nie istnieje według naszej wiedzy.

Prosimy również o doprecyzowanie co oznacza wymiar 8 mm bo w/w ogryzacze występują w rozmiarach 15 lub 22cm.

Odp. Nie