

Wałbrzych 06.05.2008 r.

DZPZ/94/AR/05/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę:

- 15 szt. kardiowerterów defibrylatorów jednojamowych z elektrodami i osprzętem koniecznym do implantacji,
- 8 szt. kardiowerterów defibrylatorów dwujamowych z elektrodami i osprzętem koniecznym do implantacji Zp/23/PN-16/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z dostarczoną energią defibrylacji 30J ale większą bo 8 szoków w jednej interwencji ?

Odp. Tak.

Pyt. 2, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy bez programowalnej obudowy defibrylatora (active, non active)?

Odp. Tak.

Pyt. 3, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z żywotnością 6,38 przy nastawach standardowych 2,8V; 0,5ms; 60ppm; 500Ohm, kwartalne szoki, 15% stymulacji ?

Odp. Tak.

Pyt. 4, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy bez algorytmu różnicującego morfologię częstoskurczu komorowego ?

Odp. Tak.

Pyt. 5, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodami jednokoilowymi oraz dwukoilowym sterydowymi o średnicy 7,8 F ?

Odp. Tak.

Pyt. 6, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy z dostarczoną energią defibrylacji 30J ale większą bo 8 szoków w jednej interwencji ?

Odp. Tak.

Pyt. 7, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy bez programowalnej obudowy defibrylatora (active, non active) ?

Odp. Tak.

Pyt.8, pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami jednokoilowymi oraz dwukoilowym sterydowymi o średnicy 7,8 F ?

Odp. Tak.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala