



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600      fax 74/ 64 89 746  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/27/PN-23/12

Wałbrzych, 16.03.2012r.

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem typu „C”, kontenerów do sterylizacji na narzędzia chirurgiczne oraz zestawu systemu CR wraz z oprogramowaniem, komputerem i drukarką do stacji diagnostycznej”.*

*-Zp/27/PN-23/12*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 3, pkt. IV 7: „Oprogramowanie istniejącej stacji diagnostycznej z systemem MAC OS wraz z kalibracją”**

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu: ”Integracja z każdym serwerem PACS”. Czy Zamawiający ma na myśli funkcjonalność oprogramowania umożliwiającą pracę z dowolnym systemem PACS?  
**Odp. Integracja z każdym serwerem PACS- rozumiemy jako brak ograniczeń w/w oprogramowania poprzez zachowanie standardów dla tego rodzaju systemów.**
2. Czy Zamawiający wymaga podłączenia stacji diagnostycznej z zaoferowanym przez Wykonawcę oprogramowaniem diagnostycznym do posiadanego systemu PACS/RIS?  
**Odp. Tak- Zamawiający wymaga podłączenia do istniejącego serwera Pascowego oraz przesłania testowego danych.**
3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to czy Zamawiający posiada „wolne” licencje na podłączenie stacji diagnostycznej z zaoferowanym przez Wykonawcę oprogramowaniem diagnostycznym do posiadanego systemu PACS/RIS, czy też w ramach niniejszego postępowania wymaga aby Wykonawca dostarczył odpowiednie licencje?  
**Odp. Zamawiający posiada odpowiednią ilość licencji na podłączenie stacji diagnostycznej oraz w ramach niniejszego postępowania nie jest wymagane dostarczenie odpowiednich licencji.**

4. Prosimy o podanie wymaganego okresu gwarancji/ opieki serwisowej dla pozycji:  
„Oprogramowanie istniejącej stacji diagnostycznej z systemem MAC OS wraz z kalibracją”?

**Odp. 12 m-cy**

**Pyt. 2 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 3: „Zestaw systemu CR: czytnik płyt obrazowych CR, konsola technika, zestaw kaset z płytami obrazowymi”**

1. Czy Zamawiający wymaga podłączenia wyspecyfikowanego systemu CR do posiadanego systemu PACS/RIS?

**Odp. Tak oraz testowego przesłania danych.**

2. Czy Zamawiający posiada „wolne” licencje na podłączenie systemu CR do posiadanego systemu PACS/RIS, czy też w ramach niniejszego postępowania wymaga aby Wykonawca dostarczył odpowiednie licencje?

**Odp. Zamawiający posiada odpowiednią ilość licencji na podłączenie CR oraz w ramach niniejszego postępowania nie jest wymagane dostarczenie odpowiednich licencji.**

**Pyt. 3 dot. pakietu nr 1- Mobilny aparat RTG z ramieniem typu „C”**

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresie, ruchu orbitalnego min. 360 stopni, jest to zakres wystarczający do wykonania wszelkich ekspozycji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą stałą dwuogniskową lecz z małym ogniskiem 0,5mm i dużym 1,5mm?

**Odp. Nie**

**Pyt. 4 dot. pakietu nr 2**

Czy zamawiający dopuści wannę aluminiową do kontenera o wym. 595mm x 275mm x 135mm wraz z pasującą do tej wanny pokrywą wykonaną z wysokowytrzymałego polimeru PPSU odpornego na uszkodzenia w dowolnie wskazanym kolorze z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pyt. 5 dot. pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści kosz do powyższego kontenera o wym. 540 x 250 x 100mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Nie**

**Pyt. 6 dot. pakietu nr 2**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi, które składają się z aluminiowej wanny w rozmiarze 595 x 275 x 135mm oraz koszy w rozmiarze 540 x 250 x 100mm?

Proponowane kontenery mieszczą się w jednostce sterylizacyjnej DIN, a niewielkie różnice rozmiarowe wynikają z technologii wykonania kontenerów i nie mają żadnego wpływu na pracę, gdyż kosz załadowczy zgodny jest z wymiarami wymaganymi przez Zamawiającego.

**Odp. Nie**

**Pyt. 7dot. pakietu nr 2**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery, które posiadają pokrywy wykonane podobnie jak wanny z aluminium, które jest dużo tańsze niż tworzywo sztuczne.

**Odp. Nie**

**Pyt. 8 dot. pakietu nr 2**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na kontenery z pokrywami wyposażonymi w wbudowane filtry, które wymagają wymiany po ok. 1200 cyklach sterylizacyjnych? Zobowiązujemy

się jednocześnie do 4-krotnej nieodpłatnej wymiany filtrów (tak, aby zapewnić wymagane w SIWZ 5000 cykli sterylizacyjnych) na własny koszt i odpowiedzialność w trakcie użytkowania kontenerów przez Zamawiającego.

**Odp. Nie**

***Dyrektor Szpitala  
Mariola Dudziak***