

Wałbrzych: Dostawy sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach obwodowych.

Numer ogłoszenia: 63635 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6489742, faks 074 6489746.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach obwodowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach obwodowych. Pakiet nr 1 - Cewniki angiograficzne diagnostyczne. Pakiet nr 2 - Koszulki prowadzące zbrojone. Pakiet nr 3 - Koszulki prowadzące zbrojone do « Crossowania » podziału aorty. Pakiet nr 4 - Koszulki prowadzące zbrojone. Pakiet nr 5 - Stenty rozprężane na balonie. Pakiet nr 6 - Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchniowej. Pakiet nr 7 - Cewniki balonowe wielozadaniowe. Pakiet nr 8 - Prowadniki zabiegowe. Pakiet nr 9 - Stentgrafty obwodowe do montowania na balonie. Pakiet nr 10 - Stenty zamykające do naczyń. Pakiet nr 11 - Stenty samorozprężalne do plastyki tętnic podudzia. Pakiet nr 12 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy. Pakiet nr 13 - Cewniki balonowe do interwencji na tętnicach podudzia. Pakiet nr 14 - Prowadnik specjalistyczny do plastyki tętnic podudzia. Pakiet nr 15 - Prowadniki specjalistyczne stalowe do udrożnień. Pakiet nr 16 - Stenty samorozprężalne do tętnic szyjnych nitynolowe. Pakiet nr 17 - System protekcji dystalnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1, 33.14.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium w PLN wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: dla pakietu nr 1: 120,00 dla pakietu nr 2: 315,00 dla pakietu nr 3: 190,00 dla pakietu nr 4: 150,00 dla pakietu nr 5: 750,00 dla pakietu nr 6: 1 050,00 dla pakietu nr 7: 250,00 dla pakietu nr 8: 85,00 dla pakietu nr 9: 150,00 dla pakietu nr 10: 126,00 dla pakietu nr 11: 1 050,00 dla pakietu nr 12: 185,00 dla pakietu nr 13: 250,00 dla pakietu nr 14: 40,00 dla pakietu nr 15: 50,00 dla pakietu nr 16 : 1 470,00 dla pakietu nr 17: 1 470,00 DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru - na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. : 1) posiadanie doświadczenie w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społeczne potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zdrowie.walbrzych.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CEWNIKI ANGIOGRAFICZNE DIAGNOSTYCZNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna - typy ukształtowania końcówki: DAV, H1, H3, JB1, JB2, MAN, SIM1, SIM2, SIM3, VAL, VTK, WNBG, ACN1, C1, C2, C3, CHG-A, CHG-3, HET, HINCK, LEV1, RIM, TC, TC-BNK, TIPS, VCF, VS, VS1, VS2, VS3, VSC1, VSC2, VSC3 - cewnik zbudowany z nylonu - cewnik zbrojony oplotem stalowym - dobra sterowalność 1:1 - średnice zewnętrzna 4, 1F 5F, 6F, 7F - długości od 40 do 135 cm - końcówka cewnika bardzo dobrze widoczna w rtg - dostępność cewników z pokryciem hydrofilnym - dostępność cewników z bocznymi otworami (4,6,8,10 lub 12 otworów) 200 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1, 33.14.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KOSZULKI PROWADZĄCE ZBROJONE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszulki prowadzące zbrojone - koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym - dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne - koszulki w zakresie średnic od 4 F do 12F - posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg - dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018 lub 0,038 - długości koszulek :55 cm , 80cm , 90cm - możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHY-BORST 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KOSZULKI PROWADZĄCE ZBROJONE DO CROSSOWANIA PODZIAŁU AORTY..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszulki prowadzące zbrojone do crossowania podziału aorty - koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym opłotem stalowym - dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne - koszulki w zakresie średnic od 5 F do 9 F - posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg - dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018 lub 0,038 - długości koszulek : 30cm , 40cm , 45cm , 55cm - możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHY-BORST - dostępne konfiguracje krzywizn typu: PROSTA, RAABE, ANSEL , BALKIN o różnych typach sztywności części proksymalnej i dystalnej. 50 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KOSZULKI PROWADZĄCE ZBROJONE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszulki prowadzące zbrojone: - dobra sterowalność - typy ukształtowania końcówki :Hokey Stik, Cobra, Contralateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight - silikonowa zastawka hemostatyczna - miękka atraumatyczna końcówka - marker na końcu cewnika -świecząca w rtg końcówka cewnika - pokrycie cewnika materiałem PTFE - zbrojony trzon - długość cewnika 55 oraz 90 lub 95 cm oraz 125 cm - duża średnica wewnętrzna , przy minimalnej średnicy zewnętrznej - średnica zewnętrzna 6F , przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070 - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078 - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088 - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098 - średnica zewnętrzna 10F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,110 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: STENT ROZPRĘŻANY NA BALONIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stenty rozprężalne na balonie - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063 - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO T. UDOWEJ POWIERZCHOWNEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchniowej - stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu - kompatybilny z przewodnikiem 0,035 - możliwość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostępne długości od 20 do 100mm oraz dodatkowo 120 i 150 mm w średnicach 5-8mm - mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CEWNIK BALONOWY WIELOZADANIOWY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybilny z przewodnikiem 0,035 - dostępne średnice od 3,0 do 14mm - dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla średnic 8 - 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i <= 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1, 33.14.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PROWADNIKI ZABIEGOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadniki zabiegowe - sterowalny przewodnik zabiegowy o średnicy 0,035 z taperowaną końcówką 0,025 o długości 17cm; dł. przewodnika od min 180 do min. 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary - dostępne również prowadniki 0,014; 0,018 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: STENTGRAFTY OBWODOWE DO MONTOWANIA NA BALONIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stentgraft obwodowy do montowania na balonie - stent ze stali medycznej pokryty PTFE - dostępny w średnicach od 4 do 12 mm i długościach od 12 do 58 mm - do

samodzielnego montażu na balon przeznaczony do PTA 5 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: SYSTEMY ZAMYKAJĄCE DO NACZYŃ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitynolowego klipsa 30 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO PLASTYKI TĘTNIC PODUDZIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana - stent nitynolowy z termiczną pamięcią kształtu - kompatybilny z przewodnikiem 0,018 - możliwość zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzającego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 3 do 8mm - dostępne długości od 20 do 100 mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - kompatybilne z przewodnikiem 0,018 - RBP => 20 bar - dostępne długości 20 - 120mm - dostępne śr.2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm - długość układu dostarczającego 90 i 135-150cm - shaft prox. 3,6F - shaft dystal 3,4F 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1, 33.14.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: CEWNIKI BALONOWE DO INTERWENCJI NA TĘTNICACH PODUDZIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - balon w systemie OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,014 - system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów - dł. systemu 90 i 150cm - NP = 8atm; RBP = 14atm - dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm

dostępne min. 4długości) - wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwężenia ciasne zmiany 50 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1, 33.14.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PROWADNIK SPECJALISTYCZNY DO PLASTYKI TĘTNIC PODUDZIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Średnica 0,014 dostępne długości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm) 20 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE STALOWE DO UDROŻNIEŃ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018. Dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki - najsztyniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125. 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. Dostępne długości 145, 190, 300 cm 20 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO TĘTNIC SZYJNYCH NITYNOLOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej 60 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: SYSTEM PROTEKCJI DYSTALNEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy dla średnic 4-7mm - dostępny jeden uniwersalny rozmiar długość systemu 190cm

dostępne systemy z przewodnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) 60 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.