



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 23.03.2012 r.

DZPZ-530-Zp/29/PN-25/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach obwodowych” – Zp/29/PN-25/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 „Stenty rozprężane na balonie” o długości układu wprowadzającego 75 i 135cm; o dostępnych średnicach 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10mm; o dostępnych długościach 19, 29, 39, 49, 59mm; stentu przeznaczonego do leczenia zmian miażdżycowych występujących w naczyniach obwodowych, szczególnie w tętnicach biodrowych w celu utrzymania drożności naczynia; pozostałe parametry bez zmian? **Odp.** Nie.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 „Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej” o dostępnych długościach systemu wprowadzającego 85 i 135 cm; o dostępnych średnicach 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10, 12mm; o dostępnych długościach 20, 40, 60, 80, 100mm; pozostałe parametry bez zmian? **Odp.** Nie.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 „Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana” prowadnik o o dostępnej długości 180 i 300 cm; o dostępnych sztywnościach końcówki 1,0 i 20,0g; o pokryciu hydrofilnym na długości 17 i 22 cm; pozostałe parametry bez zmian? **Odp.** Nie.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 „Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożeń o średnicy 0,018” prowadnika o 3 rodzajach sztywności końcówki przy czym średnica najsztywniejszej taperowanej końcówki wynosi 0,013” oraz długość typu widzialnego w promieniowaniu rtg tej końcówki wynosi 15 cm; o dostępnych długościach 180 cm, 190 cm, 300 cm; pozostałe parametry bez zmian? **Odp.** Nie.

Pyt. Pakiet 5: Czy Zamawiający dopuści stent rozprężalny na balonie stalowy, przeznaczony do leczenia zmian w naczyniach obwodowych, o ścianach grubości 0,0072” – 0,0077”, długości układu wprowadzającego 75 i 135 cm, średnicach od 5 do 10 mm, długościach od 17 do 57 mm, kompatybilny z koszulką 6 i 7 F? **Odp.** Nie.

Pyt. Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny o średnicach 5-14 mm, długościach 20 -120 mm, długości układu wprowadzającego 75 i 120 cm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp.** Nie.

Pyt. Pakiet 7: Czy Zamawiający dopuści następujący cewnik balonowy:

- kompatybilny z przewodnikiem 0,035”,
- średnice balonu: 3 – 12 mm,
- długości balonu: 20 – 200 mm,
- długości systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm,
- kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm),
- ciśnienie RBP:14 – 24 ATM,
- profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm,
- wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność,
- balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik nie pokrywany. **Odp.** Nie.

Pyt. Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy:

- średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm),
- długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm (dla śr. 1,5 mm dostępne 2 długości),
- długości cewnika: 90 - 150 cm,
- kompatybilny przewodnik: 0,014”,
- kompatybilna koszulka: 4 F,
- profil wejścia końcówki: 0,017” ,
- ciśnienie RBP: 12-14 atm,
- cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów),
- wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność,
- balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik nie pokrywany. **Odp.** Nie.

Pyt. Pakiet 15: Czy Zamawiający dopuści następujący przewodnik:

- przewodnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,
- średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,
- kształtowany koniec o długości 2cm,
- dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,
- rdzeń ze stali z domieszką tytanu. **Odp.** Nie.

Pyt. Pakiet 16: Czy Zamawiający dopuści następujący stent szyjny:

- samorozprężalny, zamkniętokomórkowy stent przeznaczony do tętnic szyjnych,
- wykonany z nitynolou, w formie niezamkniętej rolki dynamicznie dopasowującej się do naczyń o średnicy od 4 do 9 mm – jedna uniwersalna średnica,
- nominalna długość stentu: 21/32/40 mm,
- niskoprofilowy system dostawczy 5F (0,068"/1,75mm),
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014", RX,
- powierzchnia komórki 4,4mm²,
- trzy markery tantalowe na obu końcach stentu oraz marker na dystalnym końcu systemu wprowadzającego. **Odp. Nie.**

Pyt. Pakiet 17: Czy Zamawiający dopuści następujący system protekcji dystalnej:

- przewód 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką,
- przewód umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,
- koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na przewodniku,
- filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110 mikronów,
- jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm,
- koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F. **Odp. Nie.**