



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 05.04.2012 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-31/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy mikro płytek tytanowych i śrub tytanowych do operacji plastycznych i odtwórczych w zakresie mózgowiczaszki i twarzoczaszki, linii krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog, igieł do hemodializy jednoigłowej Y” – Zp/35/PN-31/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr 1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści zaoferowanie poniższych rozwiązań w pozycjach:

1. Mikro płytką tytanową 1,5 w kształcie litery Y, 5-cio otworową, grubość 0,6 mm; czysty tytan?
2. Mikro płytką tytanową 1,5 prostą z przestrzenią centralną; 2 otwory, grubość 0,6 mm; czysty tytan?
3. Mikro płytką tytanową 1,5 prostą z przestrzenią centralną, 4 otwory, grubość 0,6 mm; czysty tytan?
4. Mikro płytką tytanową 1,5 prostą; 16 otworową; grubość 0,6 mm; czysty tytan?
5. Śruba tytanowa 1,5 mm; czaszkowa, imbusowa typu gwiazdka; samowiercąca, dł. 4, 5, 6, 7 mm ?
6. Śruba tytanowa awaryjna 1,8 mm; czaszkowa, imbusowa typu gwiazdka; samogwintująca, dł. 5, 7 mm ?
7. Siatka tytanowa 1,5 mm, grubość 0,3 mm; 110x55 mm?

Odp. Nie. W asortymencie brak śruby 3 mm, a śruby samogwintujące dostępne są tylko w dwóch rozmiarach.