



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.04.2012 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-31/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy mikroplatek tytanowych i śrub tytanowych do operacji plastycznych i odtwórczych w zakresie mózgowiczaszki i twarzoczaszki, linii krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog, igieł do hemodializy jednoigłowej Y” – Zp/35/PN-31/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. d. Prosimy o dopuszczenie mikroplatek tytanowych 18 lub 24 otworowych, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.** Zamawiający dopuszcza mikroplateki tytanowe 18 lub 24 otworowe, pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. f. Prosimy o dopuszczenie śrub tytanowych awaryjnych o długości 3, 5, 7 mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza śrub tytanowych awaryjnych o długości 3, 5, 7 mm.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. g. Prosimy o dopuszczenie siatki tytanowej 1,6 mm, grubość 0,4 mm, 120 x 75 mm. **Odp.** Zamawiający dopuszcza siatkę tytanową 1,6 mm, grubość 0,4 mm, 120 x 75 mm.