



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.04.2012 r.

DZPZ-530-Zp/28/PN-24/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu i materiałów medycznych do procedur endowskularnych w zakresie naczyń dogłównych i wewnątrzczyszczkowych” – Zp/28/PN-24/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający w zakresie Pakietów 26 i 27 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Mark V ProVis (o nr seryjnych 109645 i 93181) i – jako takie – nie spowodują usterek w ich działaniu, ani nie będą powodem ich uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na te aparaty gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych i okresowych przeglądach technicznych)? **Odp.** Przedłużacz do podawania kontrastu z automatycznej strzykawką musi spełniać warunki kompatybilności oraz warunki techniczne do podawania płynów pod ciśnieniem i w określonym przepływie.

Pyt. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27 poz. 2 dopuści przedłużacz niskociśnieniowy o długości 120 – 150 cm? **Odp.** Tak.