



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl

fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/47/PN-42/12

Wałbrzych, 29.06.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu oraz zainstalowanie laboratoryjnej sieci komputerowej”.

-Zp/47/PN-42/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy pakietu 5, pkt 1 parametrów granicznych automatycznego analizatora do analizy moczu:

W związku z brakiem na rynku automatycznego analizatora do analizy moczu o wydajności 500 oznaczeń na godzinę, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora o wydajności max. 240 ozn / godz.?

Odp. Tak

Pyt. 2 dotyczy pakietu 5, pkt. 17 parametrów granicznych automatycznego analizatora do analizy moczu:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający stawiając wymóg – „możliwość rozszerzenia funkcji analizatora o automatyczne wykonywanie badania osadu moczu” wymaga możliwości współpracy automatycznego analizatora analizy moczu z analizatorem osadów?

Odp. Tak

Pyt. 3 dot. Zał.nr 1 do siwz, Pakiet 1 B, pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dla następujących parametrów: HIV IV gen., p/c przeciwko receptorowi TSH, wit.B12, anty-HBc Total, kwas foliowy czas oczekiwania na wynik wynosił do 27 min.?

Odp. Tak

Pyt. 4 dot. Zał.nr 1 do siwz, Pakiet 1 B, pkt 13

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga zaoferowanie analizatora, w którym producent zapewnia warunki zabezpieczające stabilność odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze bez konieczności ich chłodzenia na pokładzie w temperaturze lodówki?

Odp. Tak

Pyt. 5 dot. Tab.2 do pakietu nr 1, pkt 7

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecają wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV)

Odp. Tak

Pyt. 6 dot. Tab.2 do pakietu nr 1

Czy w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach Zamawiający dopuści ich okresowe przechowywanie w lodówce poza analizatorem? Takie rozwiązanie zapobiegnie stratom odczynnikowym i pozwoli na optymalne skalkulowanie oferty.

Odp. Tak

Pyt. 7 dot. pakietu 2, pkt 20 parametrów granicznych analizatora do RKZ i oksymetrii

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wykorzystuje czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta oraz materiału kontrolnego, natomiast odczynniki identyfikowane są przy pomocy specjalnych czipów?

Odp. Tak

Prosimy o wyjaśnienie na ilu poziomach i jak często Zamawiający planuje wykonywać badania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej?

Odp. 3 poziomy naprzemiennie 4 x w tygodniu

Pyt. 8 dot. pakietu 1, pkt parametrów granicznych analizatorów typu back-up

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora typu back-up, dla którego zastosowano rozwiązanie techniczne z chłodzonym pokładem odczynnikowym z 32 pozycjami dla zestawów odczynnikowych?

Odp. Tak

Pyt. 9 dot. pakiet nr 3, punkt 23 SIWZ:

Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od zawartego w punkcie 23 SIWZ wymogu bezpłatnego dostarczenia kalibratora do uruchomienia analizatorów, jeśli analizatory są kalibrowane fabrycznie a ich kalibracja stabilna jest w okresie wieloletnim i później nie wymagają żadnej dodatkowej kalibracji ze strony użytkownika.

Odp. Patrz odp. z 20.06.2012r.

Prosimy o dodanie formularza cenowego dotyczącego dzierżawy aparatu do automatycznego odczytu OB. Poniżej zamieszczamy propozycję takiego formularza.

Odp. Patrz odp. z 20.06.2012r.

Pyt. 10 dot. pakietu nr 1 tabela 1 i tabela 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienie kolumny „Ilość opakowań / rok” analogicznie jak np. w Tab.2, tak by „Wartość na rok PLN netto” i „Wartość na rok PLN brutto” były wynikiem iloczynu wartości z kolumn „Cena opakowania PLN netto” oraz „Ilość opakowań na rok”?

Odp. Nie

Pyt. 11 dot. pakietu nr 1

Dotyczy Pakietu 1 oraz Pakietu 2. Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminów trwałości po otwarciu. Czy wymóg ten ma dotyczyć terminów trwałości po otwarciu jedynie odczynników? Czy wystarczającym będzie podanie tych informacji w kolejnej kolumnie formularzy cenowych?

Odp. Tak. Termin trwałości podać pod nazwą odczynnika.

Pyt. 12 dot. pakietu nr 6

Dotyczy pakietu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kodów kreskowych w postaci pakietów (500 sztuk) w postaci listków z samoprzylepnymi numerami (6 nalepek/1 numer)? Jednocześnie prosimy o utworzenie formularza cenowego do Pakietu 6 z podaniem ilości potrzebnych

kart i kodów kreskowych, tak by można było wycenić karty, kody oraz czynsz dzierżawny dla Pakietu 6.

Odp. Tak, ilość kart 150 tys./rok; ilość pakietów kodów kreskowych (500szt.)- 150 tys./rok (przy założeniu, że jest 6 nalepek/ 1 numer. Karty i kody kreskowe należy umieścić w tabeli 1a do pakietu nr 1.

Pyt. 13 Zwracamy się z prośbą o dopisanie pod stronami umowy zapisu:

„W przypadku wyboru oferty złożonej przez kilku Wykonawców działających w formie konsorcjum – Stronami umowy będą wszystkie podmioty tworzące konsorcjum, nazwane kolejno Wykonawca 1, Wykonawca 2 itd.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 14 Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 1 ust. 3 w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

- a. Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Pakietów nr
- b. Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Pakietów nr
- c. Wykonawca 3 odpowiedzialny jest za realizację Pakietów nr

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 15 Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 1 ust. 4 w brzmieniu:

„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 16 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 3 ust. 1.2 w brzmieniu;

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe odpowiednio u Wykonawcy 1, u Wykonawcy 2 albo u Wykonawcy 3, odpowiedzialnego za wykonanie danego Pakietu, tj.:

- zamówienia w zakresie Pakietów nr składane będą pod numerem telefonu, faks nr
- zamówienia w zakresie Pakietów nr składane będą pod numerem telefonu, faks nr
- zamówienia w zakresie Pakietów nr składane będą pod numerem telefonu....., faks nr

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 17 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 5 ust. 5.1. w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata należności za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1, Wykonawcę 2 albo Wykonawcę 3, odpowiedzialnego za wykonanie danego Pakietu, w terminie 60 dni od daty doręczenia oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, wystawionej w języku polskim”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 18 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 5 ust. 6.1. w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum czynsz dzierżawny za dzierżawę urządzeń wyszczególnionych w par. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 umowy, płatny będzie miesięcznie – w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1, Wykonawcę 2 albo Wykonawcę 3, odpowiedzialnego za wykonanie danego Pakietu”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 19 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w § 3 ust. 1 zdania drugiego w brzmieniu: „*Odbiór towaru jest potwierdzeniem złożenia zamówienia.*” lub wyjaśnienie jego znaczenia, jeżeli jest inne niż to, które wynika z jego literalnego brzmienia.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 20 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w § 4 ust. 8. Zmiana taka stanowiłaby zmianę przedmiotu Umowy w czasie jej trwania. Dodatkowo może stanowić naruszenie zasady równości stron.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 21 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w par. 4 ust. 11 poprzez dodanie terminu początkowego usunięcia awarii tj. na: „*W przypadku awarii analizatora głównego i/lub zastępczego – dostawca zobowiązuje się do usunięcia awarii najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia awarii lub zapewni analizator zastępczy na czas trwania naprawy lub zapewni i sfinansuje wykonanie badań w innej placówce do czasu usunięcia awarii*”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 22 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w § 5 ust. 8 tak, aby przyjął on brzmienie: „W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 23 Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zapis umowy może zostać uznany za nieważny, jeżeli jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub z istotą stosunku zobowiązaniowego (art. 58 k.c. i 353 1 k.c.). Przenoszenie bieżących kosztów prowadzenia działalności medycznej na prywatny podmiot oraz obarczanie ryzykiem gospodarczym związanym z umową tylko jednej strony może być bez wątpienia uznane za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji, bowiem umowa sprzedaży traci swoją podstawową funkcję, jaką jest wymiana świadczeń: brak w niej zapłaty ceny, czyli istotnego składnika umowy sprzedaży. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 9 projektu umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatnościach Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania kolejnych zamówionych dostaw ani prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, chyba, że opóźnienie przekracza 90 dni od daty dostawy”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 24 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie części zapisu w § 5 ust. 9 w brzmieniu: „...ale nie uprawnienia Wykonawcy do wycofania dzierżawionych analizatorów z eksploatacji”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 25 Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 7 terminu rozpatrzenia reklamacji, który będzie wynosił 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oraz terminu dostarczenia wymienionych towarów, który będzie wynosił 7 dni.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 26 Prosimy o modyfikację zapisu w § 9 ust. 1 pkt. 1 tak, aby kara umowna za opóźnienie w dostawach cito naliczana była za każdy dzień opóźnienia zamiast za każdą godzinę. Jednocześnie prosimy o określenie terminu dostawy, który Zamawiający rozumie pod pojęciem „cito”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 27 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w § 10 ust. 1 oraz ust. 2 tak, aby przyjął on brzmienie:

W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy ponad 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do:

„1/wyznaczenia dodatkowego terminu wydania towaru oraz żądania zapłaty kary umownej.

2/ odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.”

Kara umowna spełnia funkcję odszkodowawczą i należy się w wysokości określonej w umowie zamiast odszkodowania uzyskanego na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, na podstawie zapisu par. 9 ust. 3 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 28 Prosimy o dodanie w § 3 ust. 2: po słowach „3 dni” zwrotu „roboczych”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 29 Prosimy o uzupełnienie postanowienia w § 3 ust. 7: dotyczącego terminu ważności zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 3 miesiące od daty dostawy”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odp. Patrz odp. z 20.06.2012r.

Pyt. 30 Prosimy o zmianę zwrotu w § 4 ust. 11 „do 12 godzin” na zapis w brzmieniu „do 24 godzin”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 31 Prosimy o dodanie w § 5 ust. 3 zdania w następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie”.

Odp. Patrz odp. z 20.06.2012r.

Pyt. 32 Prosimy o zmianę użytego sformułowania w § 5 ust. 5 „od daty doręczenia” na zwrot „od daty wystawienia”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w § 9 w brzmieniu: „Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 34 Prosimy o uzupełnienie postanowienia w § 12 zapisem w brzmieniu: „bez pisemnej zgody Zamawiającego, a zgody takiej Zamawiający nie może odmówić”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka