



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 05.07.2012 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-54/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, pasków do pomiaru cukru, igieł Hubera zakrzywionych z drenem, nakłuwaczy automatycznych, zestawów do biopsji wspomaganej próżnią, uchwytów elektrod, worków laparoskopowych, zastawek dootrzewnowych, osłon jednorazowych, drenów - drenaży pola i ran operacyjnych, folii przylepnych do obłożenia pola operacyjnego, cewników naczyniowych i Pezera, instrumentarium staplerowego– Zp/59/PN-54/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie do jakiego generatora elektro-chirurgicznego jest przeznaczony uchwyt elektrod monopolarnych i jak zakończony ma być kabel elektrod : wtyczką z jednym czy trzema bolcami?

Odp. Z trzema bolcami.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyty elektrod z kablem o długości 3 metry?

Odp. 3,2 m– 4 m.