



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 30.08.2012 r.

DZPZ-530-Zp/67/PN-61/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy stymulatorów rdzenia kręgowego – Zp/67/PN-61/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie dot. pakietu nr 2

„Stymulator rdzeniowy, stałonateżeniowy” - w tabeli ofertowej stanowiącej Załącznik nr 1 SIWZ opisano pakiet jako Stymulatory rdzeniowe, stało nateżeniowe. Natomiast poniżej tabeli, w opisie technicznym opisano je jako stymulatory o stałym napięciu prądu. Proszę o sprecyzowanie, czy w pakiecie na stymulatory rdzeniowe stało nateżeniowe zamawiający wymaga aby stymulatory stałonateżeniowe miały stałe nateżenie prądu?

Odp. Tak