



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 08.10.2012 r.

DZPZ-530-Zp/81/PN-74/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Zp/81/PN-74/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z tworzywa PE, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Również dopuści

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarze 2,5 bez mankietu?

Odp. Tak, dopuści

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarze 3,0?

Odp. Nie

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się na wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania?

Odp. Nie

pozycja 1-14

Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki podany na skrzydełkach szyldu zamiast na baloniku kontrolnym?

Odp. Tak, dopuści

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze 2,5 tylko bez mankietu?

Odp. Tak, dopuści

poz. 1-15

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne posiadające zamiast znaczników głębokości skalowanie co 1cm (skala numeryczna co 2cm)?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4, dot. pakietu nr 6, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści silikonowe maski resuscytacyjne wielorazowe niesterylne z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. nie przekraczającej 125°C?

Odp. Nie



Czy Zamawiający dopuści silikonowe maski resuscytacyjne w rozmiarach:

Rozmiar Zastosowanie

#0 Niemowlęta

#1 Niemowlęta

#2 Niemowlęta

#3 Dzieci

#4 Dorośli

#5 Dorośli

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4, dot. pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe silikonowe?

Odp. Tak, dopuści

Pytanie 5, dot. pakietu nr 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z rozmiarem na baloniku kontrolnym oraz z wagą, objętością wypełnienia i rozmiarem na rurce?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2

Czy oferowane rurki tracheotomijne powinny posiadać logo lub nazwę producenta na minimum mankietu kontrolnym, jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym – co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu procedury medycznej?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3

Czy oferowane rurki tracheotomijne powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samej rurce oraz mankietu kontrolnym, jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym – co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu procedury medycznej?

Odp. Tak jak w SIWZ

Czy rurki powinny posiadać na samej rurce oznaczenie zarówno średnicy zewnętrznej jak i wewnętrznej (rozmiar) rurki?

Odp. Tak jak w SIWZ

Czy oferowane rurki powinny posiadać średnice zewnętrzne maksimum jak poniżej dla poszczególnych rozmiarów /wyrażone w mm/:

rozm. 2.5 – śred. zewn. maks. 3.5

rozm. 3.0 – śred. zewn. maks. 4.2

rozm. 3.5 – śred. zewn. maks. 4.8

rozm. 4.0 – śred. zewn. maks. 5.4

rozm. 4.5 – śred. zewn. maks. 6.0

rozm. 5.0 – śred. zewn. maks. 6.9

rozm. 5.5 – śred. zewn. maks. 7.5

rozm. 6.0 – śred. zewn. maks. 8.2
rozm. 6.5 – śred. zewn. maks. 8.8
rozm. 7.0 – śred. zewn. maks. 9.7
rozm. 7.5 – śred. zewn. maks. 10.3
rozm. 8.0 – śred. zewn. maks. 11.0
rozm. 8.5 – śred. zewn. maks. 11.7
rozm. 9.0 – śred. zewn. maks. 12.3
rozm. 9.5 – śred. zewn. maks. 13.0

Odp. Tak jak w SIWZ

Czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym powinny posiadać otwór Murphego oraz odłączony, kolorowy łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2

Czy zintegrowany łącznik 15 mm ma być obrotowy?

Odp. Nie musi

Czy struktura szyldu (ramki mocującej) ma być ażurowa, co pozwala lepszą pielęgnację otworu stomijnego ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 8, dot. pakietu nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy rurka ma posiadać znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego, grubego ringu oraz półprzezroczysty mleczny standardowy konektor 15mm oraz balonik kontrolny w kolorze niebieskim ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 9, dot. pakietu nr 8

Prosimy o wyjaśnienie czy rozmiar maski ma być kodowany kolorem mankieta?

Odp. Może, ale nie musi

Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane maski krtaniowe w pozycji 1 mają posiadać w zestawie (w opakowaniu razem z maską) jałowy, jednorazowy żel ułatwiający wprowadzenie maski oraz strzykawkę luer-lock 30 ml do napełniania mankieta ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 10, dot. pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno gardłowych wykonanych z polietylenu z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Również dopuści

Pytanie 11, dot. pakietu nr 6, poz. 1-4

Czy Zamawiający pisząc „ z mankietem, kołnierzem zapewniającym szczelność poprzez dopasowanie do twarzy pacjenta” miał na myśli maski z pompowanym mankietem czy może maski z kołnierzem – otwartym mankietem?

Odp. Dopuszcza obydwa modele

Pytanie 12, dot. pakietu nr 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści sterylne maski krtaniowe bezlateksowe jednorazowego użytku z oznaczeniami: rozmiaru maski, wagi pacjenta i objętości wypełniającej mankiet na rurce maski i numerem maski na baloniku kontrolnym?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 13, dot. umowy

1. Prosimy o modyfikację § 4, pkt. 3. wzoru umowy na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

Dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych

Dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

2. Prosimy o wykreślenie z § 5, pkt. 2 wzoru umowy zapisu: „oraz numeru pakietu.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

3. Prosimy o dopisanie do § 6, pkt. 5. wzoru umowy na:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiane ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

4. Prosimy o modyfikację § 8, pkt. 1.1) wzoru umowy na:

„1) 0,2% wartości nie dostarczonej partii towaru – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru .”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy, silikonowy o pojemności 2,3L spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Tak, dopuści.