



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Sokołowskiego 4](#)

Miejscowość: [Wałbrzych](#)

Kod pocztowy: [58-309](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 746489700](#)

Osoba do kontaktów: [Agnieszka Szczebak](#)

E-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl

Faks: [+48 746489700](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

☒ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ☐ Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

☒ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ☐ Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres

☒ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ☐ Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

☐ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

☐ Agencja/urząd krajowy lub federalny

☐ Organ władzy regionalnej lub lokalnej

☐ Agencja/urząd regionalny lub lokalny

☒ Podmiot prawa publicznego

☐ Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

☐ Inna: *(proszę określić)*

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

☐ Ogólne usługi publiczne

- ☐ Obrona
- ☐ Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- ☐ Środowisko
- ☐ Sprawy gospodarcze i finansowe
- ☒ Zdrowie
- ☐ Budownictwo i obiekty komunalne
- ☐ Ochrona socjalna
- ☐ Rekreacja, kultura i religia
- ☐ Edukacja
- ☐ Inny: *(proszę określić)*

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

☐ tak ☐ nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

[Dostawy osprzętu do endoskopów.](#)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| ☐ Roboty budowlane | ☒ Dostawy | ☐ Usługi |
| ☐ Wykonanie | ☒ Kupno | Kategoria usług: nr: |
| ☐ Zaprojektowanie i wykonanie | ☐ Dzierżawa | Zob. kategorie usług w załączniku |
| ☐ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego | ☐ Najem | C1 |
| odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą | ☐ Leasing | |
| | ☐ Połączenie powyższych form | |

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- ☒ Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
☐ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
☐ Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

- ☐ Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami ☐ Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : albo w miesiącach :

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : i : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Pakiet nr 1 – Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).
Pakiet nr 2 – Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).
Pakiet nr 3 – Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).
Pakiet nr 4 – Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).
Pakiet nr 5 – Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33168000	

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : ☐ tak ☐ nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: ☒ tak ☐ nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
☐ tylko jednej części

☐ jednej lub więcej części

☒ wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : ☐ tak ☒ nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :**II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :** (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : ☐ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: ☐ tak ☐ nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i:

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1 : 6 635,00 zł.,

dla pakietu nr 2 : 4 559,50 zł.,

dla pakietu nr 3 : 4 103,00 zł.,

dla pakietu nr 4 : 2 298,60 zł.,

dla pakietu nr 5 : 345,56 zł.,

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Walbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,

2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C.

3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,

4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : ☐ tak ☒ nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.

1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy podmioty zbiorowe – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- pkt. 2 tabeli (nazwa, rodzaj warunku) :

a) ppkt. 1 (sposób oceny) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) ppkt. 2, 3 (sposób oceny) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

c) ppkt. 4 (sposób oceny) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,

d) ppkt. 5 (sposób oceny) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: *(jeżeli dotyczy)*

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: *(jeżeli dotyczy)*

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :
- posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: *(jeżeli dotyczy)*

- ☐ Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
- ☐ Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: ☐ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: ☐ tak ☐ nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

- ☒ Otwarta
☐ Ograniczona
☐ Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- ☐ Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : ☐ tak ☐ nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
☐ Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- ☐ Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

albo

Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : ☐ tak ☐ nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- ☒ Najniższa cena

albo

- ☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

☐ kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

☐ kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna ☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

[Zp/90/PN-81/12](#)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak)

☐ Wstępne ogłoszenie informacyjne ☐ Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

☐ Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: Godzina:

Dokumenty odpłatne ☒ tak ☐ nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: [30.00](#) Waluta: [PLN](#)

Warunki i sposób płatności:

[za zaliczeniem pocztowym](#)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: [04/12/2012](#) Godzina: [09:30](#)

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

☐ Dowolny język urzędowy UE

☒ Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

[PL](#)

☐ Inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

albo

Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 04/12/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:15

(jeżeli dotyczy) Miejsowość: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w Sali konferencyjnej

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

☐ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : ☐ tak ☒ nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : ☐ tak ☐ nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: [KIO](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17a](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy:

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne *(jeżeli dotyczy)*

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

VI.4.2) Składanie odwołań: *(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)*

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[23/10/2012](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2012-146726

Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa:	Krajowy numer identyfikacyjny: <i>(jeżeli jest znany)</i>	
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Państwo:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:		
E-mail:	Faks:	
Adres internetowy: <i>(URL)</i>		

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa:	Krajowy numer identyfikacyjny: <i>(jeżeli jest znany)</i>	
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Państwo:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:		
E-mail:	Faks:	
Adres internetowy: <i>(URL)</i>		

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przysyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oficjalna nazwa:	Krajowy numer identyfikacyjny: <i>(jeżeli jest znany)</i>	
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Państwo:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:		
E-mail:	Faks:	
Adres internetowy: <i>(URL)</i>		

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa	Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli jest znana):
Adres pocztowy:	
Miejscowość	Kod pocztowy
Państwo	

----- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -----

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy osprzętu do endoskopów.

Część nr : 1 **Nazwa :** Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).

1) Krótki opis:

1. Pętla do polipektomii owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli: 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana. Op-5 szt.
2. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, dł. robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli: 13, 27, 30, 33 mm, dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Op-10 szt.
3. Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica 2,4 i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami). Op-40 szt.
4. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Op-10 szt.
5. Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 - 11.5 mm (2 zestawy w opakowaniu)
6. Kolonoskopowe igły hemostatyczne, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 240 cm, średnica igły 23 i 25 G, długość igły 4mm, fabrycznie zabezpieczone w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki; osłona odporna na zagięcia i załamania. Op-5 szt.
7. Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dostępne średnice i długości:
0.025", średnica końcówki .025"- .20" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł. 450 cm,
0.035", średnica końcówki .035"- .027" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 cm,
0.035", średnica końcówki .035"- .027" – o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 cm,
(2 szt. w opakowaniu)
.038" – bardzo sztywny, końcówka prosta długość 260 cm,
Op. 2 szt.
8. Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, średnica 7.0 - 5.5 Fr, dł. robocza 200 cm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, nos 5 mm, średnica noska do wyboru: 3,9mm, 4,4mm
9. Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2cm i 4cm, średnica balonu 4, 6, 8, 10 mm (do wyboru), współpracuje z prowadnikiem .035" o dł. 260 oraz 450 cm
10. Urządzenie do inflacji z manometrem, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji.
11. Zestawy do wprowadzania protez o średnicy 7 i 10 Fr; zestaw zawiera cewnik prowadzący i cewnik popychający. Zalecany prowadnik - .035".
12. Protezy do dróg żółciowych cienkościenne z zagięciem dwunastniczym i środkowym. Średnica protez: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; długości protez: 5, 7, 9, 12, 15, 18 cm.

13. Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z przewodnikiem o średnicy .035", min. średnica kanału roboczego 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm

14. Papillotom igłowy - trójkanałowy; długość igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr; zalecany przewodnik 0,035".

15. Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 3 mm; zalecany przewodnik - .035"

16. Trzykanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica katateru 7 - 6 Fr; długość 200 cm; średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18mm; ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu; zalecany przewodnik - .035"

17. Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji, średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8 cm oraz 8mm- dł: 6,8cm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany przewodnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm. Możliwość usunięcia stentu w wersji całkowicie krytej do 12 miesięcy od implantacji.

18. Samorozprężalny stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami); średnica stentu 8 i 10 mm- długość stentu: 4, 6, 8cm, stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy max. 8 Fr, współpracujący z przewodnikiem 0,035" o długości: 450 cm, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min.75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu.

19. Stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok załadowany do zestawu; wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%,możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm,12cm,15cm, średnice: 18 i 23mm w części roboczej.

Stent samorozprężalny nitinolowy do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok (załadowany do zestawu), jednolitej budowy, dostępny w długości 10,12,15 cm , dostępne średnice 18mm i 23mm, stent powlekany od zewnątrz na długości 7,9,12 cm, uwalniany od końca proksymalnego i dystalnego, możliwość korekty położenia bezpośrednio po jego uwolnieniu.

Średnica systemu wprowadzającego: 8 mm, widoczne markery RTG, które w sposób jednoznacznie określają miejsce rozprężenia stentu oraz położenia pokrycia.

Stenty uwalniane proksymalnie posiadają znacznik endoskopowy. Możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi.

Samorozprężalny, silikonowy stent przełykowy; średnica zewnętrzna stentu: 16 - 21 mm, długość stentu: 90-150 mm; średnica systemu wprowadzającego 12 mm; zalecany przewodnik - .038". Stent przeznaczony do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokrywany na całej długości tworzywem silikonowym, z markerami znajdującymi się na obu końcach i w środku stentu widocznymi w obrazie endoskopowym i promieniach RTG. Możliwość usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33168000	

3) Wielkość lub zakres:

1. Pętla do polipektomii owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli: 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana. Op-5 szt.

2. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, dł. robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica otwartej pętli: 13, 27, 30, 33 mm, dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Op-10 szt.
3. Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica 2,4 i 2,8 mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami). Op-40 szt.
4. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm. Op-10 szt.
5. Zestawy do opaskowania żyłaków przelyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8,5 - 11,5 mm (2 zestawy w opakowaniu)
6. Kolonoskopowe igły hemostatyczne, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 240 cm, średnica igły 23 i 25 G, długość igły 4 mm, fabrycznie zabezpieczone w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki; osłona odporna na zagięcia i załamania. Op-5 szt.
7. Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dostępne średnice i długości:
 0.025", średnica końcówki .025"-.20" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł. 450 cm,
 0.035", średnica końcówki .035-.027" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 cm,
 0.035", średnica końcówki .035-.027" – o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 cm,
 (2 szt. w opakowaniu)
 .038" – bardzo sztywny, końcówka prosta długość 260 cm,
 Op. 2 szt.
8. Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku, z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, średnica 7.0 - 5.5 Fr, dł. robocza 200 cm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, nos 5 mm, średnica noska do wyboru: 3,9 mm, 4,4 mm
9. Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2 cm i 4 cm, średnica balonu 4, 6, 8, 10 mm (do wyboru), współpracuje z przewodnikiem .035" o dł. 260 oraz 450 cm
10. Urządzenie do inflacji z manometrem, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji.
11. Zestawy do wprowadzania protez o średnicy 7 i 10 Fr; zestaw zawiera cewnik prowadzący i cewnik popychający. Zalecany przewodnik - .035".
12. Protezy do dróg żółciowych cienkościenne z zagięciem dwunastniczym i środkowym. Średnica protez: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; długości protez: 5, 7, 9, 12, 15, 18 cm.
13. Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwieżnieniem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z przewodnikiem o średnicy .035", min. średnica kanału roboczego 3,2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm
14. Papillotom igłowy - trójkanałowy; długość igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4,8 Fr; zalecany przewodnik 0,035".
15. Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 3 mm; zalecany przewodnik - .035"
16. Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica katateru 7 - 6 Fr; długość 200 cm; średnica balonu 9 - 12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm; ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu; zalecany przewodnik - .035"
17. Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z pętlą do repozycji, średnica stentu; 10 mm - dł. 4,6, 8 cm oraz 8 mm - dł. 6,8 cm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie

do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany przewód: średnica 0.035"; długość 260/450 cm. Możliwość usunięcia stentu w wersji całkowicie krytej do 12 miesięcy od implantacji.

18. Samorozprężalny stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami); średnica stentu 8 i 10 mm- długość stentu: 4, 6, 8cm, stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy max. 8 Fr, współpracujący z przewodem 0,035" o długości: 450 cm, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min.75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu.

19. Stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok załadowany do zestawu; wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%,możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm,12cm,15cm, średnice: 18 i 23mm w części roboczej.

Stent samorozprężalny nitinolowy do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok (załadowany do zestawu), jednolitej budowy, dostępny w długości 10,12,15 cm , dostępne średnice 18mm i 23mm, stent powlekany od zewnątrz na długości 7,9,12 cm, uwalniany od końca proksymalnego i dystalnego, możliwość korekty położenia bezpośrednio po jego uwolnieniu.

Średnica systemu wprowadzającego: 8 mm, widoczne markery RTG, które w sposób jednoznacznie określają miejsce rozprężenia stentu oraz położenia pokrycia.

Stenty uwalniane proksymalnie posiadają znacznik endoskopowy. Możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi.

Samorozprężalny, silikonowy stent przełykowy; średnica zewnętrzna stentu: 16 - 21 mm, długość stentu: 90-150 mm; średnica systemu wprowadzającego 12 mm; zalecany przewód - .038". Stent przeznaczony do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokrywany na całej długości tworzywem silikonowym, z markerami znajdującymi się na obu końcach i w środku stentu widocznymi w obrazie endoskopowym i promieniach RTG. Możliwość usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy osprzętu do endoskopów.

Część nr : 2 **Nazwa :** Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).

1) Krótki opis:

1. Szczypce biopsyjne gastroskopowe i kolonoskopowe (jednorazowego użytku, sterylne) na całej długości pokryte teflonem, łyżeczki owalne z okienkiem, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia 155 i 230cm. 20 szt./op. op. 50
2. Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku, sterylne), kształt standardowy owalny o średnicy 10 i 15 mm (z drutu plecionego o grubości 0,47 mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. 10 szt./op. op. 10
3. Narzędzie z funkcją rotacji do endoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; długość ramion klipsa 9mm; kąt zagięcia zamion klipsa 135 stopni; długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; w opakowaniu 5 klipsownic z zamontowanym klipsem gotowych do użycia, zapakowanych w oddzielne sterylne pakiety. op. 5
4. Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera lateksu op. 5
5. Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2200mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu op. 5
6. Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu) op. 1
7. Jednorazowa pułapka na polipy; 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; 50 sztuk w opakowaniu; op. 2
8. Wężyk do splukiwania do pompy płuczącej OFP-1. 10 sztuk w opakowaniu szt. 20
9. Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025", długość robocza 2700 i 4500mm, giętka końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej. 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; Kończówka prosta lub zagięta do wyboru. 1 sztuka w opakowaniu szt. 15
10. Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 mm, długość cięciwy 30, 20 oraz długość noska 7mm i długość cięciwy 25mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku szt. 20

11. Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; szt. 10
12. Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka TWARDY, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt. 10
13. Wielorazowy koszyk 8-drutowy (cztery druty z części proksymalnej rozszerzające się do 8 w części dystalnej) do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia 1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną ręczkę; końcówka w kształcie kulki ułatwie wejście do przewodów żółciowych; szt. 5
14. Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon szt. 5
15. Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15mm, 18mm, 20,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon szt. 5
16. Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosa 0,14mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035"), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości szt. 10
17. Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana na całej długości silikonem, wykonana z nitinolu. Posiada 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 14mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 3,16mm/9,5 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu szt. 20
18. Proteza samorozprężalna o dł. 90-160 mm, śr. 22 mm, przelykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm, średnicy 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F. szt. 3

19. Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby niepokrywana dłu. Narzędzia 8cm śr 10mm aplikator 180cm szt. 2
20. Szczypce kolonoskopowe 3,7 FB212U gładkie szt. 50
21. Narzędzie jednorazowe służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów. Narzędzie składa się z wstępnie zamontowanym uchwytem, osłonką, rurki osłonowej i pętli nylonowej. Dł. narzędzia 230cm śr. 30mm op. 5
22. Filtry do pompy płuczącej OFP op. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33168000	

3) Wielkość lub zakres:

1. Szczypce biopsyjne gastroscopowe i kolonoskopowe (jednorazowego użytku, sterylne) na całej długości pokryte teflonem, łyżeczki owalne z okienkiem, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia 155 i 230cm. 20 szt./op. op. 50
2. Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowe (jednorazowego użytku, sterylne), kształt standardowy owalny o średnicy 10 i 15 mm (z drutu plecionego o grubości 0,47 mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. 10 szt./op. op. 10
3. Narzędzie z funkcją rotacji do endoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; długość ramion klipsa 9mm; kąt zagięcia ramion klipsa 135 stopni; długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; w opakowaniu 5 klipsownic z zamontowanym klipsem gotowych do użycia, zapakowanych w oddzielne sterylne pakiety. op. 5
4. Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera lateksu op. 5
5. Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2200mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu op. 5
6. Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu) op. 1
7. Jednorazowa pułapka na polipy; 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; 50 sztuk w opakowaniu; op. 2
8. Wąż do spłukiwania do pompy płuczącej OFP-1. 10 sztuk w opakowaniu szt. 20
9. Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025", długość robocza 2700 i 4500mm, giętka końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej. 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; Końcówka prosta lub zagięta do wyboru. 1 sztuka w opakowaniu szt. 15
10. Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą

poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 mm, długość cięciwy 30, 20 oraz długość noska 7mm i długość cięciwy 25mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku szt. 20

11. Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; szt. 10

12. Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka TWARDY, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt. 10

13. Wielorazowy koszyk 8-drutowy (cztery druty z części proksymalnej rozszerzające się do 8 w części dystalnej) do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia 1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną ręczkę; końcówka w kształcie kulki ułatwie wejście do przewodów żółciowych; szt. 5

14. Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon szt. 5

15. Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15mm, 18mm, 20,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon szt. 5

16. Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosa 0,14mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,035" (0,89mm), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości szt. 10

17. Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana na całej długości silikonem, wykonana z nitinolu. Posiada 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 14mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 3,16mm/9,5 Fr. Proteza kompatybilna z przewodnicą 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu szt. 20
18. Proteza samorozprężalna o dł. 90-160 mm, śr. 22 mm, przełykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm, średnicy 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F. szt. 3
19. Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby niepokrywana dłu. Narzędzia 8cm śr 10mm aplikator 180cm szt. 2
20. Szczypce kolonoskopowe 3,7 FB212U gładkie szt. 50
21. Narzędzie jednorazowe służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów. Narzędzie składa się z wstępnie zamontowanym uchwytem, osłonką, rurki osłonowej i pętli nylonowej. Dł. narzędzia 230cm śr. 30mm op. 5
22. Filtry do pompy płuczącej OFP op. 10

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy osprzętu do endoskopów.

Część nr : 3 **Nazwa :** Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).

1) Krótki opis:

1. Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowy śr. 7Fr z końcówką zwężoną do 5Fr nos zaokrąglony w technologii DOMETIP, cięciwa pleciana lub monofilamentną dł. 20, 25 i 30mm, na prowadnicy 0.035. szt. 50
2. Sfinkterotom igłowy trójkanałowy, śr. 7Fr końcówka temperowana do 5Fr, dł. 200 cm, wysunięcie igły 4 mm, na prowadnik 0.035. szt. 10
3. Jednorazowy trójkanałowy balon do usuwania złożeń żółciowych śr. 7Fr końcówka temperowana do 5 Fr dł. 200cm, z możliwością stopniowego napełniania balonu do śr. 8.5, 12 lub 15mm oraz możliwością kontrastowania ponad i poniżej balonu, na prowadnik 0.035.
Jednorazowy trójkanałowy balon do usuwania złożeń żółciowych śr. 6.6Fr dł. 200cm, z możliwością stopniowego napełniania balonu do śr. 12, 15 18 i 20 mm oraz możliwością kontrastowania ponad i poniżej balonu, na prowadnik 0.035. szt. 10
4. Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złożeń i ciał obcych twardy śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm. szt. 5
5. Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złożeń i ciał obcych miękki śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm, kompatybilny z awaryjnym litotryptorem Soehendra. szt. 5
6. Stopniowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona śr. 5-7-8.5Fr. i 5-7-10Fr. Dł. 200cm, akceptujące prowadnik 0.035.
Poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Soehendra, śr. 6, 7, 8.5, 9, 10 i 11.5Fr., dł. 200cm, akceptujące prowadnik 0.035. szt. 4
7. Zestawy do protezowania dróg żółciowych
jednostopniowy, śr. 8.5 i 10Fr z wewnętrznym cewnikiem prowadzącym śr. odpowiednio 5 i 6Fr, z radiologicznymi markerami co 5cm na odcinku 20cm. szt. 10
8. Protezy plastikowe do dróg żółciowych typu Amsterdam, średnica 7, 8.5, 10 i 11.5 FR dł. Od 5 do 15 cm. szt. 50
9. Protezy trzustkowe typu Geenena śr 3, 5, 7Fr, dł. od 3 do 15cm z podwójnymi listkami na obu końcach zabezpieczającymi przed samoistnym przemieszczeniem, otwory drenujące na całej dł. szt. 10
10. Popychacz do protez trzustkowych szt. 2
11. Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych dwuknałowo, śr. 8Fr miękki 1.5 cm koniec, szczotk 2.5 cm włosie 3mm, na prowadnicy 0.035. szt. 10
12. Jednorazowe balonowe poszerzadła dróg żółciowych, wysokociśnieniowe śr. balonu 4, 6, 8 i 10mm, dł. 30mm, cewnik śr. 6.8 koniec temperowany do 4.5Fr. szt. 2
13. Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, pleczonego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu.
Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10.
Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm)
Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm).

Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania.

Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. szt. 10

14. Stent nitinolowy do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, załadowany do zestawu wprowadzającego 7,92 mm, stent uwalniany z rękojeści pistoletu możliwość repozycji do 80%, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, bardzo dobra widoczność w RTG, możliwość wykonania MRI, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, dł. 8, 10, 12.5 i 15 cm, średnica wew. 20 mm, kołnierze 25 mm. szt. 10

15. Prowadnica wielorazowego użytku Savary- Gillarda do przełyku dł. 20 i 250 cm miękki atraumastyczny koniec szt. 3

16. Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm. szt. 10

17. Tusz na bazie węgla do tatuażu polipów, 10 strzykawek po 5cm³. op. 5

18. Koszyk kolonoskopowy do usuwania polipów szt. 20

19. Szczotki cytologiczne gastroskopowe i kolonoskopowe szt. 30

20. Pętla do polipektomii szt. 50

21. Pętla heksagonalne szt. 20

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33168000	

3) Wielkość lub zakres:

1. Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowy śr. 7Fr z końcówką zwężoną do 5Fr nos zaokrąglony w technologii DOMETIP, cięciwa pleciana lub monofilamentną dł. 20, 25 i 30mm, na przewodnicy 0.035. szt. 50

2. Sfinkterotom igłowy trójkanałowy, śr. 7Fr końcówka temperowana do 5Fr, dł. 200 cm, wysunięcie igły 4 mm, na przewodnik 0.035. szt. 10

3. Jednorazowy trójkanałowy balon do usuwania złogów żółciowych śr. 7Fr końcówka temperowana do 5 Fr dł. 200cm, z możliwością stopniowego napełniania balonu do śr. 8.5, 12 lub 15mm oraz możliwością kontrastowania ponad i poniżej balonu, na przewodnik 0.035.

Jednorazowy trójkanałowy balon do usuwania złogów żółciowych śr. 6.6Fr dł. 200cm, z możliwością stopniowego napełniania balonu do śr. 12, 15 18 i 20 mm oraz możliwością kontrastowania ponad i poniżej balonu, na przewodnik 0.035. szt. 10

4. Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych twardy śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm. szt. 5

5. Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych miękki śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm, kompatybilny z awaryjnym litotryptorem Soehendra. szt. 5

6. Stopniowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona śr. 5-7-8.5Fr. i 5-7-10Fr. Dł. 200cm, akceptujące przewodnik 0.035.

Poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Soehendra, śr. 6, 7, 8.5, 9, 10 i 11.5Fr., dł. 200cm, akceptujące przewodnik 0.035. szt. 4

7. Zestawy do protezowania dróg żółciowych

jednostopniowy, śr. 8.5 i 10Fr z wewnętrznym cewnikiem prowadzącym śr. odpowiednio 5 i 6Fr, z radiologicznymi markerami co 5cm na odcinku 20cm. szt. 10

8. Protezy plastikowe do dróg żółciowych typu Amsterdam, średnica 7, 8.5, 10 i 11.5 FR dł. Od 5 do 15 cm. szt. 50

9. Protezy trzustkowe typu Geenena śr 3, 5, 7Fr, dł. od 3 do 15cm z podwójnymi listkami na obu końcach zabezpieczającymi przed samoistnym przemieszczeniem, otwory drenujące na całej dł. szt. 10

10. Popychacz do protez trzustkowych szt. 2

11. Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych dwuknałowo, śr. 8Fr miękki 1.5 cm koniec, szczotk 2.5 cm włosie 3mm, na prowadnicy 0.035. szt. 10

12. Jednorazowe balonowe poszerzadła dróg żółciowych, wysokociśnieniowe śr. balonu 4, 6, 8 i 10mm, dł. 30mm, cewnik śr. 6.8 koniec temperowany do 4.5Fr. szt. 2

13. Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu.

Srednica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10.

Srednica stentu pokrywającego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm)

Srednica stentu częściowo pokrywającego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm).

Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia.

Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. szt. 10

14. Stent nitinolowy do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, załadowany do zestawu wprowadzającego 7,92 mm, stent uwalniany z rękojeści pistoletu możliwość repozycji do 80%, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, bardzo dobra widoczność w RTG, możliwość wykonania MRI, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, dł. 8, 10, 12.5 i 15 cm, średnica wew. 20 mm, kołnierze 25 mm. szt. 10

15. Prowadnica wielorazowego użytku Savary- Gillarda do przełyku dł. 20 i 250 cm miękki atraumastyczny koniec szt. 3

16. Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm. szt. 10

17. Tusz na bazie węgla do tatuażu polipów, 10 strzykawk po 5cm³. op. 5

18. Koszyk kolonoskopowy do usuwania polipów szt. 20

19. Szczotki cytologiczne gastroskopowe i kolonoskopowe szt. 30

20. Pętla do polipektomii szt. 50

21. Pętla heksagonalna szt. 20

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy osprzętu do endoskopów.

Część nr : 4 Nazwa : Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastrokop).

1) Krótki opis:

1. Cewnik do ECPW, wielorazowego użytku, końcówka metalowa, temperowana, śr. cewnika 1,8mm, proksymalnie 2,45mm, akceptuje przewodnik 0,035", możliwość podania kontrastu bez usuwania przewodnika, kolorowe markery na końcówce dystalnej szt. 10
2. Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem i bez kolca. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 160cm oraz 230cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8mm. 1op/10szt. op. 120
3. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, z plecionego drutu, z funkcją płynnej rotacji, średnica pętli 15mm; 25mm; 35mm. Długość narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm. szt. 50
4. Balon do usuwania złożeń, trójkanałowy, trójstopniowy, bezlateksowy, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do jakiej pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z przewodnikiem 0,035". szt. 20
5. Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu, długość rozłożonego koszyka 50mm oraz 50mm, średnica osłonki 2,3mm szt. 10
6. Zestaw do protezowania dróg żółciowych, wielorazowego użytku (autoklawowalny), jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr; 10Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika. Markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. szt. 10
7. Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, wielorazowego użytku, długość 180cm, średnice 6-12F, temperowane, współpracujące z przewodnikiem 0,035", możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika. szt. 5
8. Stent samorozprężalny przelutowy: nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętym zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, śr. 20mm, 24mm z kołnierzami o średnicy odpowiednio 24mm oraz 28mm. Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym nylonowe pętle umożliwiające korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z przewodnikiem max. 0,035" szt. 10
9. Stent samorozprężalny jelitowy, nitinolowy, nie pokryty, długości: 80mm; 100mm; 120mm, średnice: 20mm oraz 22mm z kołnierzami o średnicach odpowiednio 24mm oraz 26mm. Znaczniki RTG na obu końcach stentu, aplikator o średnicy 11Fr i długości 180cm, współpracujący z przewodnikiem max. 0,035" szt. 3
10. Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, niepokryty oraz całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm; 100mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnątrz, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 8-9Fr, współpracujący z przewodnikiem max. 0,035". szt. 5
11. Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, posiadająca po spodniej stronie taśmy przyklepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przeziernie kieszenie na narzędzia o wym. 75/90cm. Opakowanie 10szt. op. 25
12. Ustnik jednorazowego użytku, z gumką, nie zawiera lateksu, pakowany w stojący kartonowy dyspenser z otworem bocznym do łatwego wyciągania pojedynczych ustników. Opakowanie zawierające 100szt. op. 5

13. Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr i 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm szt. 50
14. Papilotom typu "precut", dwukanałowy, z funkcją trójkanałowego (możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika), dł. cięciwy 25mm, średnica cewnika 2,2mm, temperowany do 1,8mm, dla kanału o śr. min. 2,8mm. Akceptujący przewodnik 0,035" szt. 3

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33168000	

3) Wielkość lub zakres:

- Cewnik do ECPW, wielorazowego użytku, końcówka metalowa, temperowana, śr. cewnika 1,8mm, proksymalnie 2,45mm, akceptuje przewodnik 0,035", możliwość podania kontrastu bez usuwania przewodnika, kolorowe markery na końcówce dystalnej szt. 10
- Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne z okienkiem, z kolcem i bez kolca. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 160cm oraz 230cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8mm. 1op/10szt. op. 120
- Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, z plecionego drutu, z funkcją płynnej rotacji, średnica pętli 15mm; 25mm; 35mm. Długość narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm. szt. 50
- Balon do usuwania złożeń, trójkanałowy, trójstopniowy, bezlateksowy, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do jakiej pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z przewodnikiem 0,035". szt. 20
- Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu, długość rozłożonego koszyka 50mm oraz 50mm, średnica osłonki 2,3mm szt. 10
- Zestaw do protezowania dróg żółciowych, wielorazowego użytku (autoklawowalny), jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr; 10Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika. Markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. szt. 10
- Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, wielorazowego użytku, długość 180cm, średnice 6-12F, temperowane, współpracujące z przewodnikiem 0,035", możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika. szt. 5
- Stent samorozprężalny przelykowy: nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętym zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, śr. 20mm, 24mm z kołnierzami o średnicy odpowiednio 24mm oraz 28mm. Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym nylonowe pętla umożliwiające korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z przewodnikiem max. 0,035" szt. 10
- Stent samorozprężalny jelitowy, nitinolowy, nie pokryty, długości: 80mm; 100mm; 120mm, średnice: 20mm oraz 22mm z kołnierzami o średnicach odpowiednio 24mm oraz 26mm. Znaczniki RTG na obu końcach stentu, aplikator o średnicy 11Fr i długości 180cm, współpracujący z przewodnikiem max. 0,035" szt. 3
- Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, niepokryty oraz całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm; 100mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnątrz, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 8-9Fr, współpracujący z przewodnikiem max. 0,035". szt. 5

11. Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, posiadająca po spodniej stronie taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przeziernie kieszenie na narzędzia o wym. 75/90cm. Opakowanie 10szt. op. 25

12. Ustnik jednorazowego użytku, z gumką, nie zawiera lateksu, pakowany w stojący kartonowy dyspenser z otworem bocznym do łatwego wyciągania pojedynczych ustników. Opakowanie zawierające 100szt. op. 5

13. Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr i 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm szt. 50

14. Papilotom typu "precut", dwukanałowy, z funkcją trójkanałowego (możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika), dł. cięciwy 25mm, średnica cewnika 2,2mm, temperowany do 1,8mm, dla kanału o śr. min. 2,8mm. Akceptujący przewodnik 0,035" szt. 3

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy osprzętu do endoskopów.

Część nr : 5 **Nazwa :** Osprzęt do endoskopów (kolonoskop, gastroskop).

1) Krótki opis:

1. Kleszczyki rektoskopowe wielorazowe szt. 3
2. Kleszczyki specjalne do ciał obcych szt. 2
3. Chwytyki do wyciągania polipów szt. 10
4. Elektroda neutralna wielorazowa szt. 1
5. Taśma do aplikacji elektrod gumowych szt. 5
6. Sondy argonowe wielorazowe giętkie szt. 5

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33168000	

3) Wielkość lub zakres:

1. Kleszczyki rektoskopowe wielorazowe szt. 3
2. Kleszczyki specjalne do ciał obcych szt. 2
3. Chwytyki do wyciągania polipów szt. 10
4. Elektroda neutralna wielorazowa szt. 1
5. Taśma do aplikacji elektrod gumowych szt. 5
6. Sondy argonowe wielorazowe giętkie szt. 5

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]	Przedmiot
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7]	Przedmiot
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.