



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.11.2012 r.

DZPZ-530-Zp/90/PN-81/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy osprzętu do endoskopów – Zp/90/PN-81/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający życzy sobie kleszczyki specjalne do ciał obcych typu „aligator” czy „krokodyl”?

Odp. Według potrzeby aligator i krokodyl.

Proszę o podanie średnicy kanału roboczego w którym mają pracować kleszczyki?

Odp. 2,8 mm.

Proszę o określenie czy kleszczyki mają być gastroskopowe czy kolonoskopowe (proszę podać długość kleszczyków)?

Odp. 220 cm.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 5, poz. 3

Proszę o określenie jaki ma być chwytak : trój piórowy, czteropiórowy czy pięciopiórowy?

Odp. Różnego typu wg zapotrzebowania.

Proszę o określenie czy Zamawiający życzy sobie chwytak ostry czy okrągły (talerzykowaty)?

Odp. Ostry

Proszę o określenie średnicy kanału endoskopu w jakim ma pracować chwytak?

Odp. 2,8 mm.

Proszę o określenie długości chwytaka (czy to ma być chwytak gastroskopowy czy kolonoskopowy)?

Odp. 220 cm.