



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 22.11.2012 r.

DZPZ-530-Zp/90/PN-81/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy osprzętu do endoskopów – Zp/90/PN-81/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający mógłby określić jakiego typu posiada uchwyty do sond argonowych z okrągłym wyjściem czy z płaskim wyjściem?



okrągłe wyjście



płaskie wyjście

Odp. Może być płaskie wyjście.

Czy Zamawiający dopuszcza sondę argonową o średnicy 2,3mm i długości 2,2mm?

Odp. Tak dopuszcza.

Pytanie 2, dot. projektu umowy

§ 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych,
- b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin w dniu roboczym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po ponownym wezwaniu do realizacji zamówienia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 6 ust. 1

Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”

Odp. Tak, taki mamy termin.

§ 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następujących zamówień.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 8 ust. 1 podpunkt 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4, pozycja nr 5 nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli koszyk o rozmiarach 50 oraz 60 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształca się spółkę kapitałową?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakietu nr 1 poz. 20

Czy przez sformułowanie „Szczypce kolonoskopowe 3,7 FB212U gładkie” Zamawiający rozumie łyżeczki bez bolca? Szczypce o symbolu FB212U mają łyżeczki z ząbkowanym brzegiem (tzw. szczęka aligatora), natomiast nie posiadają bolca mocującego.

Odp. Tak bez bolca.

Pytanie 7, dot. projektu umowy**§ 6 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego? Taki zapis chroni skutecznie interesy Zamawiającego i Dostawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 8 pkt. 1, ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne za niedotrzymanie terminu dostawy w przypadku dostaw „na cito” wynosiły do 0,5% wartości niewykonanej dostawy, gdyż kary umowne liczone za każdą godzinę zwłoki są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.