

DZPZ/159/AR/07/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dużych stawów i łączników metalowych do zespołów kości wraz z zapewnieniem instrumentarium – Zp/38/PN-28/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 22 ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO dopuszcza możliwość zaoferowania:

- 1.Głowa** – metalowa o średnicy 28 mm w pięciu długościach szyjki,
- 2.Panewka** – bezcementowa, tytanowa, trójpromieniowa typu pres-fit z możliwością użycia dwóch śrub, pokryta hydroksyapatytam w całości. Średnica zewnętrzna panewki: 44 do 68mm, ze skokiem co 2 mm,
- 3.Trzpień** – tytanowy, prosty bezkołnierzowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 124 do 165mm długości i przekroju poprzecznym od 8 do 18mm, stożek 12/14, wyposażony w system zapobiegający derotacji (3 skrzydełka z każdej ze stron trzpienia),
- 4.Wkład panewki** – z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28mm z zerowym lub dwudziestostopniowym off-set'em.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 23 ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO dopuszcza możliwość zaoferowania:

- 1.Głowa** – metalowa o średnicy 28 mm i 32 mm w pięciu długościach szyjki lub ceramiczna 28 mm i 32 mm w trzech długościach szyjki,
- 2. Panewka** – bezcementowa, tytanowa, trójpromieniowa typu pres-fit z możliwością użycia dwóch śrub, pokryta hydroksyapatytam w całości. Średnica zewnętrzna panewki: 44 do 68mm, ze skokiem co 2 mm,
- 3.Trzpień** – tytanowy, prosty bezkołnierzowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, dostępny w 11 rozmiarach.
- 4.Wkład panewki** – z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28mm z zerowym lub dwudziestostopniowym off-set'em.

Odp. Tak.

Projekt umowy

Pyt. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 8 ust. 1. 1 projektu umowy :

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,1 % wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości nie dostarczonej dostawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zapłatę kar umownych w wysokości 0,1 % niewykonanej umowy.

Ponadto, w piśmie z dnia 03.07.2008 r. L.dz. DZPZ/158/AR/07/08 Zamawiający poinformował iż z § 8 ust. 1. 1 projektu umowy wykreśla zapis „*bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień na cito*”.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala