

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 200 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
 58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp)**.

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Liczba pakietów – **14**

Pakiet nr 1 : **Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod.**

Pakiet nr 2 : **Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą**

Pakiet nr 3 : **Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod**

Pakiet nr 4 : **Stymulator serca DDDR dwujamowy z MRI**

Pakiet nr 5 : **Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami**

Pakiet nr 6 : **Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodami**

Pakiet nr 7 : **Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodą**

Pakiet nr 8 : **Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący zaawansowany z możliwością zdalnego monitorowania**

Pakiet nr 9 : **Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D)wysokoenergetyczny**
Pakiet nr 10 : **Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) wysokoenergetyczny**
Pakiet nr 11 : **Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) wysokoenergetyczny**
Pakiet nr 12: **Stymulator resynchronizujący z elektrodą stymulacyjną A,RV, LV, zestawem do wprowadzenia el. lewokomorowej i kontrastowania z bezprzewodową telemetrią**
Pakiet nr 13: **Zaawansowany stymulator dwujamowy bez elektrod**
Pakiet nr 14: **Elektroda do stymulacji serca aktywna, prosta przedsiionkowo – komorowa oraz introducery do wprowadzania elektrod.**

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia programatora do kontroli urządzenia oraz do nieodpłatnego (w miarę potrzeb) dostarczania papieru do programatora.

CPV: 33182200-1, 33158210-7.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (**dalej jako: SIWZ**), który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.

« Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp » oraz « Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp » stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce „Przetargi”

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez okres **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.	brak podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10, 11 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, ustawy – podmioty zbiorowe – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- pkt. 2 tabeli:

a) ppkt. 1, 2, 3, 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) ppkt. 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli – rozdz. V pkt. 1 SIWZ.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 Pzp ust. 2 pkt. 1-4 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1 : **2 500,00 zł.**

dla pakietu nr 2 : **3 000,00 zł.**

dla pakietu nr 3 : **1 750,00 zł.**

dla pakietu nr 4 : **800,00 zł.**

dla pakietu nr 5 : **1 250,00 zł.**

dla pakietu nr 6 : **1 500,00 zł.**

dla pakietu nr 7 : **1 400,00 zł.**

dla pakietu nr 8 : **2 500,00 zł.**

dla pakietu nr 9 : **2 500,00 zł.**

dla pakietu nr 10 : **2 800,00 zł.**

dla pakietu nr 11 : **1 800,00 zł.**

dla pakietu nr 12 : **750,00 zł.**

dla pakietu nr 13 : **1 900,00 zł.**

dla pakietu nr 14 : **450,00 zł.**

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700, agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10,11 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
11.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
12.	Opisy, fotografie produktów

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia** w terminie do dnia **19.04.2013 r.** do godziny **10:00**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w Sali konferencyjnej w dniu **19.04.2013 r.** o godz. **10:15**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać

poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x 100 pkt. = *ilość punktów dla pakietu x*

Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej *z oferty ocenianej o wyższej cenie*

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **08.03.2013 r.**

Pakiet nr :1

Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 10 SZT.

	rok produkcji	nie wcześniej niż 2013
Lp	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK
1	Waga poniżej 75 gramów	TAK
2	Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm	TAK
3	Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm³	TAK
4	Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J]	TAK
5	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru	TAK
6	Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe	TAK
7	Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu	TAK
8	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
9	Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV	TAK
10	Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms	TAK
11	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV	TAK
12	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV	TAK
13	Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji	TAK
14	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	TAK
15	Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna	TAK
16	Zestaw do kontrastowania CS z balonem	TAK
17	Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie	TAK
18	Algorytm minimalizujący stymulację RV	TAK
19	Algorytm stabilności rytmu VT	TAK
20	Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem	TAK
21	Programowanie konfiguracji stymulacji lewokomorowej Min 6 typów dla BP elektrody	TAK

22	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych	TAK
23	Rejestrowanie trendów oporności elektrod	TAK
24	Data produkcji	Nie wcześniej niż 2013

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

PAKIET Nr 2

Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą –20 szt.

rok produkcji		nie wcześniej niż 2013
Lp	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK
1	Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 8 lat	TAK
2	Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm	TAK
3	Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm³	TAK
4	Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J]	TAK
5	Ilość szoków w jednej interwencji >7	TAK
6	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru	TAK
7	Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe	TAK
8	Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu	TAK
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
10	Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV	TAK
11	Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms	TAK
12	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV	TAK
13	Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem	TAK
14	Rejestrowanie trendów oporności elektrody	TAK
15	Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie	TAK

Kardiowerter defibrylator jednojamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

PAKIET NR 3

Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod - 10 szt.

rok produkcji		nie wcześniej niż 2013
Lp	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK
1	Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 7,5 roku	TAK
2	Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm	TAK
3	Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm³	TAK
4	Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J]	TAK
5	Ilość szoków w jednej interwencji >7	TAK
6	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru	TAK
7	Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe	TAK
8	Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu	TAK
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
10	Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV	TAK
11	Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms	TAK
12	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV	TAK
13	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV	TAK
14	Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji	TAK
15	Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie	TAK
16	Algorytm minimalizujący stymulację RV	TAK
17	Algorytm stabilności rytmu VT	TAK
18	Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem	TAK
19	Rejestrowanie trendów oporności elektrod	TAK

Kardiowerter defibrylator dwujamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 4

Stymulatory serca DDDR dwujamowe z MRI – 10 szt.

	Opis parametru	Nie wcześniej niż 2013
	Data produkcji	
I	Stymulator DDDR	
1	Tryby stymulacji	podać
2	Czułość przedsionkowa (mV)	<0,5 – 4,0>
3	Czułość komorowa ((mV)	<1,0– 7,5 >
4	Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału	<0,5 – 7,5 >
5	Opóźnienie przedsionkowo-komorowe	<30 – 300 >
6	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe	tak
7	Automatyczny PVARP	tak
8	Automatyczna czułość w przedsionku i komorze	tak
9	Waga stymulatora (g)	≤ 28
10	Algorytm dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta (automatycznie bądź po uprzednim zaprogramowaniu)	Tak
11	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku	tak
12	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	Tak
13	Znacznik cieniujący w obrysie urządzenia – oznaczenie MRI widziane w promieniach RTG	tak
14	Możliwość skanowania MRI całego pacjenta, brak specjalnych ograniczeń co do ułożenia pacjenta podczas skanowania MRI	tak
15	Brak ograniczeń co do optymalnego czasu skanowania urządzenia w MRI	Tak
16	Elektrody A i V MRI	Tak
17	Basic rate w zakresie od 30-140 ppm	tak
18	Pojemność baterii	≥ 1,1 Ah
19	Gniazda elektrod IS-1	Tak
II	Elektroda stymulująca komorowa RV	
1	Gniazda elektrod IS-1	Tak
2	Łącznik IS-1	Tak
3	Kształt prosty	Tak

4	Unipolar / bipolar	Tak
5	Ośłona silikonowa	Tak
6	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)	tak
7	Elektrody MRI	Tak
III	Elektroda stymulująca przedsionkowa RA	
1	Łącznik IS-1	Tak
2	Kształt litery „J” lub prosta	Tak
3	Unipolar / bipolar	Tak
4	Uwalniająca steryd	Tak
5	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)	Tak
6	Elektrody MRI	Tak

Stymulator serca dwujamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 5

Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami – 50 szt.

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Tryb stymulacji	DDD(R) ; DDI(R) DOO(R)
2	Częstość stymulacji	30..(5)..180 ppm
3	Tryb nocny	tak
4	Amplituda impulsu (V)	0,5 – 7,5
5	Szerokość impulsu (ms)	0,2 – 1,5
6	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat”	tak
7	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	tak
8	Histeresa przedsionkowo - komorowa	tak
9	Pamięć zapisów wewnątrzsercowych	powyżej 35 s.
10	Wejście stymulatora IS-1	tak
11	Pojemność baterii	≥ 1,3 Ah
12	Łącznik elektrody – IS-1	tak
13	Elektroda sterydowa	tak
14	Histeresa w obu kanałach stymulatora	3 typy
15	Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po implantacji	tak
16	Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rymu	tak
18	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	tak
19	Rok produkcji	Nie wcześniej niż 2013

Stymulator serca dwujamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 6

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodami - 10 szt.

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100
2	ilość szoków w jednej interwencji	≥7
3	Sterylizacja	min.12 m-cy
4	Energia (J)	≥ 40
5	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak
6	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak
7	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	tak
8	Elektrody aktywne, proste współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak
9	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości	min.7 parametrów
10	Tele-monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta	tak
11	Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej : GSM	tak
12	Codzienna automatyczna transmisja danych	tak
13	System bezobsługowy dla pacjenta	tak
14	Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia	tak
15	Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia	tak
16	Możliwość softwareowej zmiany parametrów wyczuwania	tak
17	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	tak
18	Zapis IEGM	min.60 min.
19	Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching	tak
20	Możliwość zapamiętywania ostatniej skutecznej terapii ATP	tak
21	Data produkcji	Niewcześniejsza niż 2013

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 7

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodą – 10szt.

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100
2	ilość szoków w jednej interwencji	≥7
3	Sterylizacja	min.12 m-cy
4	Energia (J)	≥ 40
5	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak
6	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak
7	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	tak
8	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak
9	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości	min.7 parametrów
10	Tele-monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta	tak
11	Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej	tak
12	Codzienna automatyczna transmisja danych	tak
13	System bezobsługowy dla pacjenta	tak
14	Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia	tak
15	Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia	tak
16	Możliwość softwareowej zmiany parametrów wyczuwania	tak
17	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	tak
18	Zapis IEGM	min. 30 min.
19	Ilość stref detekcji	VT-1, VT-2, VF
20	Możliwość zapamiętywania ostatniej skutecznej terapii ATP optymalizacja terapii ATP	tak
21	Data produkcji	Nie wcześniej niż 2013 r.

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 8

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący zaawansowany z możliwością zdalnego monitorowania – 10 szt.

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100
2	ilość szoków w jednej interwencji	≥ 7
3	Sterylizacja	min.12 m.-cy
4	Energia (J)	≥ 40
5	Możliwość zaprogramowania polarności stymulacji LV ring – RV ring	tak
6	VV delay	0-100 ms
7	Negatywna histereza AV	tak
8	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak
9	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak
10	Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP	tak
11	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak
12	Elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru	tak
13	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości	min.7 parametrów
14	Tele-monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta	tak
15	Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej	tak
16	Codzienna automatyczna transmisja danych	tak
17	System bezobsługowy dla pacjenta	tak
18	Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia	tak
19	Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia	tak
20	Możliwość dostarczenia zamiennie sprzętu o rozbudowanych możliwościach zmiany wektora szoku(SVC off, Non active can)	tak
21	Możliwość stymulacji LV z częstotścią wyższą niż zaprogramowane UTR	tak
22	Algorytm zabezpieczający przed niewłaściwą stymulacją mogącą wywołać częstoskurcz LV	tak

23	Elektroda LV zapewniająca uwalnianie sterydu przy stymulacji z pierścienia proksymalnego	tak
24	Minimalny odstęp tip-ring w elektrodzie LV- min. 17 mm	tak
25	Zapis IEGM	3 x 30 min
26	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	tak
27	Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu	tak
28	Data produkcji	Nie wcześniej niż 2013

Kardiowerter-defibrylator renonchronizujący

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 9

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D)wysokoenergetyczny - 10 szt.

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Waga kardiowertera-defibrylatora	< 80 g
2	Objętość kardiowertera-defibrylatora	< 36 cm ³
3	Dostarczona energia defibrylacji	≥ 40 J
4	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	Tak
5	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	Tak
6	Zapis IEGM	45 min
7	Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4	Tak
8	Programowalny pierścień SVC typu on/off	Tak
9	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	Tak
10	Możliwość programowania czasu trwania impulsu defibrylującego w I i II fazie niezależnie	Tak
11	3 metody indukcji arytmii	Tak
12	Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora	Tak
13	Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI	Tak
14	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów	Tak
15	Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej	Tak
16	Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu	Tak
17	Funkcja monitorowania uwodnienia płuc	Tak
18	Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS	Tak
19	Min. 4 programowalne parametry sensingu umożliwiające uniknięcie czytania załamka T	Tak
20	Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F	Tak
21	Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki	Tak
22	Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV	Tak
23	Elektryczna repozycja lewokomorowej elektrody – min. 3 wektory stymulacji LV	Tak
24	Elektroda przedsionkowa aktywna o odstępach „tip-ring” 1,1	Tak

	mm	
25	Elektroda lewokomorowa bipolarna o śr. < 4,5 F	Tak
26	Cewniki do kaniulacji zatoki wieńcowej min. 5 krzywizn do wyboru	Tak
27	Cewniki do subselekcji odgałęzień zatoki wieńcowej 3 krzywizny do wyboru	Tak
28	Data produkcji	Nie wcześniej niż 2013

Kardiowerter-defibrylator renonchronizujący

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet 10

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) wysokoenergetyczny -20szt.

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Waga kardiowertera-defibrylatora	< 80 g
2	Objętość kardiowertera-defibrylatora	< 36 cm ³
3	Dostarczona energia defibrylacji	≥ 40 J
4	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	Tak
5	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	Tak
6	Zapis IEGM	45 min
7	Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4	Tak
8	Programowalny pierścień SVC typu on/off	Tak
9	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	Tak
10	Możliwość programowania czasu trwania impulsu defibrylującego w I i II fazie niezależnie	Tak
11	3 metody indukcji arytmii	Tak
12	Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora	Tak
13	Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI	Tak
14	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów	Tak
15	Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej	Tak
16	Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu	Tak
17	Funkcja monitorowania uwodnienia płuc	Tak
18	Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS	Tak
19	Min. 4 programowalne parametry sensingu umożliwiające uniknięcie czytania załamka T	Tak
20	Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F	Tak
21	Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki	Tak
22	Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 rok	tak

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet 11

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) wysokoenergetyczny -10 szt.

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru
1	Waga kardiowertera-defibrylatora	< 80 g
2	Objętość kardiowertera-defibrylatora	< 36 cm ³
3	Dostarczona energia defibrylacji	≥ 40 J
4	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	Tak
5	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM	Tak
6	Zapis IEGM	45 min
7	Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4	Tak
8	Programowalny pierścień SVC typu on/off	Tak
9	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	Tak
10	Możliwość programowania czasu trwania impulsu defibrylującego w I i II fazie niezależnie	Tak
11	3 metody indukcji arytmii	Tak
12	Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora	Tak
13	Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI	Tak
14	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów	Tak
15	Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej	Tak
16	Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu	Tak
17	Funkcja monitorowania uwodnienia płuc	Tak
18	Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS	Tak
19	Min. 4 programowalne parametry sensingu umożliwiające uniknięcie czytania załamka T	Tak
20	Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F	Tak
21	Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki	Tak
22	Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV	Tak
23	Algorytm do unikania stymulacji prawej komory	Tak
24	Elektroda przedsionkowa aktywna o odstępnie „tip-ring” 1,1 mm	Tak
25	Data produkcji	Nie wcześniej niż 2013

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr :12

Stymulator resynchronizujący z elektrodą stymulacyjną A,RV, LV, zestawem do wprowadzenia el. lewokomorowej i kontrastowania z bezprzewodową telemetrią – 10 szt.

Nazwa producenta		
Miejsce produkcji		
rok produkcji		nie wcześniej niż 2013
Lp	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK /NIE
1	Waga poniżej 35	
2	Grubość stymulatora CRTP< 8 mm	
3	Objętość stymulatora CRTP < 17 cm³	
4	Możliwość programowania niezależnej czułości w A/V i LV oraz ustawienia automatycznego dopasowania parametrów czułości	
5	Żywotność min. 8 lat przy 70 ppm, RA/RV=2.5V, LV=3.0 V, 500 ohms, 100% stymulacja B i V , 15% atrium stymulacja i 0,4 ms szerokości	
6	Elektrody do A/RV pasywne / aktywne – do wyboru	
7	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych	
8	Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV	
9	Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 2,0 ms	
10	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,5 mV	
11	Możliwość pomiaru impedancji klatki piersiowej wykorzystującej ilość oddechów	
12	Zdalna telemetria , antena do telemetrii wbudowana w programator – bezprzewodowe połączenie do 3 m.	
13	Automatyczna optymalizacja parametrów ustawienia elektrod po ich podłączeniu	
14	Programowanie konfiguracji stymulacji lewokomorowej min.6 typów dla BP LV i czułości min. 5 wektorów	
15	Polarność stymulacji LV – UP/BP	
16	Elektrody lewokomorowe min 4 rodzaje do wyboru: sterowalna, z końcowym odcinkiem 4, 1F; z wąsami silikonowymi, ze znacznikiem odsuniętym od typu o ok. 6 cm – do wyboru.	

17 Rok produkcji nie wcześniej niż 2013

Sterylizator resynchronizujący

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Elektroda -

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 13 PM-DDD

Zaawansowane stymulatory dwujamowe bez elektrod -100 szt.

Parametry Graniczne

lp	Parametry graniczne wymagalne	Wartość wymagana
1	Waga nie więcej niż 24 g	TAK
2	Objętość < 12 cm ³	TAK
3	Częstość stymulacji 40-170 ppm	TAK
4	Amplituda stymulacji 0,5-7,5V	TAK
5	Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms	TAK
6	Czułość w przesionku 0,1-5mV	TAK
7	Czułość w komorze 0,5-12,5mV	TAK
8	Żywotność urządzenia (100% stymulacji) >13 lat	TAK
9	Pamięć IEGM ≥ 120 sec.	TAK
10	Automatyczne dostosowanie energii stymulacji w zależności od zmierzonego progu w komorze „ beat to beat”	TAK.
11	Obecność drugiego kondensatora zabezpieczającego skuteczną (backup puls 5V)	TAK
12	Oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowej	TAK
13	Interwencja na nagły spadek rytmu komorowego	TAK
14	Możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem	TAK
15	Wskaźnik stanu baterii – określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii	TAK
16	Algorytm zapobiegania / przerywania częstoskurczu stymulatorowego	TAK
17	Program fizjologicznego automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta	TAK
18	Odstęp A -V z dodatnią i ujemną histerezą	TAK
19	Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV na podstawie sygnałów wewnątrz sercowych	TAK
20	Automatyczne dostosowanie energii stymulacji w przedsionku	TAK
21	Algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive)	TAK

22	Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe	TAK
23	Rok produkcji nie wcześniej niż 2013	TAK

Sterylizator dwujamowy

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Programator do kontroli urządzenia (użyczenie bezpłatne) – 1 szt., Papier do programatora – bezpłatnie w miarę potrzeb.

Pakiet nr 14

**Elektrody do stymulacji serca aktywne, proste przedsionkowo – komorowe – 100 szt. oraz
introducery do wprowadzania elektrod – 100 szt..**

	Opis parametru	
I	Elektrody stymulujące przedsionkowe i komorowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2013)	
1	Długość 52 – 65 cm	Tak
2	Kształt prosty	Tak
3	Unipolar / bipolar	Tak
4	Ośłona silikonowa	Tak
5	Aktywne	tak
6	Uwalniające steryd	Tak
II	Introducery (rok produkcji nie wcześniej niż 2013)	
1	Rozrywalne	Tak
2	7-11F	Tak

Elektroda do stymulacji serca

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

Introducer

Cena netto 1 szt. Cena brutto 1 szt.

Producent

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
na „Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod
i introducerów” – Zp/9/PN-7/12

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę):

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA Nr Zp/9/PN-7/13/.....

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów**” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu, nr ogłoszenia

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy są dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem.

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia programatora w terminie do dnia2013 r. (7 dni od daty podpisania umowy).

3. Papier do programatora dostarczany będzie w miarę potrzeb.

4.Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie oferowanego sprzętu w terminie do dnia **2013 r.** (7 dni od daty podpisania umowy).

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisju:

- ilość sprzętu w komisji:

a) kardiowertery – defibrylatory – 3 szt.,

b) stymulatory - 10 sztuk.

- uzupełnianie komisji odbywać się będzie na bieżąco, w miarę potrzeb.

6. Ważność sterylizacji sprzętu w dniu dostawy winna być dłuższa niż 12 miesięcy.

W przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt o ważności sterylizacji krótszej niż 12 miesięcy (w dniu dostawy) będzie zobowiązany sprzęt odebrać i wymienić na taki gdzie ważność sterylizacji jest dłuższa niż 12 miesięcy.

7. W przypadku gdy ważność sterylizacji jest krótsza niż 6 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest zabrać sprzęt i wymienić na taki gdzie ważność sterylizacji jest dłuższa niż 12 miesięcy.

8. Sprzęt znajdujący się w komisji, o którym mowa w ust. 5 stanowi własność Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany odebrać sprzęt znajdujący się w komisji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

9. Płatność następować będzie po wykorzystaniu sprzętu.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do 5 dni,

b) dla zamówień na cito - do 48 godzin

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.

6. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego pisemnie.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy przetargowej oraz numeru pakietu.**

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”.
 - 2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1

§ 9

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego

2) Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami)

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
**« Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i
introducerów » nr Zp/9PN-7/13** niniejszym oświadczamy iż :

- **spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,**
- **nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.**

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)