



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 26.03.2013 r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-15/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/19/PN-15/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia przetoki nerkowej – rozmiar CH 10; CH 12 w składzie:

- silikonowy cewnik z balonem;
- igła punkcyjna dwuczęściowa, 18G, dł. 20 cm;
- przewodnik Lunderquista zabezpieczony tubą ochronną;
- komplet rozszerzadeł;
- zatyczka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach CH 4;7;6;7;8 dł. 28/30 cm(takich do tej pory używanych przez Zamawiającego) Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Pakiet 2-3:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z dołączoną igłą 0,40x13mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z korpusem wykonanym z polipropylenu, z tłokiem wykonanym z polietylenu?

Odp. Tak

Pytanie 4, Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne o grubości mankietu 0,23mm? Grubość na dłoni i na palcu zgodna z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne o poziomie białek lateksowych poniżej 12µg/dm²?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne polimerowane obustronnie? Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 części 1,2 & 3, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388, odporne na przenikanie cementu kostnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne o 3 letnim okresie ważności?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5, dot. Pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami, pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 45g/m², z włókniny typu SSMMS posiadający dodatkowe nieprzemakające wzmocnienia w części przedniej i w rękawach do łokcia wykonane z polietylenu i polipropylenu. Gramatura wzmocnień 28 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia. Odporność na przesiekanie płynów CM 40,5 H₂O natomiast IB 3,58 (odporność na przenikanie mikro organizmów- fartuch mokry) Do każdego fartucha dołączony jest włókninowy ręcznik o wym. 40x40cm X 2 , Pakowany w opakowanie typu papier-folia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6, dot. Pakiet 8 :

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy brzuszny w rozmiarze 27 zamiast 28?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy brzuszny w rozmiarze 33 zamiast 32?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy brzuszny w rozmiarze 33 lub 36 zamiast 34?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. Pakiet 4 :

Czy Zamawiający wymaga aby obuwie operacyjne z Pakietu nr 4 było wyrobem medycznym z 8% stawką VAT?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dla obuwia operacyjnego z Pakietu nr 4 załączyli do oferty zgłoszenie lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklarację zgodności CE z Dyrektywą Medyczną, wystawioną przez producenta obuwia?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. Pakiet 2 :

Prosimy o dopuszczenie do składanie ofert na strzykawki do insuliny 1ml, skalowane co 0,01ml, z integralną, wtopioną igłą 26G (0,45mm) x 13mm lub 27G (0,4 x 10mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/.

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. Pakiet 3 :

Prosimy o dopuszczenie do składanie ofert na strzykawki do insuliny 1ml, iu 40, z odłączaną, igłą 30G (0,29mm) x 13mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/.

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. Pakiet 6 :

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na fartuchy ortopedyczne do zabiegów mokrych, z rękawami zakończonymi poliestrowymi mankietami /tak jak dotychczas dostarczane przez firmę HandProd/- spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - europejskiego lidera w ich produkcji firmy OneMed.

Odp. Tak

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Dostępne rozmiary: M (krótki), M, L, XL, XXL” należy taktować jako wymóg zaoferowania dla rozmiaru M dwóch długości fartuchów t.j. o długości min. 120cm i min. 130cm - do dowolnego wyboru długości przez Zamawiającego już w trakcie realizacji umowy.

Odp. Tak

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane fartuchy ortopedyczne do zabiegów mokrych, ze względu na swoje przeznaczenie - powinny charakteryzować się odpornością na rozerwanie na sucho na poziomie minimum 200 Kpa oraz na mokro na poziomie min.188 Kpa /tak jak dotychczas dostarczane/.

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. Pakiet 6 :

Czy Zamawiający dopuści **sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami** - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2, wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z **normą PN EN 13795 - wymagania wysokie**. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej wynosi 149cm H2O na korpusie i 145cm H2O na rękawach. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający umieści w projekcie umowy zapis o brzmieniu: „Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy brutto ogółem podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga/wymaga zachowania formy aneksu.” lub inny równoważny uwzględniający zmiany stawki podatku VAT, a co za tym idzie zmiany cen jednostkowych brutto?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 13, dot. Pakiet 15 :

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zestawu testowego o szybkim odczycie do pary wodnej – odczyt po 3 godzinach intubacji, symulującego pakiet porowaty, w którym do każdego pojedynczego zestawu dołączony jest wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników – zamiast jednego wskaźnika w zestawie są ujęte dwa. W związku z tym, czy Zamawiający zgadza się na zmianę ilości zamówienia na 700 szt.?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

poz. 3

Czy ze względu na bezpieczeństwo Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby integrator chemiczny klasy 5 do sterylizacji parą wodną posiadał zgodność z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

poz. 6

Czy Zamawiający wymaga pakietu testowego typu Bowie-Dick, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 14, dot. Pakiet 6 :

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókniny SMMS, spełniającej pozostałe parametry?

Odp. Nie. Wymagana jest włóknina 5 warstwowa.

Pytanie 15, dot. Pakiet 16 :

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe butelki z nakrętką o standardowym gwincie, wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A, ze skalą co 10ml odporną na ścieranie, pakowane po 40szt, gotowe do bezpośredniego użytku o pojemności 80ml lub 150ml?

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. Pakiet 15 :

Czy w pakiecie nr 15, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na polskie odpowiedniki nabojów do sterylizatora Steri Vax 5XL, które są dużo tańsze i spełniają wszystkie normy wymagane dla posiadanego urządzenia?

Odp. Nie

Czy w pakiecie nr 15, poz. 3 oraz 4 Zamawiający wymaga, aby na każdym wskaźniku znajdowało się oznaczenie obowiązujących norm?

Odp. Nie

Czy w pakiecie nr 15, poz. 3 Zamawiający wymaga integratorów z jednoznacznością do odczytu substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 17, dot. Pakiet 2 :

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1 ml U-40 0,30 x 8 mm (30 G) z integralną igłą (0,30mm x 8 mm) op. 100 szt., jałową, zbudowaną z przezroczystego cylindra i tłoka dobrze uszczelnionego i dopasowanego do cylindra z widoczną skalą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18, dot. Pakiet 5 :

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych wykonanych z wysokiej klasy materiałów z wewnętrzną warstwą silikonowaną w kolorze brązowym z poziomem protein w badaniach niezależnych <20 ug/g rękawicy, o grubości ścianki palec/dłoń/mankiet 0,32/≥0,21/≥0,21 mm , Rozciągliwość min.880% przed i 940% po starzeniu

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy rękawice mają być przebadane na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków, co zapewnia zwiększone zabezpieczenie operatorom, potwierdzone załączeniem raportów z wynikami takich badań do oferty?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy ze względu na zastosowanie rękawic do zabiegów ortopedycznych, Zamawiający wymaga, aby rękawice miały dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem się z mankietu w postaci widocznych poprzecznych i podłużnych wzmocnień mankietu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19, dot. Pakiet 6 :

Pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMMS, zapinany na rzep przy szyi, z rękawami zakończonymi elastycznymi bawełnianymi mankietami, z wzmocnianymi rękawami i przodem, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na zachowanie pełnej sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Kolor niebieski. Odporność na wnikanie cieczy ≥ 184 cm H₂O

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS zapinany na rzep , z rękawami zakończonymi elastycznymi bawełnianymi mankietami, z wzmocnianymi rękawami i przodem, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na zachowanie pełnej sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Kolor niebieski. Odporność na wnikanie cieczy ≥ 119 cm H₂O

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20, dot. Pakiet 7 :

Pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii (CH 10 i 12) producenta Porges - Coloplast wykonany z materiału dwuwarstwowego (VORTEK) bez balonu, z igłą punkcyjną, z kompletem rozszerzadeł, posiadający metalowy mandryn do bezpiecznego wyprostowania cewnika i koniec łączący się z workiem na mocz wyposażony w łącznik Luer z przewodnikiem zabezpieczonym tubą ochronną bez zacisku?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1, w celu złożenia bardziej konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie

Pozycja 2:

Czy cewnik ma być skalowany co 1cm z linią pozycyjną ułatwiającą pozycjonowanie oraz kontrolę obrotu podczas wprowadzania?

Odp. Nie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 4,8 CH.

Odp. Nie

Pozycja 3:

Czy w skład zestawu ma wchodzić: skalpel, trokar rozrywalny, plaster mocujący, worek na mocz 2l, zatyczka pakowane w jedną paczkę?

Odp. Nie

Pozycja 4:

Prosimy o dopuszczenie cewnika trójdrożnego wykonanego z PCV, z zakończeniem Dufour firmy Teleflex Medical (dawniej Rusch).

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. Pakiet 8 :

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy o rozmiarach: 24, 27, 30, 36?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. Pakiet 17 :**Pozycja 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia neurochirurgicznego 241x254 cm, z otworem operacyjnym 18x28 cm wypełnionym folią, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka, 2 podwójne uchwyty na przewody. Serweta posiada zintegrowany przylepiec ułatwiający mocowanie serwety na ramieniu anestezjologicznym

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym – zawierający jodoform . Zapis ten wskazuje na tylko jedna firmę która posiada taki wymóg. Jednocześnie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu innym firmą

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. projektu umowy :

Prosimy o zmianę §8, ust. 1, pkt. 1 na 0,2% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o zmianę §8, ust. 1, pkt. 2 na 10% wartości niezrealizowanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito” jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej dostawy
 - 2) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z winy Wykonawcy

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 24, dot. Pakiet 5, poz. 1 :

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o zawartości protein <30µg/g; przenikalność wirusów z wykorzystaniem bakteriofagów PhiX174; data ważności 3 lata; reszta parametrów bez zmian.

Odp. Nie