



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 02.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/24/PN-19/13

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy papieru rejestracyjnego – Zp/24/PN-19/13*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Dotyczy SIWZ pkt I**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zapisu dopuszczenia składania ofert częściowych, tzn. że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**Dotyczy SIWZ pkt I**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od możliwości wzywania przez Zamawiającego do przekazania próbek przedmiotu zamówienia. W zamian proponujemy dostarczenie katalogów z dokładnym opisem i zdjęciem asortymentu. Kryterium oceny ofert jest cena, zatem nie widzimy zasadności składania próbek. Natomiast katalogi są w stanie potwierdzić wymagane parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie odstępuje od możliwości wzywania do przekazania próbek przedmiotu zamówienia.**

**Zadanie 1 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora ZOLL o rozmiarze 90mm x 90mm x 200karetek- jest to papier dedykowany do defibrylatora ZOOL Serie M. **Odp. Tak**

**Zadanie 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 106,5mm x 25m- jest to papier dedykowany do defibrylatora Lifepak 12. **Odp. Tak**

**Zadanie 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 20 o rozmiarze 50mm x 30m- jest to papier dedykowany do defibrylatora Lifepak 20. **Odp. Tak**

**Zadanie 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy aparatu do którego ma być przeznaczony papier oraz o podanie pełnego rozmiaru papieru(wysokość x szerokość x ilość karetek). Czy Zamawiającemu chodzi o papier do Nihon Kohden 1250 o rozmiarze 110mm x140mm x200 karetek? **Odp. Tak**

**Zadanie 1 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru: HA czy HG? **Odp. Zamawiający dopuszcza obydwie wersje.**

**Projekt umowy- §5 pkt. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w §2- w okresie obowiązywania umowy. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje prostu umowy.**

**Projekt umowy- §6 pkt. 1**

Prosimy o podanie terminu zapłaty za dostarczony towar. **Odp. 30 dni**

**Projekt umowy- §8 pkt. 1. 2)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje prostu umowy.**

**Zadanie 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści papier rejestracyjny kompatybilny z aparatem EKG-ECG1250 gładki spełniający pozostałe opisane parametry? Rejestrator termiczny w aparacie EKG sam dokonuje nadruku siatki na papierze. **Odp. Tak**

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Zoll w rozmiarze 90x90x200? **Odp. Tak**

**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepak 12 w rozmiarze 108x25? **Odp. Nie**

**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 104x40? **Odp. Nie**

**Pakiet 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepak 20 w rozmiarze 50x30? **Odp. Tak**

**Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x140x150? **Odp. Nie**

**Pakiet 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20? **Odp. Nie**

**Pakiet 1 poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i dopuszczenie papieru 90x90x200 z przeliczeniem ilości. **Odp. Tak**

**Pakiet 1 poz. 2**

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i dopuszczenie papieru 106,5x25 z przeliczeniem ilości. **Odp. Tak**

**Pakiet 1 poz. 3**

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i dopuszczenie papieru 50x25 z przeliczeniem ilości. **Odp. Nie**

**Pakiet 1 poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru i dopuszczenie papieru 110x140x150 z przeliczeniem ilości. **Odp. Nie**

**Pakiet 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego SONY UPP 110HG? **Odp. Nie**