



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 09.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-20/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu oraz zestawu do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych” – Zp/25/PN-20/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 –Pakiet nr 1 Załącznik nr 1. Czy Zamawiający wymaga wypełnienia Załącznika nr 2 (Oferta) oraz szczegółowej tabeli cenowej dla Pakietu nr 1 (str. 13-15)? Odp. Tak.

Pytanie 2 – Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie tabeli Wymagań Technicznych wartościami oferowanymi oraz Załącznika nr 2 (Oferta) z pominięciem szczegółowej tabeli cenowej? Ocenie w kryterium 100% cena podlega całkowita cena za kompletny system. Odp. Nie. Prosimy o wypełnienie tabeli cenowej.

Pytanie 3 – Pakiet nr 1 Załącznik nr 1, pkt. 24. Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie trójek elektrod (para elektrod odbiorczych z trzecią elektrodą neutralną w jednym komplecie) spełniających opisane wymagania a dodatkowo elektroda neutralna będzie niezbędna do prowadzenia pomiarów z wejść różnicowych (potencjały mięśniowe EMG przy modalności MEP)? Odp. Tak.

