



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 22.05.2013 r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-29/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/34/PN-29/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 19 poz. 9 i 10, Pakiet 20 poz. 11 i 12, pak. 21 poz. 7, 8, 9, pakiet 22 poz. 8, 9 i 10

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia. **Odp. Nie**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 17

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zadaniu 17 Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika permanentnego z mufką do hemodializy o średnicy 15,5 F x 24, 28, 32, 36 cm o części dystalnej w kształcie litery V w kompletnym zestawie z rozrywalną koszulką do implantacji, elastycznym usztyniaczem, dilatorem naczyniowym, prowadnicą, skalpelem, igłą wprowadzającą, urządzeniem do tunelowania, 2 x porty rozłączalne, opatrunkiem.

Odp. Tak, w przypadku możliwości założenia cewnika metodą Retrograde.

Pytanie 3, dot. pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1 dializatorów niskoprzepływowch z błoną syntetyczną polietersulfonową, sterylizowane promieniami gamma, o powierzchniach 1,9 m²? **Odp. Tak**

Pytanie 4, dot. pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 dializatorów niskoprzepływowch z błoną syntetyczną polietersulfonową, sterylizowane promieniami gamma, o powierzchniach 2,1 m²? **Odp. Tak**

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 dializatorów o powierzchni $\geq 2,0$ do 2,2 m². Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Dopuszczamy.**

Pytanie 6, dot. pakiet nr 6

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści igły do hemodializy pakowane razem w kompletach tętnica + żyła? **Odp. Nie dopuszczamy.**