

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1- endoproteza stawu biodrowego krótkotrzeniowa

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoproteza stawu biodrowego /trzebień przynasadowy/	50					
1	Głowa- ceramiczna o średnicy 32 mm w trzech rozmiarach- zamiennie głowa metalowa 28 mm w pięciu rozmiarach.	40					
2	Głowa metalowa- wykonana ze stopu CoCrMo, średnica 28 oraz 32 mm w 5 rozmiarach.	10					
3	Panewka- sferyczna 40-68 mm, wkręcana z gwintem na całej wysokości lub panewka sferyczna typu „press-fit” wykonana ze stopu tytanu.	50					
4	Trzebień- krótki modułowy składający się z dwóch części: a) trzebień+modułowa część szyjkowa; trzebień wykonany z lekkiego tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia; dostępny w 6 długościach od 9,75 cm do 12,25 cm co 0,5 cm b) część szyjkowa modułowa z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach; 3 różne projekcje /kąty nachylenia/ szyjka-trzebień /130, 135, 140 stopni/; 3 różne ante i retro nachylenia szyjki endoprotezy: +7,5 stopnia /ante/, 0 stopni /neutral/, -7,5 stopnia /retro/.	50					

5	Wkład ceramiczny- symetryczny o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy 32 mm	40					
6	Wkład polietylenowy symetryczny albo asymetryczny lub z tzw. Nawisem o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy 28 mm lub 32 mm	10					

Wartość nettoVAT.....Wartość brutto.....

Do pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami/cięcie i rozwiercanie/ . Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Pakiet 2- endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Zadanie1

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	<u>Trzpień rewizyjny</u> - o długościach od 240 mm do 400mm włącznie i promieniu wygięcia 1200mm; osadzana na press-fit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny , drugi dynamiczny)- pokryte celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybórżądanego kąta ante lub retrotorsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb).	10					

Zadanie 2

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1	<u>koszyczek rekonstrukcyjny</u> - do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego, tytanowy, anatomiczny /lewy i prawy/, o minimum trzech rozmiarach dla każdej strony, stabilizowany śrubami	10					
2	<u>Panewka polietylenowa</u> - cementowa o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm /do wyboru/, średnica zewnętrzna dostosowana do koszyczka	10					
3	<u>Śruba korowa</u> - tytanowa do koszyczka rekonstrukcyjnego	30					
4	<u>Cement kostny</u> - 1x40g z antybiotykiem	10					

Wartość nettoVAT.....Wartość brutto.....

Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno być dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczęcia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Pakiet 3-system rekonstrukcji więzadłowych za pomocą więzadeł syntetycznych

LP	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1	Syntetyczne więzadło 100 włóknowe z polietylenu teraftalenowego. W zakresie więzadeł krzyżowych dla więzadła do prawego kolana o utkaniu prawoskrętnym, dla lewego kolana - lewoskrętnym. W części centralnej śródstawowej dwupęczkowe w pozostałych więzadłach o anatomicznym przebiegu włókien. System umożliwiający kotwiczenie implantów tytanowymi śrubami interferencyjnymi. Śruby kaniulowane, bezgłówkowe z sześciokątnym wejściem na śrubokręt o średnicy 3,5 mm, prawoskrętne z łagodnie uformowanym gwintem umożliwiającym docięnięcie implantu nie uszkadzając go, średnica kaniuli wew. – 2mm.: - zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego lewego (syntetyczne więzadło + 2 śruby) - zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego prawego (syntetyczne więzadło + 2 śruby) - zestaw do rekonstrukcji więzadła pobocznego piszczelowego syntetyczne więzadło + 2 śruby) - zestaw do rekonstrukcji kompleksu tylnio-bocznego (syntetyczne więzadło + 3 śruby)	3 3 3 2					

	5. zestaw do rekonstrukcji kompleksu tylnno-bocznego + LCL (syntetyczne więzadło + 3 śruby)	2					
--	--	---	--	--	--	--	--

Wartość nettoVAT.....Wartość brutto.....

Pakiet 4- system rekonstrukcji ACL

LP	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1	System składający się z dwukanałowej osłonki (polipropylen) w rozmiarach 7,8,9 mm o długości 23 mm zapewniająca rozdzielanie oraz docisk pęczków przednio-przyśrodkowego jak i tylnio-bocznego w jednym tunelu do bocznych ścian kanału udowego, i śruby (PEEK) w rozmiarach 6,7,8,9 mm o długości 21 mm	50 szt.					
2	Śruba interferencyjna biowchłanialna, stożkowa o średnicy 6-10 mm i długości 30 mm	50 szt.					
3	Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby interferencyjnej, biowchłanialna o średnicy 7-9 mm i długości 30 mm	50 szt.					
4	Śruby interferencyjne o gładkim gwincie w różnych rozmiarach średnica od 5 do 11 mm, biowchłanialne wykonane z osteokonduktywnego TCP i PLGA , wchłanianie 2-4 lata, zapewniające przerastanie implantu kością	20 szt.					

Wartość nettoVAT.....Wartość brutto.....

Do pakietu wymagane jest instrumentarium umożliwiające wykonanie kanału udowego z dodatkowego portu przednio-przyśrodkowego. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno być dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia. Oferent utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczęcia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

