



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 09.07.2013 r.

DZPZ-530-Zp/56/PN-51/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb całego szpitala – Zp/56/PN-51/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Chcieliśmy spytać czy Zamawiający mając na względzie art. 29 Ustawy PZP dopuści inny rodzaj testów paskowych wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów ? jeżeli tak prosimy o podanie liczby glukometrów. Oferowane przez nas systemy pomiarowe charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami i są oferowane w lepszej cenie w stosunku do systemu Microdot. **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga aby glukometr posiadał funkcję automatycznego wyrzutu paska ? (Microdot jest wyposażony w taką funkcję) **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga aby pole pomiarowe znajdowało się na „przedniej” części paska ? (jest to opcja znacznie wygodniejsza od nakładania kropli krwi na pasek , którego pole pomiarowe znajduje się z „boku” szczególnie przy pomiarach seryjnych dokonywanych na oddziałach szpitalnych – paski Microdot mają pole pomiarowe „z przodu”). **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga aby enzymy wchodzące w skład paska nie interferowały z metabolitem ikodekstryny (maltoza) stosowanej w dializach zgodnie z zaleceniami FDA ? **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga aby czas pomiaru był minimalny i wynosił nie więcej niż 5 s ? **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga aby kropla krwi niezbędna do wykonania badania była minimalna i wynosiła 0,5 µL ? **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy Zamawiający życzy sobie aby zaoferowane paski testowe umożliwiały wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żyłnej i tętniczej, podobnie jak paski sugerowane w SIWZ? **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Czy zamawiający wymaga, aby enzym zastosowany zaoferowanych paskach testowych – podobnie jak enzym w zastosowany paskach sugerowanych w SIWZ –, **nie wykazywał interferencji z tlenem**, dzięki czemu umożliwiałby dokładne i precyzyjne monitorowanie glikemii u pacjentów z hipoksją lub poddanych tlenoterapii (paski których działanie jest oparte na enzymie oksydaza glukozowa, interferują z tlenem)? **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1

Poz.1:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „wyraźny czytnik głębokości” należy interpretować jako wymóg zaofiarowania rurek, które przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach (2.0-3.5) powinny posiadać oznaczenie głębokości na całej swej długości co min. 0,5cm oraz wyraźnie (na całym obwodzie) oznaczoną końcówkę dystalną, co umożliwi bardzo dokładną identyfikację położenia rurki przez cały okres zaintubowania, a tym samym zapewni bezpieczeństwo najmniejszych pacjentów ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 1

Czy rurki intubacyjne bez mankietu dla dzieci mają posiadać znacznik intubacji w postaci całego czarnego końca rurki, ułatwiającego wizualizację podczas intubacji? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 2

Czy rurki intubacyjne mają posiadać gruby czarny znacznik w postaci oringu umożliwiający podwójną wizualizację przejścia przez struny głosowe widoczny pod kontrolą laryngoskopu? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 3, 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy rurki dooskrzelowe mają być jednoświatłowe czy dwuświatłowe? **Odp. Dwuświatłowe**

Poz. 7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31cm, z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika, system redukujący przestrzeń martwą, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych. Cewnik skalowany co 1cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr **Odp. Tak jak w SIWZ.**

2/ Z uwagi na dostępne na rynku cewniki w systemie zamkniętym na 48h i 72h, to w celu zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o dopuszczenie podania ceny na 24h z odpowiednim przeliczeniem ilości cewników. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 8

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

2/ Z uwagi na dostępne na rynku cewniki w systemie zamkniętym na 48h i 72h, to w celu zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o dopuszczenie podania ceny na 24h z odpowiednim przeliczeniem ilości cewników. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania a'100szt i podanie ceny za opakowanie. Państwa zgoda pozwoli zaofiarować korzystniejszą cenę. **Odp. Tak**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w rozm. 18G- 1,2 x 40mm, z otworem położonym centralnie na dole jak w przypadku igieł iniekcyjnych? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

2/ Prosimy o wyjaśnienie czy tępa igła powinna posiadać czerwoną nasadkę i osłonę w celu łatwiejszej identyfikacji igły? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 4, dot. projektu umowy:

§4 ust. 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu na:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca pokryje różnice w cenie związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.” **Odp.**

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§4 ust. 5

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o skreślenie tego zapisu z umowy. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§5 ust. 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„Poszczególne faktury wystawiane będą z podaniem numeru umowy przetargowej.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§5 ust. 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§8 ust. 1 pkt. 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

0,2 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą dobę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

W związku ze znacznym ryzykiem opóźnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych zamówień wysyłanych przez Szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w treści umowy następującej klauzuli :

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 9

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kankę o długości 250mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? **Odp. Nie**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 11

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH34 lub CH36, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1250mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną ze 100% przezroczystego silikonu? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści sondę o długości 85cm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści sondę z balonem przełykowym o długości 14cm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2

Prosimy w wyjaśnienie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać dren dwuświatłowy, który dzięki swej budowie minimalizuje zastój moczu i zapewnia jego swobodny odpływ? **Odp. Tak**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuszcza złożenie oferty na zestawy do przez skórnej gastrostomii (PEG) o średnicy 20Fr (6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji „Pull” wykonane z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonania endoskopii), zawierające dwie zewnętrzne nasadki: okrągła i w kształcie półwalca, wyposażone w złącze – „Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach, które zawierają: obłożenie z otworem, skalpel, pętle do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzenia drenu PEG, przewodnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem; opakowanie zbiorcze zawiera 2 zestawy? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do przez skórnej endoskopowej gastrostomii w rozmiarach 20 fr i 28 Fr – przewodnik długość do 260 cm, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**