



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 27.08.2013 r.

DZPZ-530-Zp/70/PN-64/13

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy opakowań i materiałów sterylizacyjnych – Zp/70/PN-64/13*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 1**

**poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 21 cm? Różnica 1 cm na korzyść Zamawiającemu pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty. **Odp. Tak**

**poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 40 cm / 200 m? **Odp. Tak**

**poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 40 cm / 200 m? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 42 cm / 100 m z odpowiednim przeliczeniem ceny? **Odp. Tak**

**poz. 1-10**

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych kierunek otwierania opakowania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji **Odp. Dopuszcza się, aby kierunek otwierania był oznaczony zarówno od strony foli jak i od strony papieru.**

Czy w pakiecie nr 1, poz. 1 – 10 Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które

następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 2**

**poz. 3**

Czy Zamawiający ma na myśli plomby plastikowe do zamykania pakietów? **Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na plomby do zamykania kontenerów posiadające wskaźniki chemiczne, które są cenowo bardzo zbliżone do plomb bez wskaźników? **Odp. Tak**

### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 - 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. **Odp. Nie**

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 35cm x 200m lub 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m? **Odp. Dopuszcza tylko 40 cm x 200 m**

Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 42cmx200m? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowo o gramaturze papieru 70 g/m<sup>2</sup>, czyli o lepszych, wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje wyższą wytrzymałość mechaniczną ? **Odp. Tak**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. Na potwierdzenie powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony foli, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu? **Odp. Dopuszcza się, aby kierunek otwierania był oznaczony zarówno od strony foli jak i od strony papieru.**

### **Pytanie 4, dot. projektu umowy**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? **Odp. Terminy podane we wzorze umowy będą uważane od poniedziałku do niedzieli, bez wyjątków dni ustawowo wolnych od pracy.**

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w par. 8 pkt 1 ppkt 2) na możliwość naliczania kary umownej w przypadku dostaw „na cito” za każdy dzień zwłoki? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? **Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zamówienia.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numer pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? **Odp. Tak**

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie zobowiązywało Wykonawcę do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu ? **Odp. Niewykonanie należyte postanowień umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 8 ust. 1 pkt. 2): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na : „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 poprzez dodanie zadania: jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy oraz ustawi wysokość kary umownej z tytułu rozwiązania umowy liczonej od wartości niezrealizowanej części umowy? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**