



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 02.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/72/PN-66/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu i fotela operacyjnego przeznaczonego dla Oddział Okulistycznego– Zp/72/PN-66/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści stół nie posiadający możliwości zamontowania dodatkowego podglówka na już istniejącym? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści regulację w zakresie 580-880mm? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 6) Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia zagłówka -15° do +35° **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 7) Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia tułowia +85° **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 8) Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia siedziska +35° - 5°? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 9) Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia dolnej części nóg +77°? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 10) Czy Zamawiający dopuści max. długość całkowitą stołu 1950mm? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 14) Czy Zamawiający dopuści max. obciążenie zagłówka 20kg? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 15) Czy Zamawiający dopuści max obciążenie dolnej części nóg 50kg? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 17) Czy Zamawiający dopuści możliwość zapamiętywania 4 pozycji stołu, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 20) Czy Zamawiający dopuści pokrycie stołu wodoodporne, antybakteryjne z tworzywa sztucznego, nie posiadające możliwości zdjęcia materaca? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 22) Czy Zamawiający dopuści podstawę chromowo -nikolowa? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 25) Czy Zamawiający dopuści stół nie wyposażony w dodatkowe zdejmowane wydłużenie piersiowej części stołu? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 28) Czy Zamawiający dopuści stół nie posiadający obicia indywidualnie demontowanego, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, Stół operacyjny, poz. 29) Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podłokietnik anestetyczny nie posiadający regulacji ? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, fotel chirurga, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści fotel regulowany w zakresie 553-753mm? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, fotel chirurga, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści siedzisko fotela regulowane elektrycznie? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, fotel chirurga, poz. 6) Czy Zamawiający dopuści podłokietniki regulowane, wszystkie ruchy wzdłużne, pionowe w zakresie 350mm, obroty 360°, długość podłokietników 350x120mm? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1, fotel chirurga, poz. 7) Czy Zamawiający dopuści podstawę chromowo -nikolowa z 4 kółkami oraz jedną centralną blokadą? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**