



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/74/PN-68/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego oraz obłożeń do implantacji stymulatorów – Zp/74/PN-68/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowych smoczków, sterylnych, wykonanych z wtryskiwanego polimeru, wolnego od uczulającego lateksu, bez odpowietrzacza, umożliwiających podawanie pokarmów o różnej konsystencji. Dostosowane do karmienia dzieci od 0 do 18 miesiąca życia. Smoczek z nakrętką na butelkę gotowy od razu do użytku. Każdy smoczek z nakrętką zapakowany osobno **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu ostatnią pozycję, aby umożliwić wystartowanie innym oferentom dostarczającym staplery i zaakceptuje tabelkę jak poniżej:

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ 12 m- ce
1.	Stapler liniowy 30 mm, przeznaczony do tkanek standardowych lub grubych	szt.	40
2.	Ładunek do staplera liniowego 30 mm do tkanek standardowych lub grubych	szt.	10
3.	Stapler liniowy 45 mm, przeznaczony do tkanek standardowych lub grubych	szt.	130
4.	Ładunek do staplera liniowego 45 mm do tkanek standardowych lub grubych	szt.	10
5.	Stapler liniowy 60 mm, przeznaczony do tkanek standardowych lub grubych	szt.	130
6.	Ładunek do staplera liniowego 60 mm do tkanek standardowych lub grubych	szt.	10
7.	Stapler liniowy 90 mm, przeznaczony do tkanek standardowych lub grubych	szt.	80

8.	Ładunek do staplera liniowego 90 mm do tkanek standardowych lub grubych	szt.	10
9.	Stapler okrężny, zagięty 24 mm	szt.	60
10.	Stapler okrężny, zagięty 26 mm	szt.	90
11.	Stapler okrężny, zagięty 29 mm	szt.	80
12.	Stapler okrężny, zagięty 32 mm	szt.	60
13.	Stapler okrężny, zagięty 34 mm	szt.	40

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 21,5 mm? Różnica 0,5 mm w rozmiarze staplera nie stanowi o przydatności kliniczno-medycznej staplera. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 25,5 mm? Różnica 0,5 mm w rozmiarze staplera nie stanowi o przydatności kliniczno-medycznej staplera. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 28,5 mm? Różnica 0,5 mm w rozmiarze staplera nie stanowi o przydatności kliniczno-medycznej staplera. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 31,5 mm? Różnica 0,5 mm w rozmiarze staplera nie stanowi o przydatności kliniczno-medycznej staplera. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 33,5 mm? Różnica 0,5 mm w rozmiarze staplera nie stanowi o przydatności kliniczno-medycznej staplera. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 9 -13:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki tj. 1 sztuki staplera okrężnego zagiętego w jednym rozmiarze z wymaganego zakresu? **Odp. Nie**

poz.14:

Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii pakowane sterylnie w ładunki po 6 sztuk? Sposób pakowania w ładunki nie ma znaczenia kliniczno-medycznego a wręcz mniejsza ilość klipsów w ładunku w wielu sytuacjach pozwala na obniżenie kosztów. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zapewniamy bezpłatne użyczenie kompatybilnej klipsownicy uznanego amerykańskiego producenta. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**