



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 10.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/67/PN-61/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy stymulatorów jednojamowych VVIR (AAIR) z elektrodami aktywnymi prostymi wraz z bezpłatnym użyczeniem programatora do kontroli urządzenia” – Zp/67/PN-61/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot. wzoru umowy. Czy możliwe jest doprecyzowanie w § 2 ust. 2 w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: "pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy."? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 3 ust. 2 poprzez zastąpienie wyrażenia „bezpłatne użyczenie” zapisem: „ Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1, zobowiązuje się na dostarczenie programatora do kontroli urządzenia”? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 3 do pakietu 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością w kanale komorowym w zakresie 0,5-7,5 mV, który może pracować również w trybie automatycznym umożliwiającym wykrywanie bardzo niskich jak i bardzo wysokich potencjałów wewnątrzsercowych? Parametr nieznacznie różni się od wymogów SIWZ. **Odp.** Tak.

Pytanie 4 do zadania nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z funkcją autoinicjalizacji, która uruchamia podstawowy program pracy stymulatora, zabezpieczając częstość stymulacji i podstawowe funkcje, zaraz po podłączeniu do stymulatora elektrod, w zamian za funkcje wspomagającą programowanie stymulatora? Funkcja ta jest domyślnie włączona i działa w sposób automatyczny. Parametr nieznacznie różni się od wymogów SIWZ. **Odp.** Tak.

Pytanie 5 dot. wzoru umowy. W § 4 ust. 3 pkt. a) i pkt. b) – czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o odpowiednio o 5 dni roboczych oraz o 48 godzin roboczych tzn. liczonych w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy. W § 5 ust. 4 - czy możliwe jest doprecyzowanie, że podwyższenie podatku VAT powoduje AUTOMATYCZNIE zwiększenie wynagrodzenia o wartość wynikającą z przeliczenia „podwyższenia” podatku VAT? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.