

Wałbrzych 03.12.2008 r.

DZPZ/298/AR/12/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnego aparatu RTG typu telekomando do wykonywania zdjęć i prześwietleń, zestawu do cyfrowej radiologii pośredniej, systemu zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej RIS oraz archiwizacji PACS, sprzętu komputerowego – Zp/72/PN-55/08

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1.

Pyt. Dotyczy „I.8” Wymagania ogólne aparatu. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – w okresie gwarancji min. 3 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku.

Czy Zamawiający dopuści dwa nieodpłatne przeglądy w okresie gwarancji urządzenia? Zdaniem producenta systemu, dwa przeglądy w roku są w zupełności wystarczające. Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji aparatu jaki i zaawansowana technologia montażu urządzenia gwarantują długie i bezawaryjne działanie systemu. Pragniemy zauważyć, iż żądanie trzeciego przeglądu niepotrzebnie podniesie koszt zakupu systemu przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

Pyt. Dotyczy: „VI.2” Stół do zdjęć i prześwietleń. Ruch blatu wzdłużnie/ poprzecznie. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ruchomy poprzecznie blat bez możliwości ruchów wzdłużnych? Chcemy zaznaczyć, iż nasz system posiada możliwość ruchu wzdłużnego kolumny z lampą (wzdłuż osi długiej stołu) ,który umożliwia diagnostykę całego pacjenta bez konieczności jego przekładania. Nasze rozwiązanie gwarantuje funkcjonalność którego oczekuje Zamawiający.

Odp. Tak.

Pyt. Dotyczy: „VI.7” Stół do zdjęć i prześwietleń Odległość ognisko-film(min/max SID)

Zamawiający wymaga odległości ogniska od filmu (min/max SID) 115/150 cm.

Czy Zamawiający uzna urządzenie posiadające odległość ognisko-film w zakresie 110cm do 250cm za spełniające wymóg zapisu VI.7?

Pragniemy zaznaczyć, iż wartości które chcemy zaoferować w naszym urządzeniu umożliwiają osiągnięcie odległości ognisko-film (115 – 150) wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

II Generator wysokiej częstotliwości

Pyt. Pkt .4 Zakres dostępnych ustawień dla fluoroskopii.Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie z zakresem ustawień przy fluoroskopii 40-110 kV?

Odp. Tak.

Pyt. Pkt. 9 Programy anatomiczne. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające w standardzie możliwość zaprogramowania 125 programów anatomicznych?

Odp. Tak.

VI. Stół do zdjęć i prześwietleń.

Pyt. Pkt. 12 Minimum dwa czasy tomografii na kąt. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia spełniającego wymóg jednego czasu na kąt?

Odp. Tak.

VII. Statyw do zdjęć odległościowych

Pyt. Pkt. 4 Obrót szuflady kasetowej w związku z pkt. 6 Wykonywanie zdjęć promieniem pionowym statywie w poziome pozycji szuflady kasetowej. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych wymogów?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający oczekuje szpitalnego systemu Rtg w pełni funkcjonalnego, służącego głównie na potrzeby SOR, z możliwością wykorzystania kratki przeciw rozproseniowej w statywie uchylnym, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie konieczności przekładania pacjenta oraz skrócenie czasu badania. Dotyczy to też pacjentów na wózkach inwalidzkich, w których np. w pozycji siedzącej trzeba wykonać projekcje do stawu skokowego i śródstopia bez konieczności przekładania pacjenta i trudnego pozycjonowania go na stole rtg lub wózku przeziernym. Ponadto takie rozwiązanie stwarza dodatkowe, w pełni funkcjonalne stanowisko diagnostyczne do wykonywania badań rtg i ogranicza eksploatację ścianki do prześwietleń.

Pakiet nr 2. Wykaz parametrów wymagalnych i granicznych dla cyfrowego zestawu RTG.

Pyt. Czy Zamawiający przez omyłkę nie dołączył w tabeli kolumny „parametr oferowany” jak to ma miejsce w pakiecie nr 1 ?

Odp. Zamawiający dołącza w tabeli kolumnę „parametr oferowany”.

Pyt. Czy ilości zaoferowanych kaset z płytami obrazowymi mają być jednoznacznie takie, jak w pkt. I ppkt. 4, a ilości w pkt. II ppkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 są tylko powtórzone ?

Odp. Tak. Ilość i rodzaj kaset z płytami obrazowymi jest powtórnie wymieniona w punkcie II ze względu na ich szczegółowy opis zamówienia.

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***