



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/46/ PN-45/16

Wałbrzych, 13.06.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż mebli ze stali nierdzewnej na wyposażenie Pracowni elektroterapii serca”- Zp/46/PN-45/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 8, Zabudowa meblowa dolna i górna wymaga zaoferowania zabudowy wyposażonej w lodówkę?

Odp: Zamawiający nie wymaga zabudowy wyposażonej w lodówkę.

Pyt. 2 W pakiecie nr 1, poz. 5, Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi Zamawiający wymaga zaoferowania szafy o wymiarach 100x580x2000 czy 1000x580x2000mm?

Odp. Zamawiający wymaga szafy o wymiarach 1000x580x2000mm.

Pyt. 3 W pakiecie nr 3, poz. 5, Wózek medyczny Zamawiający wymaga zaoferowania wózka o wymiarach 570x470x100 czy 570x470x1000mm?

Odp: Zamawiający wymaga wózka medycznego o wymiarach 570x470x1100mm.

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, poz. 3, Stelaż do worków foliowych 120l- podwójny- stelaż o wymiarach: 1260x580x1050?

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający dopuści stelaż do worków foliowych 120l (podwójny) o wymiarach 860x580x1050mm.

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, poz. 4, Stelaż do worków foliowych 120l- potrójny- stelaż o wymiarach: 820x580x1050?

Odp: Nie dopuszcza. Zamawiający dopuści stelaż do worków foliowych 120l (potrójny) o wymiarach 1300x580x1050mm.

Pyt. 6 Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 5, poz. 2, Regał listwowy naścienny (poziomy)- w ile koszy ma być wyposażony regał?

Odp: Regał listwowy naścienny (poziomy) ma być wyposażony w 3 kosze sterylizacyjne.

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 2, Kozetka do badania pacjentów wymaga kozetki o wymiarach 400x700x900mm?

Odp: Zamawiający wymaga, aby kozetka trzysekcyjna do badań pacjentów była o wymiarach leża: Zagłówek-400mm, Korpus- 700mm, Podnóże- 900mm. Szerokość leża 700mm.

Pyt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściową zapłatę za dostarczony towar? Pierwsza w terminie do 30 dni, druga w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT?

Odp. Zamawiający nie wyraża na częściową zapłatę za dostarczony towar.

Pyt. 9 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW

Poz. 7 – Stolik MAYO do instrumentów chirurgicznych w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową, p.pkt g - Błat zagłębiony na 10 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu R15
Czy Zamawiający dopuści Błat zagłębiony na 10 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości 1,5 mm z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu R 3,5 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza blatów z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu R 3,5mm. Z uwagi na bezpieczeństwo sprzętu i obsługi Zamawiający dopuszcza narożniki o promieniu R= 15mm.

Pyt. 10 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW

Poz. 10 - Wózki medyczne (zabiegowe, ratownicze) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: p.pkt c – Pionowe krawędzie wózków i blatu zaokrąglone narożniki – promień min. R = 15 mm.

Czy Zamawiający dopuści pionowe krawędzie wózków i blatu zaokrąglone narożniki – o promieniu R = 3,5 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pionowych krawędzi wózków i blatu zaokrąglone narożniki – o promieniu R = 3,5 mm. Z uwagi na bezpieczeństwo sprzętu i obsługi Zamawiający dopuszcza narożniki o promieniu R=15mm.

Pyt. 11 dotyczy Pakietu nr 9:

1. Ponieważ od maja 2015 weszła w życie nowa norma europejska (EN ISO 16442) dotycząca szaf do przechowywania endoskopów w warunkach higienicznych, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa spełniała wymagania ww. normy?

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby szafa do przechowywania endoskopów spełniała w/w normę.

2. Prosimy o podanie jak długiego czasu przechowywania endoskopów w warunkach higienicznych oczekuje Zamawiający? Wiodący producenci oferują szafy pozwalające na przechowywanie instrumentów przez okres nawet 30 dni.

Odp. Zamawiający nie wymaga przechowywania instrumentów przez okres 30 dnia i inny okres.

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa monitorowała parametry przechowywania endoskopów oraz pozwalała na ich wydruk w celu udokumentowania należytego przechowywania instrumentów pomiędzy zabiegami? Rozwiązanie takie zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony pacjentów.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa przeprowadzała również proces suszenia endoskopów?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa była wyposażona w filtry powietrza, w tym filtr HEPA klasy min. H14? **Odp.**

6. W § 7 ust. 1 lit. b) przewidziano karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii. W umowie nie określono terminu przystąpienia do usunięcia awarii. W § 3 ust. 4 natomiast podano termin rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji określając go na 2 dni robocze.

Czy wobec powyższego kara wskazana w § 7 ust. 1 lit. b) odnosi się do terminu wskazanego § 3 ust. 4 ?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 3 poprzez zastąpienie słowa „Zamawiającemu” słowem „Stronom” ?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak