



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 21.06.2016 r.

DZPZ-530-Zp/43/PN-42/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych do osteosyntezy – Zp/43/PN-42/16

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki blokowanej do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowej posiadającej 3-5 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych zamiast od 4 do 6 otworów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki blokowanej do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowej posiadającej 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej w części nasadowej zamiast 8 otworów? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w poz. nr 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów typu Herberta o śr. 2,0-5,0 mm w zakresie dł. L-12-50mm zamiast dł. 12-60mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający w poz. nr 39 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Kirschnera typu trójkąt zamiast typu lancet? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów typu Herberta niesterylnych? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający zamiast depozytu implantów wyrazi zgodę na sprzedaż sukcesywną - na zamówienie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, w odniesieniu implantów drobnych ujętych w poz. 38-40 tj. wkręty Herberta, groty(gwoździe) Kirschnera, pręty Rusha? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż sukcesywną.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych krętarzowych długich w zakresie dł. 300-420mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający w poz. nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zespalającej fi 5,0mm w zakresie dł. 70-110mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 7

Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu w okresie 12 miesięcznej umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od depozytu implantów i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na konieczność użycia implantów w trybie ostrodyżurowym.**

Pytanie 4, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a) §3 ust. 2 oraz w rozdziale XV pkt. 2 SIWZ z godzin nadni robocze
- b) §4 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż wymianie podlega towar w nienaruszonych opakowaniach producenta? **Odp. Tak, wymianie podlega towar w nienaruszonych opakowaniach producenta.**

Czy Zamawiający w §4 ust. 2 mógłby doprecyzować, iż posiadanie okresu ważności przez oferowany asortyment, dotyczy tylko asortymentu ,co do którego postawiono wymóg sterylności? **Odp. Tak, posiadanie okresu ważności przez oferowany asortyment, dotyczy tylko asortymentu ,co do którego postawiono wymóg sterylności.**

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? **Odp. Tak, termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.**

Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust.1) – dot. produktów oddanych w depozyt? **Odp. Tak, faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust.1).**

Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§5 ust. 3), oraz dookreśli, iż w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega cena brutto? **Odp. Tak, w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§5 ust. 3) oraz w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega cena brutto.**

Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy w §7 jest ograniczona do wartości towaru? **Odp. Tak, odpowiedzialność Wykonawcy w §7 jest ograniczona do wartości towaru.**

Czy Zamawiający w §8 ust. 1 lit. a) usunie karę umowną za dostawę na cito z uwagi na posiadany depozyt implantów? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zamawiający doda zapis w §9 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dla pozycji 28, 29, 30, 31 wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu implantów wraz z instrumentarium na zamówienie w ciągu najdalej 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez podparcia o dł. od 116 do 246 mm zamiast od 109 do 246 mm? **Odp. Nie, Zamawiający wymaga płytki z ograniczonym podparciem.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości piszczelowej bocznej posiadającej od 4 do 16 otworów zamiast od 5 do 16 otworów? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płyt do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej z otworami w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagającymi

zaślepek/przejściówek, gwintowanymi (z gwintem stożkowym) w części blokującej i gładkimi w części kompresyjnej? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płyt do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej z otworami w głowie płyty blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmiennie kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuszcza to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwieniu Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert. **Odp. Nie, Zamawiający wymaga płytki z otworami w głowie tworzącymi cztery kolumny.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płyt do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej:

- Płyty piszczelowe przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-14 otworów, 116-246 mm dla płyty w wersji bez ramieniem oraz 117-252 mm dla płyty w wersji z ramieniem.

- Płyty piszczelowe przednio-boczne od 5-19 otworów, dł. 80-292 mm.

- Płyty rekonstrukcyjne przednioboczne i przyśrodkowe, uniwersalne, dł. od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie

- Płyty rekonstrukcyjne przyśrodkowe, prawe i lewe, dł. od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów

- Płyty boczne do kości strzałkowej dł. od 73-229 mm, od 3 do 15 otworów

- Płyty tylnoboczne do kości strzałkowej dł. 77-233 mm, od 3 do 15 otworów

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeśli zostaną spełnione pozostałe wymagania zgodne ze specyfikacją.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płyt prostych o grubości 2,7 mm zamiast 3,5 mm oraz 3,7 mm zamiast 4,5 mm? **Odp. Nie, Zamawiający wymaga płyty grubości 3,5 mm i 4,5 mm.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płyt zagiętych o ilości otworów od 6 do 16 zamiast od 6 do 18? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeśli zostaną spełnione pozostałe wymagania zgodne ze specyfikacją.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych z gniazdem tylko sześciokątnym? **Odp. Nie, Zamawiający wymaga śruby z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania:

- płyty prostej wąskiej – długość od 44 do 404mm, od 2 do 22 otworów,

- płyty prostej szerokiej – długość od 122 do 350mm, od 6 do 18 otworów

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania:

- płyty hakowej o długości od 133mm do 349mm, od 2 do 14 otworów,

- płyty bez haka o długości od 139mm do 355mm, od 2 do 14 otworów?

Odp. Nie. Niewystarczająca długość maksymalna płyt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z **Pakietu 3 poz. 23-34** i utworzenie dla tych pozycji nowego pakietu, co umożliwi uzyskanie Zamawiającemu konkurencyjnych ofert? **Odp. Nie. Pozycje 23-24 stanowią integralną całość pakietu.**