

Wałbrzych 13.01.2009 r.

DZPZ/7/AR/01/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, taśmy do szycia, sztucznej opony poliuretanowej, wosku kostnego, środka zatrzymującego krwawienie, kleju fibrynowego, sitek przepuklinowych – Zp/4/PN-4/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający mógłby umożliwić składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 18 lub wydzielić nici wchłaniające się do odrębnego pakietu?

Odp. NIE

Czy w Pakiecie nr 18 poz. 1 Zamawiający dopuści nić o dł. 15cm z igłą 7/16 koła, pozostałe parametry bez zmian LUB nić o dł. 15cm z igłą 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.TAK

Czy w Pakiecie nr 18 poz. 2 Zamawiający dopuści nić o dł. 15cm z igłą 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. TAK

Czy w Pakiecie nr 18 poz. 3 Zamawiający dopuści nić o dł. 20cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.TAK

Czy w Pakiecie nr 18 poz. 9 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.TAK

Czy w Pakiecie nr 18 poz. 7 Zamawiający dopuści nić o dł. 45cm z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.TAK

Czy w Pakiecie nr 18 poz. 8 Zamawiający dopuści nić z igłą typu „lancet” 3/8 lub ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.TAK

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 7-8:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu?

Odp.NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuszcza w tych pozycjach nić z igłami podwójnymi, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić z igłą podwójną o dł. 5,51mm, typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić z igłą podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić o dł. 20 cm, z igłą podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić o gr. 7/0, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić naturalną, plecioną, o gr. 4/0 z igłą o dł. 13,99mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić naturalną, skręcaną, z igłą podwójną o dł. 11,04mm typu odwrotnie tnąca, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie dot. pakietu 18, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji nić z igłą podwójną o dł. 6,10mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.NIE

Czy Zamawiający, opierając się na aktualnym brzmieniu art. 144 ust 1 ustawy Pzp, zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto, w momencie zmiany obowiązującej w tym zakresie stawki VAT?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Wnosimy o zmianę zapisu (pkt X.B SIWZ) dotyczącego wymagań wobec dokumentów i oświadczeń przedłożonych w języku obcym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z §4 ust. 3 tego rozporządzenia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 2 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % ilości określonej w niniejszej umowie”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 10 ust. 1: „W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy 80 % ilości towarów określonej w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od jej podpisania.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 dopuści substytut opony twardej wykonany z PTFE w pozycji 1, rozmiar 6 x 10 cm, w pozycji 2 rozmiar 5 x 6 cm?

Odp.TAK.

Czy Zamawiający zgodzi się:

1. na zmianę w § 4 ust. 4 i nadanie następującego brzmienia: „W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 3 a, b i dokonania zakupu u innego dostawcy Zamawiający może domagać się od dostawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną za jaką dokonano zakupu, a ceną z oferty przetargowej Zamawiającego.”;
2. na zmianę § 8 i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. ”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pakiet 16:

Poz. 8 i 9 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu lub składanie ofert w ww. pakiecie na pozycje, aby umożliwić oferentom nie posiadającym ich w swej ofercie złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.NIE

Poz. 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,5 mm i wielkości oczek 0,59 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.TAK

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,5 mm i wielkości oczek 0,59 mm , rozmiar siatki 8 x 13 cm , przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.TAK

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,5 mm i wielkości oczek 0,59 mm, rozmiar siatki 10 x 16 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. TAK

Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,5 mm i wielkości oczek 0,59 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.TAK

Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,5 mm i wielkości oczek 0,59 mm, rozmiar siatki 20 x 30 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.NIE

Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,5 mm i wielkości oczek 0,59 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.TAK

Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości nici 0,16 mm , grubości 0,7 mm i wielkości oczek 2,26 mm, rozmiar siatki 26 x 36 cm lub 30 x 30 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.TAK

Pakiet 28

Czy Zamawiający w pozycji 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. TAK

Pakiet 6

Czy Zamawiający w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły podwójnej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.TAK

Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o okresie podtrzymywania do 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.NIE

Pakiet 27

Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie nitki 250cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.TAK

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 2 ust. 2 i zastąpienie zapisem:

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala **jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wartości umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 7 i zastąpienie zapisem:

Ewentualne reklamacje jakościowe wiążą się ze szczególnymi procedurami, do których zobowiązany jest producent dot. asortymentu, stosownymi przepisami. W związku z tym prosimy Zamawiającego o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni”

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 8 ust. 1 pkt. 1) na:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 **dopuszcza** szwy syntetyczne, wchłaniające, monofilamentowe **o okresie podtrzymywania tkankowego do 56 dni?**

Odp.NIE

Dot. Pakietu nr 9 poz. 1-26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby nie była **z powleczeniem antybakteryjnym.**

Odp. NIE

Dot. Pakietu nr 20 poz. 1-9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby nie była **powlekana substancją antybakteryjną.**

Odp. NIE

Dot. Pakietu nr 21

Czy Zamawiający w/w pakiecie **dopuszcza** szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane **o okresie wchłaniania 56-70 dni?**

Odp.TAK

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza:

- 1) W pozycji 2 igłę odwrótnie tnącą pozostałe parametry bez zmian.
- 2) W pozycji 4 igłę odwrótnie tnącą pozostałe parametry bez zmian.
- 3) W pozycji 6 nie o długości 70cm lub wyłączenie z pakietu.

- 4) W pozycji 8i9 igły odwrotnie tnące pozostałe parametry bez zmian..
 - 5) W pozycji 17 :
 - igłę okrągłą masywną i nić o długości 70cm pozostałe parametry bez zmian lub
 - igłę o długości 36mm pozostałe parametry bez zmian lub
 - wyłączeni do oddzielnego pakietu
 - 6) w pozycji 19 igłę o długości 17 mm pozostałe parametry bez zmian lub wyłączenie do oddzielnego pakietu
 - 7) w pozycji 26 igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian.
- Odp. NIE

Czy Zamawiający w pakiecie 14 wymaga:

- 1) w pozycji 1 i 2 wymaga gazy wchłaniającej się do 14 dni pozostałe parametry bez zmian?
- Odp.Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści:

- 1) w pozycji od1 do11 nić wchłaniającą się e 56-70 dni pozostałe parametry bez zmian?
- 2) W pozycji 8 igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian

Odp.TAK

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 dopuści:

- 1) w pozycji 2 igłę o długości 90mm pozostałe parametry bez zmian

Odp. TAK

- 2) pozycji 3: igłę 48mm ½ koła pozostałe parametry bez zmian lub-

Odp.TAK

igłę o długości 90mm pozostałe parametry bez zmian

odp.NIE

- 3)w pozycji 4 igłę odwrotnie tnącą pozostałe parametry bez zmian

Odp.TAK

- 4)w pozycji 5,6,7,8,9 i 11 igłę odwrotnie tnącą pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści:

- 1) w pozycji 6 igłę okrągłą pozostałe parametry bez zmian

Odp. TAK

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 1 nić o czasie wchłaniania 50-80 dni, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi?

UZASADNIENIE: Jest to produkt równoważny do opisywanego przez Państwa w SIWZ. Ma dokładnie to samo zastosowanie oraz właściwości. Ponadto krótszy czas wchłaniania jest nawet korzystniejszy ze względów medycznych.

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 1 również nić 1x 140-150cm wszędzie tam, gdzie wymaga nici 2x70-75cm?

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję wyłączy z Pakietu nr 1 i utworzy nowy Pakiet 1A z pozycji od 36 do 40?

UZASADNIENIE: Przedmiotowych 5 pozycji to szwy wysoce specjalistyczne. Znajdują się one w ofercie tylko jednego producenta/dystrybutora co znacznie utrudnia uczciwą konkurencję w całym pakiecie.

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 5 poz.2 również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści pomimo przyjętej tolerancji w Pakiecie nr 5 poz. 1, 8 również nici o długości 70cm?

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 21 nic o czasie wchłaniania 50-80 dni, spełniając wszystkie pozostałe wymogi?

UZASADNIENIE: Jest to produkt równoważny do opisywanego przez Państwa w SIWZ. Ma dokładnie to samo zastosowanie oraz właściwości. Ponadto krótszy czas wchłaniania jest nawet korzystniejszy ze względów medycznych.

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 23 nic o czasie wchłaniania 50-80 dni, spełniając wszystkie pozostałe wymogi?

UZASADNIENIE: Jest to produkt równoważny do opisywanego przez Państwa w SIWZ. Ma dokładnie to samo zastosowanie oraz właściwości. Ponadto krótszy czas wchłaniania jest nawet korzystniejszy ze względów medycznych.

Odp. TAK

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję wykreśli lub wyłączy z Pakietu nr 25 pozycję 1 i 11?

UZASADNIENIE: Są to szwy wysoce specjalistyczne, dostępne tylko u jednego producenta/dystrybutora, co praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym pakiecie.

Odp. NIE

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie nr 25 również igły odwrotnie tnące, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. TAK

Dot. pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 16 z igłą okrągłą standardową.

Odp. TAK

Dot. pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 11 z igłą odwrotnie tnącą 30mm lub wydzielenie z pakietu

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 5 i 6 z nitką 75cm lub z igłą podwójną z nitką 90cm.

Odp. TAK

Dot. pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu.

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 8 z nitką 70cm.

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 5 z nitką 75cm oraz wydzielenie pozycji nr 8

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 17:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami z kwasu poliglikolowego o gwarantowanym czasie podtrzymywania tkankowego 7-14 dni, wchłaniającymi się do 42 dni od zaimplantowania oraz zaoferowanie szwu w pozycji nr 5 z igłą okrągłą 48mm lub z igłą okrągło-tnącą 43mm.

Odp. TAK

Dot. pakietu nr 19:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami z kwasu poliglikolowego o gwarantowanym czasie podtrzymywania tkankowego 7-14 dni, wchłaniającymi się do 42 dni od zaimplantowania oraz złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 3 ze szwem z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm lub wydzielenie z pakietu.

- w pozycji 7 z igłą 37mm okrągłą wzmocnioną

Odp. TAK

lub wydzielenie z pakietu.

Odp. NIE

Dot. pakietu 21

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi, powlekаныmi o okresie podtrzymywania tkankowego do 35 dni i czasie wchłaniającymi się 60-90 dni oraz zaoferowanie szwu w pozycji nr 10 z igłą okrągłą wzmocnioną.

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji 6 i 7 z igłą podwójną.

Odp. TAK

Dot. pakietu nr 25

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji 2-11 z igłą odwrotnie tnącą

Odp. TAK

oraz wydzielenie pozycji nr 1 gdyż jest tylko w posiadaniu jednej firmy.

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 26

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji 1-3 z nitką o długości 250cm

Odp. TAK

- w pozycji 4 i 5 z nitką o długości 75cm

Odp. NIE

Dot. pakietu nr 27

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji 1-3 z nitką o długości 250cm.

Odp. TAK

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak