

Wałbrzych 15.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-24/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/31/PN-24/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów sprzętu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez dołączenie do oferty materiałów informacyjnych producenta w języku polskim, angielski lub niemieckim?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 2, dot. pkt 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z gumy silikonowej i kablem dł. 4 m o wymiarach minimalnych nie mniejszych jak w SIWZ, powierzchnia 500 cm² a więc oferującej większe bezpieczeństwo pacjenta?

Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie techniczno-eksploatacyjne takiego wymogu.

Odp. Zgodnie z wymogami w SIWZ

Pytanie 3, dot. pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści bipolarną NON-STICK, izolowaną, prostą, końce tępe 1,5 mm, długość 22,5 cm?

Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie techniczno-eksploatacyjne takiego wymogu.

Odp. Zgodnie z wymogami w SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający oczekuje diatermii elektrochirurgicznej posiadającej oprogramowanie w języku polskim?

Odp. Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający oczekuje uniwersalnego gniazda monopolarnego pozwalającego na bezpośrednie połączenie narzędzi w systemie wtyczek jednopinowych o śr. 5 mm i 4 mm oraz trzypinowym

Odp. Zgodnie z opisem Specyfikacji.

Pytanie 6, dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym „za zgodnością z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Odp. Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne lampy operacyjne z diodowym źródłem światła?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne lampy diodowe ze średnicą pola operacyjnego lampy głównej 20 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne lampy diodowe ze średnicą pola operacyjnego lampy satelitarnej 20 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne lampy diodowe które nie posiadają rezerwowego źródła światła jak to jest w przypadku lamp halogenowych czy wyładowczych ? Lampa diodowa składa się z wielu diod a ich żywotność to co najmniej 20000 h. Przepalenie 1 diody nie wpływa na parametry światła.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §8 projektu umowy w ten sposób, że zmieni:

- §8 ust. 1b) wysokość kary umownej na 0,1% wartości niedostarczonego lub nienaprawionego sprzętu za każdy dzień oczekiwania na dostawę lub usunięcie awarii.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 12

Zamawiający wymaga od wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszona awarię. Jednocześnie obowiązek ten będzie spoczywał na wykonawcy w okresie gwarancji. Ponadto zwraca uwagę okoliczność, iż Zamawiający nie podaje przedziałów godzinowych, w jakich będzie upoważniony do zgłaszania usterek. W takiej sytuacji powiadomienie o wadze może nadejść o każdej porze oraz zobowiązywać do pilnej (24 godzinnej) reakcji wykonawcy.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww. postanowienie SIWZ w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas przystąpienia do usługi serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem nie będzie konieczne wskazywanie godzin, w których można zgłaszać usterki urządzeń, a wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 13, dot. pakiet nr 4

Zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych dotyczących elektrokardiografów z analizą (PN EN 60601-2-51) minimalne wymagania dla elektrokardiografu określone są na min. częstotliwość próbkowania 500Hz i rozdzielczość amplitudowa zapisu 5uV/bit. Dla wymaganej dynamiki zapisu 10mVpp rozdzielczość bitowa to 12 bitów. Pasma przenoszenia wzmacniaczy analogowych określone jest na 0.05 – 150 Hz.

Istotne wymagania stawiane elektrokardiografom Zamawiający zawarł w SIWZ.

Tendencyjne pytania wykonawców (pytanie nr 3 i 6) z dnia 10.07.2009 sugerują zmianę wymagań zawartych w SIWZ i są ukierunkowane na konkretny model elektrokardiografu.

Większość produkowanych obecnie elektrokardiografów posiada przetwornik 12 bitów i pasmo przenoszenia 0.05 -150Hz. Sama definicja rozdzielczości 20 bitów nie określa jednoznacznie rozdzielczości amplitudowej – powiązana jest ona z zakresem występowania. Zbyt szerokie pasmo wzmacniaczy powoduje wzrost poziomu zakłóceń rejestrowanych przez elektrokardiograf – technicy EKG w większości włączają filtry tłumiące zakłócenia na poziomie 35Hz.

Czy odpowiedź „Tak” na pytania 3 i 6 Zamawiającego można traktować jako „**dopuszcza ale nie wymaga**”?

Odp. Tak – dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14, dot. lampy operacyjnej

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną z dwoma jednakowymi głowicami o natężeniu światła dla każdej głowicy równym 140 000 lux?

Odp. Nie

Pytanie 15, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odp. Nie posiadamy ekspertyzy budowlanej.

Pytanie 16, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?

Odp. Nie.

Pytanie 17, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odp. Tak.

Pytanie 18, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości obciążenia stropu w miejscu montażu lamp ciężarem 90 [kg] oraz momentem 750 [Nm]?

Odp. Tak.

Pytanie 19, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.

Odp. Płyta stalowa 10 mm, śruby 4 x Ø 18.

Pytanie 20, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odp. Nie.

Pytanie 21, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odp. Nie.

Pytanie 22, dot. stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej.

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Odp. 230 V, 3 x 2,5 mm²

Pytanie 23, dot. lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną z dwoma jednakowymi głowicami o głównym wyładowczym źródle światła w postaci żarówki metalohalogenkowej o mocy 70W i żywotności 5000h oraz z rezerwowym źródłem światła w postaci żarówki halogenowej o mocy 150W ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24, dot. lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną o temperaturze barwowej światła równej 4200K ?

Odp. Nie

Pytanie 25, dot. lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną z dwoma jednakowymi głowicami o zakresie regulacji średnicy pola bezcieniowego dla każdej kopuły równym 160-280mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26, dot. lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną z dwoma jednakowymi głowicami o zakresie pracy bez konieczności ogniskowania dla każdej kopuły równym 70-140cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27, dot. lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną z dwoma jednakowymi głowicami o regulacji natężenia oświetlenia każdej głowicy z panelu umieszczonego na ramieniu oraz o regulacji średnicy pola bezcieniowego każdej głowicy jedynie centralnym uchwytem sterylizowanym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 28, dot. lampy operacyjnej.

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową lampę operacyjną bez „brudnego” uchwytu dookoła czasz lampy?

Odp. Nie

Pytanie 29, dot. lampy operacyjnej

Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju parametrów sieci awaryjnej szpitala.

Odp. Agregat prądotwórczy o mocy 250 kVA.

Pytanie 30, dot. uniwersalnego stołu operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem o długości 2025mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31, dot. uniwersalnego stołu operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 740-1050mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32, dot. uniwersalnego stołu operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu równym 250mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 33, dot. uniwersalnego stołu operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z ręcznym przesuwem wzdłużnym blatu równym 250mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34, dot. uniwersalnego stołu operacyjnego

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia z 30 do 90 dni?

Odp. Nie

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***