

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy zestawów odczynnikowych, szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz odczynników do serologii grup krwi.

– Zp/46/PN-37/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.1 dot. pakietu 3A w poz.1

Czy Zamawiający wymaga testów z eliminacją efektu prozonowego do stężenia 500.000 ng/ml (0.5 mg/ml), parametr do potwierdzenia w instrukcji?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pyt.2 dot. pakietu 3A w poz.5

Czy Zamawiający wymaga testów indywidualnie pakowanych zachowujących dłuższą trwałość?

Odp.TAK.

Pyt.3 dot. pakietu 3A w poz.5

W celu zapewnienia wysokiej jakości badań czy Zamawiający wymaga testów o czułości min. 99% i specyficzności min. 97%?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak