

Wałbrzych 17.09.2009 r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-34/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych, stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych – Zp/42/PN-34/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Projekt umowy.

Pyt. Ze względu na długi okres trwania umowy zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu w

§ 9 do wzoru umowy dot. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia.

Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od formy komisu w pakiecie nr 31 przy jednoczesnym wydłużeniu terminu płatności do 60 dni ?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet nr 31.

Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy z funkcją PAC gwarantującą odpowiednią wartość amplitudy impulsu w komorze, ale bez funkcji impulsu zabezpieczającego skuteczną stymulację w komorze ?

Odp. Nie.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala