

Wałbrzych 08.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/47/PN-38/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów (siatki, śruby, płytki, materiał kośćozastępczy) na potrzeby Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz protezek głosowych na potrzeby Oddziału Otolaryngologii – Zp/47/PN-38/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1

1. W związku z tym, iż nie spotkaliśmy się z opisem:
 - a) płytka 4 oczkowa z szerokim mostem, w moście 2 oczka kompresyjne
 - b) suwak okrągły z wejściem gwiazdka 7mm, średnica 2,0 i 2,3prosimy o doprecyzowanie opisu poprzez wskazanie przykładowego producenta i nr katalogowego lub rysunku na podstawie, którego sugerował się Zamawiający opisując w/w asortyment.
Odp. Firma Modus. 1.0.Złamania. 2. BSSO.
Czy Zamawiający w pozycji dotyczącej: płytka sagitalna 8 oczkowa z 2 otwartymi ramionami o profilu 0,7, wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki o profilu 0,6 i kształcie wg. załączonego rysunku?
Odp. Nie.
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie opisu poprzez wskazanie przykładowego producenta i nr katalogowego lub rysunku na podstawie, którego sugerował się Zamawiający opisując w/w asortyment.



Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki 5 oczkowej Y 14, 5 mm zamiast 6mm?
Odp. Nie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki 5 oczkowej Y 16 mm zamiast 9mm?

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki 6 oczkowej X 13, 5 mm zamiast 6mm?

Odp. Nie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki 6 oczkowej X 15 mm zamiast 9mm?

Odp. Nie.

5. W związku z tym, iż nie spotkaliśmy się z opisem:

a) płytka nosowa 10 oczkowa rozgałęziony Y

b) płytka nosowa 10 oczkowa rozgałęzione T

c) płytka wielosegmentowa z 3 mostami poprzecznymi, po 1 oczku w moście

d) płytka wielosegmentowa z 6 mostami poprzecznymi, po 1 oczku w moście

prosimy o doprecyzowanie opisu poprzez wskazanie przykładowego producenta i nr katalogowego lub rysunku na podstawie, którego sugerował się Zamawiający opisując w/w asortyment.

Odp. Firma Modus – 1,5.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki tytanowej o grubości 0,2 mm i wymiarach 85x50mm zamiast 55x55mm?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki tytanowej o grubości 0,3 mm i wymiarach 80x53mm zamiast 55x55mm?

Odp. Tak.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby o średnicy 1,5mm i dł. kolejno: 4mm; 5mm; 6mm; 10mm z gniazdem kwadratowym zamiast gniazda imbusowego typu gwiazdka?

Odp. Tak.

Zapytania do w/w postępowania dotyczące projektu umowy:

1. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 2, iż zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku (w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że:

„zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji”.

oraz, że dostawca:

„Musi mieć, zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §4 ust. 3 terminu z 48 godz. na 2 dni robocze?

Zmiana terminu podyktowana jest odległością Wykonawcy od Zamawiającego. Określony termin może być niemożliwy do realizacji. W przypadku zgłoszenia wad np. w piątek popołudniu termin 48 godzinny nie będzie wykonalny.

Odp. Tak. Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 3 umowy poprzez zmianę zapisu „...do 48 godzin...” na „...do 2 dni roboczych...”.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 7 poprzez określenie, że dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w terminie do 7 dni (słownie: siedem) dni od daty złożenia reklamacji wraz z reklamowanym towarem?

Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Dostawcę obowiązek załatwienia reklamacji jedynie w oparciu o zgłoszenie wadliwości towaru, bez możliwości ustosunkowania się do niej.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 3 poprzez określenie, iż Wykonawca gwarantuje stałość cen netto?

Zmiana cen brutto może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana wysokości podatku jest czynnikiem niemożliwym do przywidzenia przez Wykonawcę bądź Zamawiającego w dniu podpisania umowy, w związku z powyższym zmiany spowodowane w powyższy sposób nie mogą wpływać negatywnie na realizację umowy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych w §8 ust. 1 pkt 1 na „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu oraz za każdy dzień zwłoki w przypadku dostaw „na cito”

Kara umowna przedstawiona we wzorze umowy jest rażąco wygórowana i może skutkować ponoszeniem znacznych szkód u Wykonawcy. Zgodnie z założeniami oraz treścią przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym kara umowna nie może prowadzić do wzbogacenia drugiej strony, ma ona natomiast rekompensować powstanie ewentualnej szkody.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 2 poprzez odstąpienie od wymogu użyczenia na czas trwania umowy kontenerów sterylizacyjnych?

Odp. Nie. Zamawiający nie odstępuje od wymogu użyczenia na czas trwania umowy kontenerów sterylizacyjnych.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala