

Wałbrzych 21.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-42/09

Wykonawcy – wszyscy

Pakiet nr 6

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego – Zp/59/PN-42/09 – pakiet nr 6 – Przewoźny aparat RTG z ramieniem C do diagnostyki śródoperacyjnej z archiwizacją DVD i celownikiem laserowym.

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), po rozstrzygnięciu protestu wniesionego w dniu 16.10.2009 r. przez Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30, 03-355 Warszawa, wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego – Zp/59/PN-42/09 – pakiet nr 6 - przewoźny aparat RTG z ramieniem C do diagnostyki śródoperacyjnej z archiwizacją DVD i celownikiem laserowym

postanawia protest uznać w części za zasadny

Uzasadnienie:

Protestujący wniósł o:

- 1) dokonanie modyfikacji opisu przedmiotu w zakresie Pakietu nr 6 – „Przewoźny aparat RTG z ramieniem C do diagnostyki śródoperacyjnej z archiwizacją na DVD i celownikiem laserowym” i nadania mu brzmienia określonego w uzasadnieniu niniejszego protestu, aby był on zgodny z prawem i nie wskazywał wprost na produkt tylko jednego producenta,
- 2) dokonanie modyfikacji załącznika nr 1, poprzez dostosowanie zapisów w rubryce „Uwagi” do kryteriów oceny ofert, gdzie jedyne kryterium stanowi cena 100% (str 8 SIWZ).

Zamawiający uznaje protest za zasadny w częściach:

I. GENERATOR I LAMPA RTG

Pkt. 2: Częstotliwość przetwornicy generatora min. 60 kHz

punktacja: 60 kHz – 0 pkt
>60 kHz – 5 pkt.

Zamawiający usuwa punktację pozostawiając jako jedyne kryterium oceny ofert cenę 100 %.

Pkt. 3: Moc generatora RTG min. 3 kW

Zamawiający zmienia ten punkt specyfikacji poprzez zmianę wartości granicznej na min 2kW oraz w:

pkt. 7: Ilość ognisk lampy RTG min. 2 ogniska różnej wielkości

pkt. 8: Małe ognisko lampy RTG nie większe niż 0,6

pkt. 9: Duże ognisko lampy RTG nie większe niż 1,4

Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w Lampę jednoogniskową 0,6mm, służącą zarówno do fluoroskopii i radiografii.

Pkt. 11: Pojemność cieplna głowicy RTG min. 1200 kHU

Zamawiający zmienia wartość graniczną na min 1140 kHU.

Pkt. 15 Blendy obrotowe prostokątne, niezależne od siebie w zakresie obrotu i wysuwu.

Zamawiający zmienia brzmienie punktu na „Blendy obrotowe prostokątne”.

II. GEOMETRIA

Pkt. 5 Przesuw poziomy min. 19 cm,

punktacja: 19 cm- 0 pkt
>19cm – 5pkt

Zamawiający usuwa punktację pozostawiając jako jedyne kryterium oceny ofert cenę 100 %.

Pkt. 6 Przesuw pionowy zmotoryzowany min. 49 cm

punktacja: 49 cm – 0 pkt
<49 cm – 5 pkt

Zamawiający zmienia wartość graniczną na 43cm.

Zamawiający usuwa punktację pozostawiając jako jedyne kryterium oceny ofert cenę 100 %.

Pkt. 8 Najniższa wysokość promienia poziomego max. 73 cm

punktacja: 73 cm – 0 pkt
>73 cm – 5 pkt

Zamawiający zmienia wartość graniczną na 79cm.

Zamawiający usuwa punktację pozostawiając jako jedyne kryterium oceny ofert cenę 100 %.

Pkt. 9 Odległość SID min. 98 cm

Zamawiający zmienia wartość graniczną na 97cm.

III. TOR WIZYJNY

Pkt. 6 Obrót kamery

Zamawiający zmienia brzmienie punktu na „Obrót obrazu”.

IV. SYSTEM CYFROWEGO OBRAZOWANIA

Pkt.12: Wyświetlanie raportu dawki sumarycznej dla danej procedury, oraz w podziale na tryby pracy.

Zamawiający zmienia brzmienia na „Wyświetlanie raportu dawki sumarycznej dla danej procedury”.

W punktach dotyczących:

- **Generatora i Lampy RTG – pkt. 2. Częstotliwość przetwornicy generatora 60KHz** - Zamawiający nie zmienia wartości granicznej na min 20kHz,
- **Konstrukcja i certyfikat CE – pkt. 2 Główne podzespoły aparatu (lampa, generator, mechanika)** - Zamawiający nie usuwa powyższego punktu SIWZ. Zamawiającemu są znane co najmniej 3 firmy, które spełniają powyższe wymogi.

Pouczenie:

Od rozstrzygnięcia powyższego protestu przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej z Działu VI Rozdziału 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***