

Wałbrzych 11.03.2008 r.

DZPZ/27/AR/03/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych – Zp/19/PN-12/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy w pakiecie 5 poz. 2 – Zamawiający dopuści preparat płynny, którego ze względów logistycznych pojemność oznacza się w kilogramach (5kg=4,67L), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pyt. Czy w pakiecie 5 poz. 3 – Zamawiający dopuści preparat płynny, którego ze względów logistycznych pojemność oznacza się w kilogramach (5kg=4,27L), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.(na dwa pytania). Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił pojemności opakowań ze względu na system dystrybucji i wewnętrznych rozliczeń istniejących u Zamawiającego. Taki system został wypracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń i jest on najkorzystniejszy dla Zamawiającego

Pyt.Czy w pakiecie nr 5 poz. 4 – Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie: 1,3,5-tris-(2-hydroxy-ethyl)hexahydrotriazine, o spektrum: B,F,Tbc, preparat płynny, którego ze względów logistycznych pojemność oznacza się w kilogramach (5kg=4,59L) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił pojemność opakowań ze względu na system dystrybucji i wewnętrznych rozliczeń istniejących u Zamawiającego. Taki system został wypracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń i jest on najkorzystniejszy dla Zamawiającego. Ponadto nie dopuszcza preparatu, który nie odpowiada siwz pod względem wymaganego składu chemicznego i spectrum działania. Zamawiający użył do określenia składu chemicznego powszechnie używanych substancji chemicznych i określił minimalne wymagania dot. Spectrum.

Pyt. Czy w przypadku wyrażenia zgody na powyższe – wyceniać ułamkową ilość opakowań, zaokrągać opakowania w górę, lub zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Nie dotyczy.

PAKIET 1 POZ. 1.1 i 1.2

Czy Zamawiający dopuści środki w opakowaniach o pojemności 450 ml dostosowane do dozowników dermados. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innej wielkości opakowania niż 0,5 l i jest to podyktowane istniejącym systemem dozowników łokciowych posiadanych przez Zamawiającego. W instrukcji użytkowej posiadanych dozowników jest wyraźnie napisane, że jest on dostosowany do butelek 0,5 l. Zastosowane butelki 0,5 l gwarantuje, że w okienku dozownika widoczne są wszystkie informacje umieszczone na etykiecie opakowania z płynem.

Poz. 1.2

Czy Zamawiający dopuści preparat o pH 6,00?

Odp. Nie.

PAKIET 2 POZ. 2.3 i 2.4

Czy Zamawiający w poz. 2.3 i 2.4 rozpatrzy preparat spełniający SIWZ zawierający jako jeden ze składników alkohol difenylolowy?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu, który zawiera pochodne fenolowe, co jasno sprecyzował w SIWZ.

PAKIET 2 POZ. 2.3 i 2.4

Czy Zamawiający w poz. 2.3 i 2.4 rozpatrzy preparat spełniający SIWZ zawierający jako jeden ze składników alkohol fenylometanolowy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza preparaty alkoholowe.

PAKIET 4 POZ. 4.5

Proszę o określenie jakiej ilości spryskiwaczy oczekuje zamawiający do opakowań 1 w poz 4.5. Proponujemy 20% opakowań wyposażonych w spryskiwacz. takie rozwiązanie znacznie obniży koszty zamawiającego wynikające z realizacji umowy na zakup alkoholowego środka do dezynfekcji powierzchni.

Odp. Zamawiający oczekuje każdego opakowania z atomizerem.

PAKIET 6 POZ. 6.1 i 6.2

Proszę o podanie czy Zamawiający dopuści ofertę, w której zaoferowany środek spełnia wymogi SIWZ, jest konfekcjonowany w takiej samej wielkości i kształcie kanistrów, ale zawiera 5 l preparatu? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o racjonalne wyjaśnienie takiego stanowiska.

Odp. Tak.

PAKIET 6 POZ. 6.1 I 6.2

Zamawiający wymaga pozytywnej opinii Olympus. Zapis ten narusza zasady uczciwej konkurencji i uzależnia sprzedaż preparatów firm konkurencyjnych w zależności od opinii uznaniowej. Preparaty firmy Scuelke & Mayr Thermosept ED i Thermosept ER zostały przebadane przez niezależne instytucje i spełniają wszelkie wymagania techniczne, jakościowe oraz normatywne (norma EN 15883) Firma Schuelke & Mayr udziela gwarancji na preparaty Thermosept ED i Thermosept ER, które są równoważne z preparatami Firmy Olympus oraz gwarancji na uszkodzenia myjni wynikającej w skutek negatywnego działania preparatów. Zgodnie z Ustawą Pzp podstawową zasadą są właściwości fizyko-chemiczne, zgodność materiałowa, a nie opinia uznaniowa konkurencyjnej firmy. Żądanie oświadczenia firmy Olympus stanowi prowadzenie niedozwolonej praktyki monopolistycznej, polegającej na narzucaniu preparatów w oparciu nie o cechy i właściwości, a o to którego mają być producenta.

Stosowanie preparatów Thermosept ED i Thermosept ER nie wymaga jakiegokolwiek zmiany parametrów charakterystycznych dla procesu mycia i dezynfekcji. Preparaty Thermosept ED i Thermosept ER używane są w wielu szpitalach i nie stwierdzono jakiegokolwiek niekorzystnego działania zarówno na dezynfekowane endoskopy jak i na myjnie dezynfekatory. Maszyny osiągają pełną skuteczność potwierdzoną przy użyciu testów normatywnych typu Tosi, określających skuteczność myjącą i dezynfekującą.

Odp. Zamawiający wymaga preparatu posiadającego pozytywną opinię firmy Olympus. Zamawiający do tej pory korzystał wyłącznie z preparatów wskazanych przez producenta. Myjni uzasadniając to troską o prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo techniczne posiadanych urządzeń.