

Wałbrzych 14.12.2009 r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-53/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i sprzętu medycznego – Zp/78/PN-53/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dokumentów w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem dokonany i potwierdzonym „za zgodnością z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie materacy żelowych o rozmiarze 45 x 50 cm, które są wymagane przez producenta przy długości płyty grzewczej 150 x 45 cm, w ilości 3 szt.

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga min. 175 godzinnego zapisu trendów w formie tabelarycznej i graficznej dających pełen obraz historii monitorowanych parametrów życiowych pacjenta?

Odp. Nie – trendy tak – minimum 5 godz.

Pytanie 5, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor posiadał funkcje analizy 17 kategorii zaburzeń rytmu (arytmii)?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe na 120 min.?

Odp. Nie – minimum 5 godz.

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak