

Wałbrzych 15.12.2009 r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-53/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i sprzętu medycznego – Zp/78/PN-53/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści system podgrzewania pacjenta składający się z kontrolki oraz materace grzewczego o rozmiarach 120 x 58,5 cm. Materac jest wyposażony w matę grzewczą ogrzewającą pacjenta na całej powierzchni oraz w matę przeciwoślizgową. Taki system pozwoli efektywnie ogrzewać pacjenta na całej powierzchni 120 x 58,5 cm oszczędzając przy tym prace Zamawiającemu związaną z dezynfekcją dwóch części: maty grzewczej i maty żelowej.

Odp. Tak

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak