

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej .

– Zp/68/PN-46/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza Stelaż na odpady o poj. 120L z pokrywą o wymiarach 410x440 mm?

Czy Zamawiający dopuszcza Stelaż na odpady o poj. 60L z pokrywą o wymiarach 350x380 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 2 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza Stelaż na odpady podwójny o poj. 120L z pokrywą o wymiarach 410x440 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 3 dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza Wózek do przewożenia potraw o wysokości 900 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 4 dot. pakietu nr 14

Co Zamawiający ma na myśli przez stwierdzenie „uchwyty na pojemniki”? Czy chodzi o haczyki, czy koszyki?

Odp. Haczyki.

Pyt. 5 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza Stolik zabiegowy o długości 800mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pyt. 6 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza Wózek zabiegowy bez nożnego podnoszenia pokrywy worka na odpady?

Odp. Odp. Tak jak w SIWZ

Pyt. 7 dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza Parawan wypełniony płytą z tworzywa szt. PC?

Odp. **Odp. Tak jak w SIWZ**

Pyt. 8 dot. pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza Podest 1-stopniowy o wymiarach 320x480x220mm?

Odp. **Odp. Tak jak w SIWZ**

Pyt. 9 dot. pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza Stolik do pobierania krwi dla małych dzieci o wymiarach: 900x700x870 mm?

Odp. **Odp. Tak jak w SIWZ**

Pyt. 10 dot. pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuszcza Wózek do transportu bielizny szpitalnej o wymiarach: szer. 580 mm, dł. 1050 mm, wys. 1080 mm?

Odp. **Odp. Tak jak w SIWZ**

Pyt. 11 dot. pakietu nr 32

Czy zamawiający dopuszcza kółka o średnicy 75 mm?

Odp. **Tak jak w SIWZ**

Pyt. 12 dot. pakietu nr 39 – Wózek do przewożenia pacjentów – 6 szt.

Poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 204 cm i szerokości 81 cm , które to parametry niewiele odbiegają od opisanych i nie powodują pogorszenia walorów użytkowych wózka ?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną , nożną regulacją wysokości w zakresie od 62 cm do 94 cm ?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek o stabilnej konstrukcji wykonanej z hartowanej galwanizowanej stali ?
4. Czy Zamawiający dopuści wózek , którego koła są z gumy szarej a wypełnienie pełne w kolorze jasnoszarym ?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do 90° co jest parametrem lepszym od opisanego ?
6. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne bez regulacji wysokości zamontowane od strony zewnętrznej leża ?
7. Czy w celu zwiększenia funkcjonalności wózka , Zamawiający oczekuje , aby wózek posiadał hydrauliczną regulację funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 18° , realizowaną nożnie z dostępem do dźwigni z obu stron wózka ?
8. Czy Zamawiający oczekuje , aby barierki boczne były zamontowane i chroniły pacjenta na całej długości leża ?

9. Czy Zamawiający oczekuje aby barierki były opuszczane poniżej poziomu leża nie powodując przerwy transferowej ?
10. Czy Zamawiający dopuści wózek , którego podstawa osłonięta jest osłoną z tworzywa ABS z wyprofilowanym pojemnikiem na butlę z tlenem , strzykawki automatyczne lub osobiste rzeczy pacjenta ?
11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak na kroplówki chromowany ?
12. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 250 kg co jest parametrem lepszym od opisanego ?
13. Czy w związku z wymogiem dotyczącym obciążenia wózka Zamawiający oczekuje aby konstrukcja wózka była oparta na dwóch kolumnach gwarantujących dużą wytrzymałość i stabilność ?
14. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ? Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 13 dot. pakietu nr 39 poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 204 cm i szerokości 81 cm , które to parametry niewiele odbiegają od opisanych i nie powodują pogorszenia walorów użytkowych wózka ?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną , nożną regulacją wysokości w zakresie od 62 cm do 94 cm ?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek o stabilnej konstrukcji wykonanej z hartowanej galwanizowanej stali ?
4. Czy Zamawiający dopuści wózek , którego koła są z gumy szarej a wypełnienie pełne w kolorze jasnoszarym ?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do 90° co jest parametrem lepszym od opisanego ?
6. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne bez regulacji wysokości zamontowane od strony zewnętrznej leża ?
7. Czy w celu zwiększenia funkcjonalności wózka , Zamawiający oczekuje , aby wózek posiadał hydrauliczną regulację funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 18° , realizowaną nożnie z dostępem do dźwigni z obu stron wózka ?
8. Czy Zamawiający oczekuje , aby barierki boczne były zamontowane i chroniły pacjenta na całej długości leża ?
9. Czy Zamawiający oczekuje aby barierki były opuszczane poniżej poziomu leża nie powodując przerwy transferowej ?
10. Czy Zamawiający oczekuje aby podstawa wózka była osłonięta osłoną z tworzywa ABS z wyprofilowanym pojemnikiem na butlę z tlenem lub osobiste rzeczy pacjenta ?
11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak na kroplówki chromowany ?

12. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 250 kg co jest parametrem lepszym od opisanego ?
13. Czy w związku z wymogiem dotyczącym obciążenia wózka Zamawiający oczekuje aby konstrukcja wózka była oparta na dwóch kolumnach gwarantujących dużą wytrzymałość i stabilność ?
14. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ? Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 13 Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 i 9 – stelaże na odpady z pokrywami na worek o poj.120 l- dopuści zaoferowanie stelaży z pokrywami o wymiarach pokryw 415x415 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 14 Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 i 9 – stelaże na odpady z pokrywami na worek o poj.120 l- dopuści zaoferowanie stelaży na kółkach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 15 Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 – stelaż na odpady z pokrywą pojedynczy na worek o poj.60 l- dopuści zaoferowanie stelaża z pokrywą o wymiarach pokryw 370x370 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 16 Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 i 25 – podest jednostopniowy dopuści podest o wymiarach: (szerxdłxwys) 300x500x300 mm?

Odp.Tak jak w SIWZ

Pyt. 17 Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 –wózek do przewożenia potraw - dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 1000x650x880 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 18 Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 – stolik zabiegowy- dopuści zaoferowanie stolika o wymiarach (dłxszerxwys) 750x650x880 mm?

Odp.Tak jak w SIWZ

Pyt. 19 Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 – parawan – dopuści zaoferowanie parawanu o wymiarach: wysokość – 1872 mm; szerokość – 1000 mm; szerokość podstawy – 600 mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pyt. 20 Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 – Podest dwustopniowy – wymaga zaoferowania podestu o wymiarach (szerxdłxwys) 650x500x410 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.21 Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 – zabudowa stojąca z komorą – szafki na nóżkach 140 mm z możliwością wypoziomowania?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 22 Jakiej głębokości szuflad wymaga Zamawiający w pakiecie 29 – zabudowa stojąca z komorą?

Odp. Do uzgodnienia z Wykonawcą po wyborze oferenta.

Pyt. 23 Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 , poz. 1,2 i 3 – stolik opatrunkowy z dwoma blatami – dopuści stolik z blatami rozmieszczonymi 445 mm od siebie?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 24 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 – dopuści zaoferowanie wózka o wysokości 1100 mm + relingi 100 mm, czyli łącznie wysokość wózka 1200 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 25 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na nie dołączanie projektu technicznego suszarek do oferty przetargowej, dopiero po wyborze oferenta, Wykonawca przedstawi przed dostarczeniem projekt graficzny do zaakceptowania Zamawiającemu na wszystkie wymienione w tym pakiecie pozycje?

Odp. TAK

Pyt. 26 Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 – dopuści zaoferowanie stelaża z pokrywami na kółkach o średnicy fi 50 mm w tym dwa z hamulcem?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 27 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 – dopuści zaoferowanie zabudowy o łącznej wysokości z blatem 850 mm i głębokości szafek wynikających z Technologii ok. 550-580 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 28 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 – wymaga zaoferowania prowadnic w szufladach teleskopowych o pełnym wysuwie, z funkcją samo dociągu i hamulcem?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 29 Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 –wózek do przewożenia potraw - dopuści zaoferowanie wózka o z przestrzenią między blatami 455 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji i w odpowiedziach na pytania z dnia 02.12.2009 (DZPZ-530-Zp/68/PN-46/09)

Pyt. 30 Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 – dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 650x600x985 mm ?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 31 Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 wymaga zaoferowania stelaża mobilnego otwartego z drążkiem do zawieszania ubrań wykonanego w całości z rurki ?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.32 Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuści zaoferowanie wózka z trzema szufladami o równej wysokości oraz zamiast nakładanej płyty z tworzywa na górny blat, dopuści zaoferowanie podziałek wg wymagań Użytkownika po wyborze oferenta?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 33 Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 – Dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 650x450 i wysokości 880 mm z przerwą między blatami 455 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 34 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 – pod pojęciem trójsekcyjne leże kozetki, rozumie leże z regulowanym oparciem i regulowaną częścią pod nogi?

Odp. TAK

Pyt. 35 Czy Zamawiający w pakiecie nr 35 dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 650x600mm i wysokości 985 mm z trzema szufladami na prowadnicach o pełnym wysuwie?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 24. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pakiecie nr 35 – 3 szuflady przelotowe.

Odp. Szuflady przelotowe: otwierane z przodu i z tyłu (na wylot).