

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, taśmy do szycia, sztucznej opony, środka zatrzymującego krwawienie, kleju fibrynowego, siatki do przepuklin.

– Zp/3/PN-3/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 szew posiadający czas wchłaniania 50 –80 dni zamiast wymaganych 60-90 dni?

Odp. NIE

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz.3,7,13,15 szew pakowany w ilościach 3x70cm zamiast 2x70, przeliczający ilość szaszetek zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odp. NIE

Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 1 do odrębnego pakietu pozycje 36,37,38 z uwagi na nietypowy rodzaj szwu typu pętla, mocno zawężający możliwość złożenia oferty przez większość producentów/dystrybutorów, a tym samym istotnie ograniczając Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty.

Odp. NIE

Pyt.4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 szew posiadający czas wchłaniania 90-120 dni?

Odp. NIE

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 szew posiadający igłę o długości 30 mm zamiast wymaganej 25-26mm?

Odp. NIE

Pyt.6 Czy Zamawiający zechce wyłączyć do odrębnego pakietu z Pakietu nr 4 pozycję 8 z uwagi na bardzo specyficzny i specjalistyczny rodzaj igły?

Odp. NIE

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 szew nie posiadający powłoczenia antybakteryjnego o parametrach podtrzymywania tkanek 28-35 oraz czasie wchłonięcia całkowitego szwu 50-80 dni?

Odp. NIE

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.1,2,3,5,6,7,8,9 szew posiadający igłę odwrotnie tnącą zamiast tnącej z uwagi na fakt iż jest to ten sam rodzaj igły stosowany do tych samych zabiegów i posiadający te same parametry.

Odp. TAK

Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 szew zbudowany na bazie kwasu poliglikolowego o parametrach podtrzymywania tkanki 10-14 dni oraz czasie wchłonięcia całkowitego do 42 dni?

Odp. NIE

Pyt.10 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 igłę w rozmiarze 40 mm zamiast wymaganych 45mm pomimo przyjętej tolerancji?

Odp. NIE

Pyt.11 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 szew, nie posiadający powleczenia antybakteryjnego, który posiada ponad 42% swojej wytrzymałości początkowej po 3 tygodniach i efektywne podtrzymanie tkanek ma miejsce w okresie do 28 – 35 dni?

Odp. NIE

Pyt.12 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 szew posiadający parametry wchłaniania 50-80 dni zamiast wymaganych **60-90 dni**?

Odp. NIE.

W powyższym pytaniu Wykonawca popełnił błąd, powinno być: „...w okresie wchłaniania **60-70 dni**”.

Pyt.13 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 poz.4 szew posiadający igłę w rozmiarze 18mm zamiast wymaganych 13mm lub dopuści igłę w rozmiarze 13mm o krzywiźnie koła 3/8?

Odp. NIE

Pyt.14 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 poz.5 szew posiadający igłę w rozmiarze 26mm zamiast wymaganych 22mm?

Odp. NIE

Pyt.15 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 poz.6 szew posiadający długość nici 75cm?

Odp. NIE

Pyt.16 Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 18 poz.7 szew posiadający igłę o długości 26 mm z materiałem szewnym o długości 75 cm?

Odp. NIE

Pyt.17 Czy Zamawiający zechce wyłączyć z Pakietu 19 pozycję 1 ze względu na specjalistyczną specyfikację tej pozycji?

Odp. NIE

Pyt.18 Czy Zamawiający dopuści szew w Pakiecie 19 poz.2,3,4 posiadający materiał szewny o długości 75cm?

Odp. NIE

Pyt.19 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 20 poz.4,5 szwy posiadające igły okrągłe z tnącym końcem o długości nici 75cm?

Odp. NIE

Pyt. 20 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 2 ust. 2 : „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.” ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 21 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 5 ust. 3 : „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych,

- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- d. istotnej zmiany cen przez producenta ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 22 dot. pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie równoważnego kleju tkankowego, dwuskładnikowego, nie wymagającego żadnego przygotowania w pozycji 1 o pojemności 5ml, w poz.2 pojemność 2ml?

Odp. NIE

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak